



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 197/2012

Anexo - I

Lote 0001 - REFRATOR GREENS, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	REFRATOR GREENS, ESPECIFICAÇÕES: Aparelho Refrator Greens Engrenagens internas metálicas Lentes esféricas: + 26,75 a 29,00 dioptrias (escala de 0,25 D a 3,00 D); Lentes cilíndricas: + 0 – 6,00 dioptrias (expansível até 8 dioptrias); Eixo cilíndrico: 360.

Lote 0002 - LAMPADA DE FENDA 2 AUMENTOS, ESPE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	1	UN	LAMPADA DE FENDA 2 AUMENTOS, ESPECIFICAÇÕES: Que estejam - 2 aumentos sem inclinação. - Aumento Total: 10x; 16X (Ocular 10x). - Suporte de apoio para o queixo. - Movimento vertical: 80 mm. Iluminação - Projeção da fenda: 2/3x. - Largura da fenda: Contínuo de 0 mm a 9mm aproximadamente. - Altura da fenda: Contínuo de 1mm a 8mm. aproximadamente - Diâmetro de abertura: Ø9mm, Ø8mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm e Ø0,2mm. aproximadamente - Ângulo da fenda: 0° a 180° contínuo ajustável de vertical para horizontal. - Inclinação da fenda: 5°, 10°, 15°, 20° (quatro passos). - Filtros: Ultravioleta e infravermelho. - Lâmpada: 12V / 30W – halogênio Movimentação da Base aproximadamente: - Longitudinal: 90 mm - Lateral: 100 mm - Vertical: 30 mm - Ajuste fino: 15 mm Alimentação - Tensão de entrada: 110/220V~ (com seletor de tensão) - Frequência: 50/60 Hz - Potência: 58VA - Tensão de saída: Iluminação 9,8V, 11,6V - Proteção contra choques.

Lote 0003 - CONJUNTO DE CADEIRA E COLUNA - OF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	1	UN	CONJUNTO DE CADEIRA E COLUNA - OFTALMOLÓGICO, ESPECIFICAÇÕES: Cadeira Fixa. - Movimento: Sobe e Desce. Características: Coluna: - Tampo para 1 aparelho. - Ligação do aparelho no tampo. - Sistema de trava de braço por esferas. Cadeira: - Espuma laminada densidade 45. - Sistema eletromecânico (isento de óleo). - Baixo nível de ruído.

Lote 0004 - PROJETO R OFTALMOLÓGICO, ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	1	UN	PROJETO R OFTALMOLÓGICO, ESPECIFICAÇÕES: Auto Projetor Oftalmológico Sistema óptico otimizado: Iluminação halógena de alta intensidade;



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 197/2012

Anexo - I

Slides com excelente brilho/contraste;
Projeção rápida e silenciosa de 25 tipos de slides;
Avanço de Optótipos em modo direto

Cada tecla corresponda a um Optótipo.

Com as especificações aproximadamente à:
Nº de figuras: 25
Distância focal: 3-7 metros
Sistema Zoom (opcional): 1.5-7 metros
Filtros: verde/vermelho
Modo stand by: após 10 min. sem uso
Tela de projeção: 350 x 350 mm
Dimensões: 300 x 225mm
Dimensões com base: 300 x 280mm
Peso: 3,170 Kg
Peso tela de projeção: 1.560 Kg
Iluminação halógena: 6v/20w
Alimentação: automática (90 à 240 VCA) - 50/60Hz
Controle remoto: teclas exclusivas
Consumo: 50 W

Lote 0005 - CONJUNTO OFTALMOSCÓPIO (WELCH-AL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	1	UN	CONJUNTO OFTALMOSCÓPIO (WELCH-ALLIN), ESPECIFICAÇÕES: Conjunto Otoscópio de fibra ótica e Oftalmoscópio modelo Pocket JR - Welch Allyn. Acompanha prático estojo. - Oftalmoscópio que Possua 04 aberturas/filtro verde e cobalto.48 lentes. Otoscópio: Iluminação halógena potencializada pela fibra ótica. Proc. USA.Acompanha: 1 jg com 4 espéculos auriculares especiais + 1 espéculo auricular 4mm standard.

Lote 0006 - AUTO REFRACTOR- OFTALMILÓGICO, ESP

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	1	UN	AUTO REFRACTOR- OFTALMILÓGICO, ESPECIFICAÇÕES: Aparelho automático para testes de refração e medição de curvatura corneana. Rápido e prático sistema tipo "Auto Fog", apenas 2 segundos para análise dos dados. Moderno sistema "auto search" para uma rápida centralização e auto foco da córnea, pupila e íris. Rápida medição através da função "Easy Play", para obtenção dos dados de refração e ceratometria em conjunto ou separadamente. Visor LCD colorido com apresentação de todos os dados de refração e ceratometria de forma simples e prática. Impressão termal com todos os principais dados medidos e com opção de personalização de nome e endereço de seu estabelecimento. Características básicas , aproximadamente com as seguintes Dioptria (esférico): -20/+20D Dioptria (cilíndrico): -10/+10D Escala de medição: 0,12 ou 0,25D Distância Vertex: 0,12 e 13,75mm Eixo:180º(c/ intervalo de 1º) Distância interpupilar: 10-80mm Prisma: 0 a +10 Adição: 0 a 10D Diâmetro mínimo pupila: 2,0mm Fixação: Automática Monitor: LCD 5,7polegadas Medição de DP: Automática Dimensões: 48,4x28,2x44,5cm.

Observação

DADOS NECESSÁRIOS QUE DEVERÃO CONSTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 197/2012

Anexo - I

- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos itens 5.1.6 do Edital;
- 5) Local de entrega: no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, na Praça Gumercindo de Paiva Castro, s/nº - Centro - Birigui-SP.
- 6) Condições de Pagamento: até 10 (dez) dias úteis, nos termos dos itens 11.1 do Edital;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente.
- 8) Garantia: 12 (doze) meses, nos termos do item 5.6 do Edital.

BIRIGUI - SP, ____ de _____ de _____.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial