



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 93/2018

Anexo - I

Lote 0001 - CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	2	UN	CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA. ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 280 A 340 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA POLIPROPILENO PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. 3 A 5 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. PORTA DE VIDRO DUPLO. ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE DE 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60 HZ. REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, ISO 13485, FDA OU CE. MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/NOBREAK) PARA AUTONOMIA DE 36 HORAS OU MAIS NA FALTA DE ENERGIA. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES EM TOUCH SCREEN. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PADRÃO RBC. PROCESSO DE QUALIFICAÇÕES QO/QP/QI.

Lote 0002 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	3	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneróide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e rotação de 360° para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira adulto padrão (26 a 32 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretara danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.

Lote 0003 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE INFAN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	7	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL, ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneróide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e rotação de 360° para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira infantil padrão (12 a 17 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretara danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.

Lote 0004 - BRAÇADEIRA P/COLETA DE SANGUE E IN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	3	UN	BRAÇADEIRA P/COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO, ESPECIFICAÇÕES: Construída sobre tripé de ferro fundido esmaltado na cor branca, altura regulável através de mandril, de fácil acionamento, concha em aço inoxidável polido, para injeções I.V. ou coleta de sangue.

Lote 0005 - COMPRESSOR P/ INALAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	2	UN	COMPRESSOR P/ INALAÇÃO

Lote 0006 - FOCO DE LUZ CLÍNICO:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 93/2018

Anexo - I

6	11	UN	FOCO DE LUZ CLÍNICO: - Corpo em metal, pintura epoxi-pó, lâmpada halógena 12V x 20W (Vida Longa) haste flexível cromada com regulagem de altura, base com rodízio deslizante, alimentação: Bi-Volt 110/220V.
Lote 0007 - MESA DE MAYO EM INOX, ESPECIFICAÇÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	6	UN	MESA DE MAYO EM INOX, ESPECIFICAÇÕES: Mesa de mayo em inox para instrumental com armação tubular com rodízios de 2", totalmente em inox, com altura regulável por roseta com altura mínima de 0,92 m, com altura máxima de 1,25 m. Com bandeja em aço inox com dimensões aproximadas de 48,5 cm de comprimento x 32,5 cm de largura.
Lote 0008 - NEGATOSCÓPIO DE 01(UM) CORPO, ESP			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	2	UN	NEGATOSCÓPIO DE 01(UM) CORPO, ESPECIFICAÇÕES: Negatoscópio de 01 corpo, construído em chapa de aço inox com a parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32w com reator eletrônico, luminância aproximada de 1500 nits e acendimento através de interruptor, alimentação 10v. Dimensões externas aproximadas de 380 x 100 x 485 mm.
Lote 0009 - OXÍMETRO PULSO DE DEDO PORTÁTIL S			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	2	UN	OXÍMETRO PULSO DE DEDO PORTÁTIL SEM FIO – COM SENSOR DE SPO2
Lote 0010 - SUPORTE PARA SORO EM INOX, ESPECIF			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	5	UN	SUPORTE PARA SORO EM INOX, ESPECIFICAÇÕES: COM RODÍZIOS E ALTURA REGULÁVEL BASE PINTADA NA COR BRANCO E HASTE EM AÇO INOX. ESTRUTURA TUBULAR Ø 1.1/4"X1,20 MM, TUBO DE REGULAGEM EM TUBO Ø 7/8"X1,20 MM E HASTE EM TUBO Ø 5/8"X1,20 MM AÇO INOX COM 4 GANCHOS - ALTURA MÍNIMA: 1,50 M / MÁXIMA: 2,00 M
Lote 0011 - CARRO MACA EM AÇO INOX LEITO ESTO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	4	UN	CARRO MACA EM AÇO INOX LEITO ESTOFADO, COM GRADES E SUPORTE DE SORO EM INOX: Estrutura das bases em tubo de aço inox; Leito fixo, estofado, com espuma revestido em courvim; Cabeceira móvel com regulagem por cremalheira; Grades laterais escamoteáveis em tubo de aço inox; Pára-choque de borracha na cabeceira e peseira; Suporte para soro em aço inox com 2 ou 4 ganchos. Rodízios entre 4" e 6" sendo dois com freios em diagonais. Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80 (podendo variar 5cm para mais ou menos).
Lote 0012 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL, es			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	5	UN	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL, especificações: dispositivo, para ausculta das atividades fetais a partir da 12ª (décima segunda) semana de gestação Características: Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e de fácil operação; Alto-falante de alta performance; Design ergonômico e compartimento para; transdutor; Entrada para fone de ouvido, gravador ou computador; Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida para; visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; Bateria interna recarregável e carregador integrado. Especificação Técnica: Frequência ultra-som de: 2 Mhz; Intensidade ultra-som não inferior: <10mW/cm 2; Fonte de alimentação: bateria recarregável de Ni-MH ou Li-Lion 110/220V, 50/60Hz; Display de LCD de no mínimo: 40mm x 20mm; Faixa de medição da Frequência Cardio Fetal (FCF) de no mínimo: 40 ~ 250bpm; Resolução da FCF: 1bpm; Precisão FHR: ± 1 bpm; e Peso: 500g ou menos. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O APARELHO: Sonda de 2Mhz; 2 Baterias Ni-MH de 1.2V ou Li-lion; Adaptador AC 110/220V, 50/60Hz; Bolsa para armazenamento e transporte; Manual em português. GARANTIA: mínimo de 12(doze) meses a contar da data de entrega do produto.
Lote 0013 - CARRINHO PARA CURATIVO, especificação			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	2	UN	CARRINHO DE CURATIVO TOTALMENTE EM AÇO INOX; ESTRUTURA TUBULAR REDONDA, 02(DUAS) PRATELEIRAS COM VARANDAS; 01(UM) BALDE COM ALÇA E 01(UMA) BACIA TOTALMENTE EM AÇO INOX DE 5 LITROS COM ACABAMENTO POLIDO; 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 03"



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 93/2018

Anexo - I

(POLEGADAS) COM ACABAMENTO EMBORRACHADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: L: DE 0,45 A 0,75 X C: DE 0,70 A 0,80. X A: 0,80 MTS.

Lote 0014 - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL, EM ALUMINIO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	3	UN	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL, EM ALUMINIO, ESPECIFICAÇÕES: TIPO TRENA, COM MOLA RETRÁTIL, VISOR FRONTAL E LANÇA DE MEDIÇÃO. CAMPO DE MEDIÇÃO DE 0 A 210 CM. RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS E NUMERAÇÃO A CADA CENTÍMETRO. MEDIÇÃO NA POSIÇÃO ERETA E VERTICAL.

Lote 0015 - MESA AUXILIAR. ESPECIFICAÇÕES: NÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	1	UN	MESA AUXILIAR. ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI RODÍZIOS, DIMENSÕES: 40X40X80 DE AÇO/FERRO PINTADO

Lote 0016 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	2	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO GRANDE (OBESO) ESPECIFICAÇÕES: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE SEM SISTEMA DE ENGENHAGEM COM REGISTRO NA ANVISA E TECNOLOGIA DURASHOCK, FACE DO VISOR GRAVADO A LASER PARA MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E ROTAÇÃO DE 3600 PARA FACILITAR A LEITURA, LEVE E COM AUSÊNCIA DE LÁTEX. BRAÇADEIRA ADULTO PADRÃO (32 A 43CM – DIÂMETRO DO BRAÇO) TECIDO EM ALGODÃO COM FECHAMENTO EM VELCRO PODENDO SER USADO TANTO PARA BRAÇO DIREITO COMO O ESQUERDO COM DURABILIDADE DE ATÉ 100.000 CICLOS COM SELO DO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS E PADRÕES DA A.A.M.I. (AMERICA ASSOCIATION OF MEDICAL INSTRUMENTATION) DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PODENDO SOFRER QUEDA DE ATÉ 76 CM QUE NÃO ACARRETARA DANOS AO APARELHO E PERDA DE CALIBRAÇÃO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA A PERA DE INSUFLAÇÃO E VÁLVULA. GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA A BRAÇADEIRA DE DUAS PEÇAS, ACOMPANHA 01 BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO E UMA BRAÇADEIRA DE NYLON EM VELCRO ADULTO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.

Lote 0017 - CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA COM FE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	1	UN	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA COM FECHAMENTO EM "X" FACILITANDO O TRANSPORTE; ASSENTO FIXADO COM PARAFUSOS, ENCOSTO, E ALMOFADAS DE BRAÇO, ACOLCHOADAS E REVESTIDAS EM TECIDO DACRON IMPERMEÁVEL, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO DE BRAÇO FIXO, SUPORTE DE PÉS REMOVÍVEL, COM ELEVÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO PRESENTE.

Lote 0018 - CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - CILIND

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	4	UN	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS- CILINDRO EM: ALUMÍNIO - CAPACIDADE HIDRÁULICA:10 LITROS - PRESSÃO DE SERVIÇO: 150 BAR - ROSCA DE ENTRADA: 3/4" - 14 NGT - CONTENDO VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO

Lote 0019 - NEBULIZADOR. PORTÁTIL ULTRASSÔNICO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	2	UN	NEBULIZADOR. PORTÁTIL ULTRASSÔNICO, COM 1 SAÍDA SIMULTÂNEA, SEM TUBO, TIMER DE NEBULIZAÇÃO, SISTEMA DE CÂMARA FECHADA DE ÁGUA, SISTEMA DE AJUSTE DE FLUXO DE NÉVOA, SISTEMA ADR, TIMER DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, COMPACTO PESO MÍNIMO 260G MÁSCARAS MACIAS DE SILICONE, BI VOLT 110/220

Lote 0020 - LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICCAÇ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	11	UN	LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICCAÇÕES: Lanterna clinica com lampada de LED premium super brilhante com alta resistência que não possua vidro nem filamentos para maior duração das baterias, pois consomem menos energia, excelente iluminação para curtas distancias, luz branca super brilhante e lampada que não aqueça e iluminação de 06 (seis) lúmens. Corpo de metal na cor prata de alta resistência com clips de segurança de metal para fixar em bolsos ou pastas, interruptor emborrachado na parte superior. Fonte de energia de 02 (dois) pilhas palitos AAA alcalinas. Peso aproximado de 43 gramas (com as pilhas). Dimensões aproximadas: comprimento 14,5 cm – diâmetro 1,7 cm. Embalagem contendo 01 lanterna clinica e 02 pilhas AAA alcalinas.

Lote 0021 - RESSUSCITADOR AMBU PEDIATRICO EM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	3	UN	RESSUSCITADOR AMBU PEDIATRICO EM SILICONE, ESPECIFICAÇÕES: Ressuscitador ambu pediátrico para ventilação manual, com principio da parede dupla, resistente e permita a obtenção de resultados mais seguro e forneça um feedback visual e tátil quanto a pressão exercida, e também a limitação da pressão integrada que evita a compressão com força excessiva em casos de obstrução das vias aéreas, que possua



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 93/2018

Anexo - I

válvula paciente e reservatório de oxigênio, máscara de silicone com cuff aberto, autoclavável, semitransparente permitindo uma visibilidade do paciente e suas condições. Com válvula de pressão pediátrico. Com volume máximo do reservatório de 450 ml. Com registro na ANVISA.

Lote 0022 - RESSUSCITADOR AMBU ADULTO EM SILI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	3	UN	RESSUSCITADOR AMBU ADULTO EM SILICONE, ESPECIFICAÇÕES: Ressuscitador ambu adulto para ventilação manual, com princípio da parede dupla, resistente e permita a obtenção de resultados mais seguro e forneça um feedback visual e tátil quanto a pressão exercida, e também a limitação da pressão integrada que evita a compressão com força excessiva em casos de obstrução das vias aéreas, que possua válvula paciente e reservatório de oxigênio, máscara de silicone com cuff aberto, autoclavável, semitransparente permitindo uma visibilidade do paciente e suas condições. Com válvula de pressão adulto. Com volume máximo do reservatório de 1500 ml. Com registro na ANVISA.

Lote 0023 - MESA DE EXAMES ESTRUTURA EM TUBO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	8	UN	MESA DE EXAMES ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX 1,1/4 X 1,2 MM. LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX, ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN DE 80MM. SUPORTE PARA PAPEL EM INOX PÉS COM PONTEIRAS DE PVC.

Lote 0024 - LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOXIDÁVEL IN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	1	UN	LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOXIDÁVEL INFANTIL, COM CABO RECARTEILHADO, TAMPA COM ROSCA E MOLA EM AÇO INOX, LÂMPADAS DE ALTA LUMINOSIDADE, COM 03 LÂMINAS CURVAS EM AÇO INOX, FACE FOSCA PARA IMPEDIR REFLEXÃO DE LUZ.

Lote 0025 - OFTALMOSCÓPIO POCKETSCOPE COM 1

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	2	UN	OFTALMOSCÓPIO POCKETSCOPE ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO HALÓGENA DE 2,5 V, CONSISTENTE E DE LONGA DURAÇÃO PARA A VISUALIZAÇÃO DA VERDADEIRA COR DO TECIDO, REOSTATO AJUSTÁVEL PARA CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIAS AA. 03 ABERTURAS: PEQUENA (PUPILA MUITO PEQUENAS E NÃO DILATADAS), MÉDIA (PUPILA PEQUENAS E NÃO DILATADAS) E GRANDE (PUPILA DILATADAS). FILTRO DE AZUL COBALTO PARA EXAME DE CÓRNEA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA), FILTRO POLARIZADOR PARA ELIMINAÇÃO DE REFLEXO, FIXADOR COM GRADUAÇÃO PARA MEDIR FIXAÇÕES EXCÊNTRICAS OU PARA LOCALIZAR LESÕES OU ANORMALIDADES, ABERTURA DE FENDA PARA VISUALIZAÇÃO DE DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES, COM 12 COMBINAÇÕES DE ABERTURA DE FILTROS, COM 19 LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIAS (-25 À +22), CABO METÁLICO COM ACABAMENTO EM RANHURA, PRATA, E COM 2 PILHAS ALCALINAS AA, EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.

Lote 0026 - CENTRÍFUGA DIGITAL MICROPROCESSA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	1	UN	CENTRÍFUGA DIGITAL MICROPROCESSADA COM ROTOR INTERCAMBIÁVEL 100 A 4000 RPM BIVOLT 110/220V - 06 TUBOS DE 50 ML

Lote 0027 - POLTRONA HOSPITALAR POLTRONA REC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	2	UN	POLTRONA HOSPITALAR POLTRONA RECLINÁVEL, BRACOS FIXOS, ESTRUTURA EM TUBO 50 X 30 X 1,20 E 25 X 25 X 1,2MM. ASSENTO, ENCOSTO, BRACO E DESCANSO PARA OS PÉS ANATÔMICOS, ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIM. COM DESCANSO PARA OS PÉS, ARTICULADOS E INTEGRADOS, COM EXTENSÃO CONCOMITANTE A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. BRACOS FIXOS, NÃO SE MOVIMENTAM COM O RECLINIO DO ENCOSTO. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, AÇO/FERRO PINTADO ELETROSTÁTICA A PO COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. TOTALMENTE RECLINÁVEL, PERMITINDO VARIAS POSIÇÕES. TRAVAMENTO COM ACIONAMENTO MANUAL. PÉS COM PONTEIRAS. CAPACIDADE 120 KG. DIMENSÕES EXTERNAS: 1,60 X 0,74 X 0,45M - INTERNAS: 1,60 X 0,55M. ANVISA: ISENTO ESTRUTURA: CINZA COURVIN: AZUL.

Lote 0028 - DIVÃ GINECOLÓGICO LUXO, ESPECIFICA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	6	UN	DIVÃ GINECOLÓGICO LUXO, ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE EM AÇO/FERRO PINTADO, LEITO MÓVEL COM ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM DIVIDIDO EM TRÊS PARTES (CABECEIRA, ASSENTO E PESEIRA), CABECEIRA E PESEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS CROMADAS, ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXAS REVESTIDO EM COURVIM COM ANEXOS CROMADOS, TUBO PARA COLPOSCÓPIO PORTÁTIL CROMADO, GAVETA PARA COLETA EM INOX COM PUXADOR E PÉS EM CHAPA DE 1,50 MM PINTADO - DIMENSÕES: 1,84X0,60X0,85 M

Lote 0029 - CADEIRA DE RODAS ADULTO, CAPACIDA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	1	UN	CADEIRA DE RODAS ADULTO, CAPACIDADE 150KG, ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA DE RODAS



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 93/2018

Anexo - I

INDICADA PARA TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DE USUÁRIOS COM PESO ATÉ 150 KG, ESTRUTURA 100% EM AÇO-CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ COM CURA EM ESTUFA ACIMA DE 180°C, DOBRÁVEL EM "X" DUPLO, COM BARRA DE SUSTENTAÇÃO. ENCOSTO ESTOFADO EM POLIÉSTER. ASSENTO COM ALMOFADA DE 05 CM EM POLIÉSTER, REMOVÍVEL, APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO, FIXO, COM PROTETOR DE ROUPAS, APOIO DOS PÉS EM PEDAL PLÁSTICO, REGULÁVEL EM ALTURA, FAIXA DE APOIO PARA PERNAS, RODAS TRASEIRAS DE 24" COM EIXO REFORÇADOS, COM ROLAMENTOS E PNEUS MACIÇOS, RODAS DIANTEIRAS DE 06" COM PNEUS MACIÇOS E ROLAMENTOS, POSSUINDO ELEVAÇÃO DE PERNAS.

Lote 0030 - SELADORA DE PEDAL MECÂNICA GRAU C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	1	UN	SELADORA DE PEDAL MECÂNICA GRAU CIRÚRGICO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS C/ CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA ATÉ 300°C, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM, COM ALARME SONORO, BIVOLT, POTÊNCIA 120 WATTS.

Lote 0031 - POLTRONA RECLINÁVEL P/COLETA DE S

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	2	UN	POLTRONA RECLINÁVEL P/COLETA DE SANGUE, ESPECIFICAÇÕES: LEITO EM TUBOS QUADRADOS, BASE EM TUBO REDONDO ENCOSTO RECLINÁVEL QUALQUER POSIÇÃO, BRAÇADEIRA REGULÁVEL, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DENSIDADE 26, NÃO DEFORMÁVEL, COM REVESTIMENTO EM COURVIM, CONCHA EM POLIURETANO PARA COLETA DE SANGUE ACOPLADA. MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO.

Lote 0032 - OTOSCÓPIO, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	3	UN	OTOSCÓPIO, ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO HALOGENA 2,5V DE LONGA DURAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO BRILHANTE, FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA GARANTINDO UM CAMPO DE TRABALHO SEM REFLEXO, AQUECIMENTO OU OBSTRUÇÃO DO CAMPO VISUAL QUANDO UTILIZADO INSTRUMENTAL, LENTE DE VISÃO AMPLA O QUE PERMITE O USO DE INSTRUMENTAÇÃO SOB MAGNIFICAÇÃO, SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, CABO METÁLICO, ACABAMENTO LISO, NA COR PRETA, COM 02 (DUAS) PILHAS ALCALINAS AA, ESTOJO CONTENDO NO MÍNIMO 05 (CINCO) UNIDADES DE ESPÉCULOS AURICULARES REUSÁVEIS COM SUPERFÍCIES LISAS, DESINFETÁVEL POR TODOS OS DESIGNN FETANN TRADICIONAIS E EM AUTOCLAVE DE VAPOR ATE OS 134C.. FORMA ANA- TOMICAMENTE ADEQUADA, PERMITE UMA INSERÇÃO ATRAUMATICA E LIVRE DE SENSACÕES DESAGRADÁVEIS.

Lote 0033 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, CAPA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	1	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, CAPACIDADE MINIMA180KG, ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA DE RODAS INDICADA PARA TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DE USUÁRIOS COM PESO MÍNIMO DE 180 KG, ESTRUTURA 100% EM AÇO-CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ COM CURA EM ESTUFA ACIMA DE 180°C, DOBRÁVEL EM "X" DUPLO, COM BARRA DE SUSTENTAÇÃO, ENCOSTO ESTOFADO EM POLIÉSTER, ASSENTO COM ALMOFADA DE 05 CM EM POLIÉSTER, REMOVÍVEL, APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO, FIXO, COM PROTETOR DE ROUPAS. APOIO DOS PÉS EM PEDAL PLÁSTICO, REGULÁVEL EM ALTURA, FAIXA DE APOIO PARA PERNAS, RODAS TRASEIRAS DE 24" COM EIXO REFORÇADOS, COM ROLAMENTOS E PNEUS MACIÇOS, RODAS DIANTEIRAS DE 06" COM PNEUS MACIÇOS E ROLAMENTOS, POSSUINDO ELEVAÇÃO DE PERNAS.

Lote 0034 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	1	UN	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA):COMPACTO, MICROPROCESSADO, TAMANHO REDUZIDO, DESFIBRILAÇÃO EM FORMA DE ONDA BIFÁSICA EM ATÉ 200 JOULES E PROTOCOLO EM CONFORMIDADE COM A AMERICAM HEART ASSOCIATION (A.H.A.) E FUNCOR, SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS E IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA, ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE, ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA COM AUMENTO DA EFICÁCIA NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO CORAÇÃO, MENSAGEM E COMANDO POR TEXTO E VOZ, IDIOMA: PORTUGUÊS, TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 05 SEGUNDOS PARA 100 JOULES; CRONÔMETRO (CONTADOR DE SEGUNDOS) E RELÓGIO COM DATA E HORA, ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL MÍNIMA DE 200 CHOQUES, INDICADOR DE CARGA E ALARME, GABINETE DE ALTO IMPACTO, ISOLADO ELETRICAMENTE. DOTADO DE ALÇA PARA TRANSPORTE INTEGRADA NO GABINETE FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO MESMO, PARA QUE POSSA SER MANUSEADO ISOLADAMENTE INDEPENDENTE DA BOLSA DE ALOJAMENTO, UTILIZAÇÃO DE ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS, PESO APROXIMADO 4,0 KG.(ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM BOLSA ESPECIAL TRANSPORTE, 01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 JOGO DE ELETRODOS AUTOADESIVOS, MANUAL DO USUÁRIO), TREINAMENTO OPERACIONAL E CERTIFICADO DE GARANTIA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 80058130008.

Lote 0035 - ESCADA 2 DEGRAUS, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	6	UN	ESCADA 2 DEGRAUS, ESPECIFICAÇÕES: TOTALMENTE PINTADA NA COR BRANCA, COM PISO



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 93/2018

Anexo - I

ANTIDERRAPANTE, AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO Ø 3/4"X1,20 MM, PISO EM CHAPA DE FERRO Nº 18 (1,20 MM) E PÉS COM PONTEIRAS - DIMENSÕES: 0,40X0,40X0,40 M - ALTURA DO 1º PISO: 0,18 M / 2º PISO: 0,38 M

Lote 0036 - ESTETOSCÓPIO TIPO RAPPAPORT, ESPE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	6	UN	ESTETOSCÓPIO TIPO RAPPAPORT, ESPECIFICAÇÕES: APARELHO PARA USO DE AUSCULTA CARDIO-RESPIRATÓRIA NÃO INVASIVA DO ORGANISMO, COMPLETO COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA E INCLUI OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, APARELHO DE USO MÉDICO PARA CONSULTA ADULTO E PEDIÁTRICO E PRODUZIDO COM MATERIAIS NOBRES, INCLUI: 01 PAR DE OLIVAS ROSQUEÁVEL DURA, 01 PAR DE OLIVAS ROSQUEÁVEL MACIA, 01 PAR DE OLIVAS ROSQUEÁVEL SILICONE, 02 PARES DE MEMBRANAS DE PLÁSTICOS RÍGIDO, ANEL ROSQUEADO DE COBRE CROMADO (INFANTIL E ADULTO), BASE ROSQUEADA DE COBRE CROMADO QUE POSSIBILITA TROCA DO SINO OU DIAFRAGMA (INFANTIL E ADULTO), CÂMARA DE SOM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DUPLO DE PVC LIGADO ATRAVÉS DE ANÉIS METÁLICOS, FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO, DIAFRAGMA ABERTO (SINO PROLONGADOR) TAMANHO PEQUENO, DIAFRAGMA ABERTO (SINO PROLONGADOR) TAMANHO MÉDIO, DIAFRAGMA ABERTO (SINO PROLONGADOR) TAMANHO GRANDE E AUSCULTADOR. COM GARANTIA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Lote 0037 - BALANÇA DIGITAL ADULTA, ESPECIFICAÇ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	7	UN	BALANÇA DIGITAL ADULTA, ESPECIFICAÇÕES: Estrutura em chapa de aço carbono Capacidade 200 kg; divisões de 100 g Plataforma: 390 x 400 mm Altura de 1,30 m Régua Antropométrica com escala entre 1,00 e 2,00 m Tapete em borracha anti-derrapante Pés reguláveis Função TARA,possibiliidade de até 100% da capacidade Display com 5 dígitos Chave seletora de tensão 110/220 v Opcional saída com RS 232 na cor branca.

Lote 0038 - BALANÇA DIGITAL INFANTIL, ESPECIFICA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	7	UN	BALANÇA DIGITAL INFANTIL, ESPECIFICAÇÕES: Capacidade de 5 kg/5g medindo aproximadamente 342 x 114 x 358 (L x A x P). Tara subtrativa de 7,5 kg. Teclas de zero e tara com chaves tateis. Botão tara que permita descontar o peso de traveseiros, fraldas, cobertores e etc. Alem de calcular o peso antes e depois da amamentação. Prato medindo aproximadamente 580 x 108 x 300 (L x A x P) em forma de concha que garanta maior segurança e conforto a criança e que seja higienizavel e atoxico. Com display que forneça uma excelente visibilidade em LEDS. Na cor branca.

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, constando a marca e modelo do objeto, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

- identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- número do Edital e do Pregão;
- indicação da marca e modelo do objeto ofertado, descrição precisa do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I;
- preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIP - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.
- número do registro do produto junto à ANVISA, salvo quando o item for isento de registro, ocasião que tal informação (item isento de registro junto à ANVISA) deverá constar na proposta.