



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 133/2019

## Anexo - I

### Lote 0001 - CARDIOTOCÓGRAFO (SISTEMA DE MONI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

1	1	UN	<p>CARDIOTOCÓGRAFO (SISTEMA DE MONITORAÇÃO PERINATAL)</p> <p>CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL PARA CONTROLE EM TEMPO REAL DOS BATIMENTOS CARDÍACO FETAL, CONTRAÇÃO UTERINA, MOVIMENTOS FETAIS PARA AVALIAÇÃO DA VITALIDADE FETAL. INDICADO PARA GESTAÇÃO ÚNICA OU GEMELAR.</p> <p>MONITOR COM TELA LCD, RETRÁTIL, DISPLAY DE ALTO BRILHO, COLORIDO, DE 10,2", RESOLUÇÃO DE 1020X600, DIGITAL. BOTÕES DE OPERAÇÕES TOUCHSCREEN DE RÁPIDO ACESSO AO MENU DE CONFIGURAÇÕES, IMPRESSÃO, ALARMES E CALIBRAÇÃO. BOTÃO SELETOR PARA AJUSTE DE VOLUME E NAVEGAÇÃO. IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA, COM FÁCIL ACESSO PARA REPOSIÇÃO DE PAPEL. BATERIA INTERNA DE 1 HORA EM OPERAÇÃO.</p> <p>PERMITE VISUALIZAR TRAÇADO CARACTERÍSTICO E NÚMERO ABSOLUTO DOS PARÂMETROS : FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF) EM BATIMENTOS POR MINUTO E CONTRAÇÃO UTERINA. O MOVIMENTO FETAL É MOSTRADO NA FORMA DE SETA.</p> <p>PERMITE AJUSTE DA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM 1,2,3 CM/MIN., AJUSTE DO ALARME MÍNIMO E MÁXIMO DA FCF, AJUSTE DAS CONFIGURAÇÕES DA BASELINE E GANHO DO TOCO. PERMITE DETECÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL DO MOVIMENTO FETAL. PERMITE INSERÇÃO DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PACIENTE, PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DO EXAME, REGISTRO DE EVENTOS EXTERNOS COM MARCAÇÃO NO REGISTRO GRÁFICO IMPRESSO E ALARME SONORO E VISUAL PARA ALTERAÇÃO DO FCF, ALARME SONORO E VISUAL PARA TÉRMINO DE PAPEL, ALARME VISUAL E SONORO PARA PERDA DE SINAL DO TRANSDUTOR TOCO E DA FCF.</p> <p>POSSUI MEMÓRIA PARA ARMAZENAR CERCA DE 500 EXAMES. EMITE ANÁLISE DOS PARÂMETROS AVALIADOS NA CARDIOTOCOGRAFIA : BASAL DA FCF EM BPM, VARIABILIDADE EM BPM, TOTAL DE ACELERAÇÃO TRANSITÓRIA, TOTAL DE DESACELERAÇÃO, CLASSIFICANDO EM PRECOCE, TARDIA, PROLONGADA E VARIÁVEL, TOTAL DE CONTRAÇÕES UTERINAS. TOTAL DE MOVIMENTO FETAL E STV (SHORT TERM VARIATION – VARIAÇÃO DE CURTO PRAZO DA FCF EM MILISSEGUNDOS), DADOS ESTES QUE SÃO IMPRESSOS JUNTO AO GRÁFICO OU VISUALIZADO NA TELA. COMPATÍVEL COM SOFTWARE INTELLIGENT PARA BACKUP DE EXAMES PARA COMPUTADOR, CONFECÇÃO DE LAUDO, IMPRESSÃO EM PDF E EM PAPEL COMUM.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 115-230 V – 50/60HZ – BIVOLT AUTOMÁTICO</li><li>- CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS</li><li>- SAÍDA RS232</li><li>- SAÍDA RS485</li><li>- INTERFACE COM NOTEBOOK E/OU COMPUTADOR PARA BACKUP DOS EXAMES REALIZADOS E POSTERIOR GERAÇÃO DE LAUDO ATRAVÉS DE CABO DE REDE</li><li>- COMUNICAÇÃO VIA CABO E/OU WIRELESS COM CENTRAL DE MONITORAMENTO OBSTÉTRICA ACOMPANHA:</li><li>- 2 TRANSDUTORES DE ULTRASSOM COM 10 CRISTAIS COM SINAL DE FREQUÊNCIA DOPPLER (2.0 MHZ) – FCF 1 FCF 2. COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,3 METROS E IPX1;</li><li>- 1 TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CONTRAÇÃO UTERINA (TOCO) COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,3 METROS IPX1;</li><li>- 1 MARCADOR DE MOVIMENTO FETAL COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,3 METROS IPX1;</li><li>- 4 CINTAS ELÁSTICAS, COM LARGURA DE 5,6CM E COMPRIMENTO DE 1,40 METROS;</li><li>- 3 BLOCOS DE PAPEL DE 112 CM, COM 20 METROS DE COMPRIMENTO NUM TOTAL DE 450 FOLHAS;</li><li>- 1 CABO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS;</li><li>- CR-ROM COM SOFTWARE INTELLIGENT PARA BACKUP DE EXAMES E LAUDO PARA COMPUTADOR, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.</li></ul>
---	---	----	---

#### Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

a) Identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) Número do Edital, do Pregão e Objeto da Licitação.

c) Indicação de MARCA, MODELO e NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; descrição e quantidade precisas do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I. Caso o produto seja isento do referido registro na ANVISA, deverá constar na proposta a redação ISENTA.



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 133/2019

## Anexo - I

d) Apresentação da ficha técnica do produto.

e) Preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.

f) Dados bancários atualizados da empresa (Banco, Agência e Conta Corrente).

g) Observar Cláusula 7.15 do Edital.

BIRIGUI - SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

---