



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CERTAME

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA EQUIPAR AS SALAS DE PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil “BLI” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

2. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS / PREÇO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	ALTA ROTAÇÃO SISTEMA DE CONEXÃO BORDEM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, TURBINA BALANCEADA, ROLAMENTOS COM SEPARADOR DE ESFERAS EM CERÂMICA APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA, SISTEMA PUSH BOTTON (NÃO USA SACA BROCA) PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCAS, FABRICADA EM LATÃO E ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO DE NANOTECNOLOGIA (MATERIAL BACTERICIDA PERMANENTE) E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE.	10 UN		R\$ 971,00	R\$ 9.710,00
02	AUTOCLAVE DE 12 LITROS, ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR OS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. CONTA COM 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA: SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE DE TEMPERATURA, PRESSÃO E ALTITUDE; SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS; DISPOSITIVOS ELETROELETRÔNICOS E MECÂNICOS QUE OFERECEM MAIOR PROTEÇÃO; CICLO DE SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA OU PORTA FECHADA; BIVOLT AUTOMÁTICO; CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO; DISPOSITIVOS	07 UN		R\$ 5.470,33	R\$ 38.292,31



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	ELETROELETRÔNICOS QUE OFERECEM PROTEÇÃO CONTRA IMPREVISTOS; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX; SUPORTE COM DUAS BANDEJAS EM ALUMÍNIO, PERFURADAS E REMOVÍVEIS. SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA COM GUARNIÇÃO DE SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA E PRESSÃO. VÁLVULA COM ABERTURA AUTOMÁTICA CASO A PRESSÃO DA CÂMARA ULTRAPASSE O VALOR DE SEGURANÇA.				
03	AUTOCLAVE DE 21 LITROS, ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR OS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. CONTA COM 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA: SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE DE TEMPERATURA, PRESSÃO E ALTITUDE; SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS; DISPOSITIVOS ELETROELETRÔNICOS E MECÂNICOS QUE OFERECEM MAIOR PROTEÇÃO; CICLO DE SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA OU PORTA FECHADA; BIVOLT AUTOMÁTICO; CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO; DISPOSITIVOS ELETROELETRÔNICOS QUE OFERECEM PROTEÇÃO CONTRA IMPREVISTOS; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX; SUPORTE COM DUAS BANDEJAS EM ALUMÍNIO, PERFURADAS E REMOVÍVEIS. SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA COM GUARNIÇÃO DE SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA E PRESSÃO. VÁLVULA COM ABERTURA AUTOMÁTICA CASO A PRESSÃO DA CÂMARA ULTRAPASSE O VALOR DE SEGURANÇA	05 UN		R\$ 6.727,00	R 33.635,0000
04	LASER TERAPÊUTICO SEM FIO, ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO DE LASERTERAPIA DESENVOLVIDO PARA IRRADIAR LASER DE BAIXA INTENSIDADE VERMELHO OU INFRAVERMELHO PARA AS FINALIDADES ANTI-INFLAMATÓRIAS, CICATRIZANTES E ANALGÉSICAS; DIÂMETRO DA FIBRA: 600 UM; BATERIA: LI-ÍON; DURAÇÃO DA BATERIA: 2 HORAS COM APLICAÇÃO	02 UN		R\$ 4.551,50	R\$ 9.103,0000



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	ININTERRUPTA; COMPRIMENTO DE ONDA DO LASER INFRAVERMELHO: 808 NM \pm 10 NM; POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER INFRAVERMELHO: 100 MW \pm 20%; COMPRIMENTO DE ONDA DO LASER VERMELHO: 660 NM \pm 10 NM; POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER VERMELHO: 100 MW \pm 20%. ACOMPANHAM O PRODUTO: 1 PEÇA DE MÃO, 1 SUPORTE DA PEÇA DE MÃO, 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 3 ESPAÇADORES, 1 ÓCULOS DE PROTEÇÃO GRANDE, 1 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PEQUENO (PROTETOR OCULAR) E 1 CASE PARA TRANSPORTE.				
Valor Total da Proposta:				R\$ 90.740,31	

OBSERVAÇÃO: OS VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS SÃO ESTIMADOS, E PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E PROPOSTA FINAL, DEVERÁ SER OBEDECIDO ESTRITAMENTE AS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS.

* Valores de referência. Para fins da apresentação da proposta final, deverão ser considerados unicamente 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

Serão desclassificadas as propostas que:

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula em seus valores unitários do Item;

Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita (m) a perfeita identificação do item ofertado;

Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, bem como as manifestamente inexequíveis;

Não contenham a marca do produto ou fabricante, quando for o caso, ou se houver alteração na marca inicial ofertada;

Contenham divergência nas especificações contidas na proposta inicial.