



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao questionamento efetuado por determinada empresa em relação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 54/2024, que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA PARA ATENDER DIVERSOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I:**

Pergunta: Venho por meio deste solicitar esclarecimento quanto ao **PE 54/2024 - EDITAL Nº 66/2024.**

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CERTAME

ITEM: 21 – COTA PRINCIPAL

SENSOR FREESTYLE LIBRE: TAMANHO DO SENSOR 5MM DE ALTURA E 35 DE DIÂMETRO. PESO DO SENSOR 5 GRAMAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO SENSOR 1 BATERIA DE ÓXIDO DE PRATA. VIDA ÚTIL DO SENSOR ATÉ 14 DIAS. MEMÓRIA DO SENSOR 8 HORAS (AS LEITURAS DE GLICOSE SÃO ARMAZENADAS A CADA 15 MINUTOS. TEMPERATURA OPERACIONAL DO SENSOR 10°C A 45°C. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM DO SENSOR E APLICADOR DO SENSOR 4°C A 30°C. UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO 10%-90%, SEM CONDENSAÇÃO. RESISTENCIA DO SENSOR A ÁGUA IP27:PODE RESISTIR A UMA IMERSÃO EM UM METRO DE ÁGUA POR ATÉ 30 MINUTOS. ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO E OPERAÇÃO 381 METROS A 3048 METROS.

Gostaríamos de obter informação clara, qual é a finalidade específica para a qual este item será adquirido, se está relacionado ao atendimento de mandados judiciais ou o órgão possui protocolo administrativo interno em programa de diabetes para pacientes em tratamento?

Resposta: Conforme manifestação da requisitante, Secretaria de Saúde, recebida por esta Pregoeira nesta data através de email: **“O item em questão é para atendimento de mandados judiciais, apenas.”**

Birigui, 06 de junho de 2024

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial