



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta efetuada pela Secretaria requisitante ao questionamento efetuado por determinada em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 140/2.015, que objetiva a aquisição de aparelho de anestesia destinado ao atendimento do Convênio nº 836/2014, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde-Secretaria de Saúde:

1º) Esclarecimento questionamento: “Edital solicita: POSSIBILITAR MONITORAÇÃO DE AGENTES ANESTÉSICOS NA TELA DO EQUIPAMENTO; Motivo: Gostaríamos de saber se será aceito equipamento que possibilita a monitoração de agentes anestésicos através de monitor externo, exclusivo para esta finalidade e acoplada ao equipamento por suporte dedicado.”

Resposta: “O que a empresa solicita pode ser acatado, uma vez que isso não afetará as características físicas do aparelho em questão, pois no próprio edital pede - se a "POSSIBILIDADE" de haver este monitoramento e não que isso seja uma coisa obrigatória.”

Birigui, 13 de novembro de 2.015.

Renata Aparecida Natal Zago,
Pregoeira Oficial