



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 08 de janeiro de 2015.

CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.

Sra. Tamires Lazarine de Oliveira

Nesta

Assunto: ESCLARECIMENTO REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 201/2014

O Pregoeiro **ESCLARECE** que com referência ao Pregão Presencial nº 201/2014, que objetiva **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES** o seguinte:

- Questionamento:

1º questionamento: A lanceta que esta empresa dispõe possui todas as características exigidas, no entanto ao invés de 0,4mm de diâmetro é de **0,36mm**, diferença relativamente irrisória. Esta empresa poderá participar com a lanceta que dispõe, de 0,36mm?

2º questionamento: No edital pede-se embalagem com 200 unidades. Esta empresa possui embalagem com quantidade de 100 unidades por caixa. Poderá participar com a embalagem que dispõe?

-Resposta

- Conforme Memorando nº 04/2015 – BC do Departamento Médico e de Enfermagem:

Em resposta ao questionamento relacionado ao Pregão Presencial nº 201/2014, salientamos que é de interesse dessa municipalidade manter o padrão já existente que é de 0,4 mm.

Atenciosamente.

**Person Roberto da Costa Junior
Pregoeiro Oficial**