



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ - 46.151.718./0001 - 80

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Birigui, 06 de setembro de 2.019.

Ofício Especial

Assunto: Manifestação à Impugnação pela empresa White Martins Gases Industriais Ltda, ao edital do Pregão Presencial nº 146/2019.

Senhor Licitante:

Informamos que respaldado pela manifestação da Secretaria requisitante através do **Ofício Nº 20/2019 LHCM** (conforme abaixo), decidimos pelo **deferimento parcial do pedido de Impugnação** apresentado por esta conceituada empresa.

1) Sugestão pela empresa White Martins de que o prazo seja de 24 horas para início de entrega dos produtos.

Posicionamento da Comissão: Tendo em vista a necessidade dos pacientes que fazem o uso da oxigenioterapia domiciliar em decorrência de problemas de saúde, sendo de **necessidade vital** onde o paciente não pode sequer permanecer sem o uso do oxigênio medicinal, permanecendo assim o texto exatamente como já publicado, pois a falta do mesmo pode acarretar a morte do paciente e ou complicações ao mesmo, ainda podendo levar a utilização de um leito hospitalar pela falta momentânea do oxigênio medicinal que é algo que pode estar previsto neste Edital assim como já enunciado. **Sendo assim o quesito prazo para entrega permanece inalterado.**

2) Capacidade dos cilindros (Item questionado pela empresa White Martins).

Posicionamento da Comissão: A capacidade de volume solicitada no presente Edital como segue abaixo :

A disponibilização dos cilindros de oxigênio deverão ocorrer da seguinte forma, em cilindros 1m³, 2m³ e 10m³, conforme solicitação da requisitante, frisando que a prevalência são os cilindros de 10m³.

Tal discriminação de volume visa atender as necessidades desta Secretaria e para uso e fornecimento para os pacientes, onde a solicitação de cilindro 1m³ tende as ambulâncias que já vem com suporte apropriado para este volume, o cilindro de 2m³ atende exatamente as necessidades das ambulâncias



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ - 46.151.718./0001 - 80

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

UTI, que possui o suporte apropriado para este volume e a solicitação de 10m³ atende os pacientes domiciliares conforme prescrição médica.

Tendo em vista que a realização do Processo Licitatório para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e que as ambulâncias já vem equipadas em um padrão para a colocação de cilindro sendo que são exatamente os itens solicitados acima que atendem as necessidades e encaixe no suporte, saliento ainda que a mais de 03 empresas que possuem os itens solicitados no presente Edital (inclusive a White Martins que realizou cotações para os itens deste Pregão). **Sendo assim o quesito capacidade dos cilindros permanece inalterado, justificado pela necessidade da Secretaria como citado acima.**

3) Revoga a exigência do Certificado de Boas Práticas (Solicitado pela empresa White Martins)

Posicionamento da Comissão: Referente a EXIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). Citado no subitem 7.12.7.1.1, do item 7.12.7 - Outras Comprovações: informamos que será suprimido e substituído por:

“ Cópia do certificado de Autorização de Funcionamento expedido pela ANVISA do LICITANTE. Caso a empresa não esteja com AFE regularizada, será aceito cópia autenticada de petição de regularização ou protocolo que comprove que a empresa já fez a solicitação junto com a ANVISA, nos termos das Leis nº 6.360 de 23/09/76; nº 6.437 de 20/08/1977 e nº 5.991 de 17/12/1973. “

Desta forma, fica parcialmente deferido o pedido de impugnação supra e alterada a cláusula 7.12.7.1.1 do edital do Pregão Presencial nº 146/2019 que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM COMODATO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES – SECRETARIA DE SAÚDE**, e designando-se a nova data de abertura do certame para o dia 20/09/2019 as 13:30 horas, conforme retificação anexa.

Certos de v/ especial atenção e de pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente.

Renata Aparecida Natal Zago

Pregoeira Oficial