



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 09 de Janeiro de 2023

Ofício nº 08/2023

A(o) Senhor(a)
Enio Nicolau L. Garcia
Pregoeiro(a) Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 150/2022

Prezado(a) Senhor(a),

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 245/2022 (ITEM 14.5 – DAS AMOSTRAS) – Pregão Eletrônico n.º 150/2022, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE PÚBLICA EM GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I. Segue parecer conclusivo relativo à amostra e documentação técnica apresentada pela empresa CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, CNPJ: 55.309.074/0001-04, decorrente do referido certame.

01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise das amostras apresentadas pela empresa CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, CNPJ: 55.309.074/0001-04, ora declarada arrematante do LOTE n.º 20 do Pregão Eletrônico n.º 150/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE PUBLICA EM GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

02.1- A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela PORTARIA N.º 09/2021, alterada pela Portaria nº 10/2022, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

| SERVIDORES | UNIDADE ADMINISTRATIVA |
|------------------------------|------------------------|
| RENATA N. M. SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE |

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- a) Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- b) Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;
- c) Realizar análise das amostras de cada item;
- d) Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.

03 – DA METODOLOGIA:

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item, conforme edital n.º 245/2022

04 – DA AVALIAÇÃO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | ANÁLISE | RESULTADO |
|------|---|--|-----------------|
| 20 | COTA PRINCIPAL SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 3ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503 DE 29/12/2011. | AMOSTRA APRESENTADA ESTÁ DE ACORDO COM O EDITAL. | APROVADA |

✓

05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

05.1 – Esta Comissão decide por **APROVAR o item 20**, POIS A AMOSTRA APRESENTADA ESTÁ DE ACORDO COM O EDITAL.

Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.




Erikson Camilo Conceição
Diretor de Atenção Básica e Especialidades




Cássia Rita Santana Celestino
Secretária Municipal de Saúde

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:



Renata N. M. Serra
CPF N.º 200.546.858-42



Silvana R. D. C. de Anchieta
CPF N.º 514.116.791-72



Fernando Gonçalves da Silva
CPF N.º 297.956.698-50