



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Birigui, 16 de Junho de 2015.

### MEMORANDO Nº 377/2015 - LN

Departamento Médico e de Enfermagem

Prezada Senhora,

Venho por meio deste, informar a Vossa Senhoria sobre a realização dos testes das coberturas especiais, referentes ao pregão 37/2015 dos itens que seguem abaixo que foram realizadas nos dias 28 e 29 de maio de 2015 na UBS Cidade Jardim pela enfermeira Ana Patricia Soares Moralles com seus devidos representantes.

A placa de baitan (item03) da marca coloplast, foi aprovada por atender as especificações do edital.

O hidrogel (item 04) da marca casex (item 05) foi desclassificado pois conforme observado na embalagem do mesmo só pode ser utilizado uma única vez, devendo ser descartado após sua utilização por ser estéril, não sendo vantajoso para administração pública.

Quanto a bota de unna da marca casex, foi desclassificado pois conforme relatado pela enfermeira que realizou os testes a mesma apresentou difícil manuseio na colocação devido ao excesso de pasta.

Avaliado também o equipo e o frasco de dietoterapia, itens (1 e 2) o equipo possui coloração azul que contribui para evitar que o profissional de enfermagem não confunda a via onde está sendo infundido a dieta e o frasco apresenta tamanho adequado para o fracionamento da dieta portanto está aprovado.

Segue a cópia do memorando nº 36/2015 com avaliação da enfermeira.

Informamos também que o Departamento Médico e Enfermagem fica a disposição para maiores esclarecimentos, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Sem mais para o momento.  
Atenciosamente,

  
**Marian Fatima Nakad**

Chefe de Seção de Enfermagem

  
**Soraya Moysés Fernandes Avelino**  
Diretora Depto. Médico e de Enfermagem

Ilma Sra.

**Andrea Cristina Possetti Melo**

Pregoeira Oficial