



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ - 46.151.718./0001 - 80

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

TRANSMISSÃO VIA EMAIL

DE	DEPARTAMENTO	DATA
Renata Ap. Natal Zago	MATERIAIS	06/07/2022

EMPRESA:
LICITANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

FAX Nº (18) xxxxxx e-mail:	Nº DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 01 (uma)
----------------------------------	--

se não recebido bem, contatar pelo fone (0xx18) 3643-6024

Prezados Licitantes:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 031/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
JULGAMENTO DAS AMOSTRAS**

A Prefeitura Municipal de Birigui-SP TORNA PÚBLICO a todos os interessados o resultado da análise dos documentos técnicos e do teste de aceitabilidade e avaliação da amostra do quinto classificado, em atendimento às Cláusulas 14.5 e 14.6 do Edital, realizados por equipe designada pela Secretaria Municipal de Saúde, e conforme documentos encaminhados, apresentou-se o seguinte resultado: **CIRULABOR PROD CIRURGICOS LTDA: Amostra do item nº 04 Reprovada.**

Fica aberto o prazo de 03 (três) dias a partir do primeiro dia útil subsequente à veiculação desta publicação para eventual recurso. O julgamento das amostras e documentos na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados na Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155 Andar Térreo, Jardim Morumbi, e também no Site: www.birigui.sp.gov.br. Birigui, 05/07/2022.

Publicação na data de hoje.

Certos de v/ especial atenção e de pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente.

Renata Ap. Natal Zago
Pregoeira Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 30 de Junho de 2022

Ofício nº 52/2022

A Senhora.
Renata Natal
Pregoeira Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 14/2022

Prezada Senhora,

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 031/2022 (ITEM 14.6 – DAS AMOSTRAS) – Pregão Eletrônico n.º 14/2022, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE RELATÓRIO SOCIAL E PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, segue parecer conclusivo relativo à análise das amostras apresentadas pela empresa CIRULABOR PROD. CIRÚRGICO LTDA-EPP, CNPJ: 47.063.094/0001-01, decorrente do referido certame.

01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise das amostras apresentadas pela empresa CIRULABOR PROD. CIRÚRGICO LTDA-EPP, CNPJ: 47.063.094/0001-01, ora declarada arrematante do LOTE n.º 04 do Pregão Eletrônico n.º 14/2022, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de materiais de enfermagem destinados aos atendimentos de relatório social e processos judiciais da Secretaria de Saúde, conforme proposta de preços apresentada.

02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

02.1 - A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela PORTARIA N.º 09/2021, alterada pela Portaria nº 10/2022, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

SERVIDORES	UNIDADE ADMINISTRATIVA
RENATA N. M. SERRA	SECRETARIA DE SAÚDE
SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA	SECRETARIA DE SAÚDE
FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	SECRETARIA DE SAÚDE

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;

- c) Realizar análise das amostras de cada item;
- d) Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.

03 – DA METODOLOGIA:

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item, conforme edital n.º 31/2022

04 – DA AVALIAÇÃO:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	ANÁLISE	RESULTADO
04	COMPRESSA DE GAZE NÃO TECIDO ESTÉRIL, SEM FILAMENTO RADIOPACO, 4 CAMADAS - 30G, 7,5 X 7,5 CM (DOBRADA) - PACOTE COM 10 UNIDADES.	O PRODUTO NÃO POSSUI CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPATÍVEIS COM AS ESPECIFICAÇÕES EXPLÍCITAS EM EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 31/2022. A AMOSTRA APRESENTADA É DE TECIDO 100% ALGODÃO.	REPROVADA

05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

05.1 – Após avaliação das amostras, esta Comissão decide por **REPROVAR** o item apresentado e avaliado, sendo que o mesmo servirá como comparativo para eventual recebimento do objeto conforme demanda por parte do setor competente.

Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Fernando Monteiro Prereira
Diretor Pla. Ges. Rec. Saúde Pública

Cássia Rita Santana Celestino
Secretário Municipal de Saúde

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

Renata N. M. Seifra
CPF N.º 200.546.858-42

Silvana R. D. C. De Anchieta
CPF N.º 514.116.791-72

Fernando Gonçalves da Silva
CPF N.º 297.956.698-50

	FORMULÁRIO	F-PGQ-064-A Versão: 02
	INSTRUÇÃO DE USO	Data de Emissão: 21/02/22 Pág: 1 de 2

Compressa de Gaze Hidrófila Estéril

1- Informações da Empresa

Razão Social: Amed S/A

CNP: 10.403.238/0001-11

Endereço: Rodovia BR 135 Km 628 + 930 m; S/N; Zona Rural; Curvelo/MG; CEP: 35.797-899

AFE: 8.14819.0

Responsável Técnico: Bárbara Pereira Mendes

2- Descrição do Produto

- Nome Técnico: Compressa
- Nome Comercial: Compressa de Gaze Hidrófila Estéril
- Notificação na ANVISA: 81481900001
- Tecido 100% algodão, plano, de baixa densidade de fios por centímetro, ligamento tafetá (tela), alvejado (isento de amido, corantes corretivos e alvejante óptico), inodoro e insípido com cinco dobras e oito camadas. Apresenta-se estéril e sem fio radiopaco firmemente fixado ao seu corpo;
- Confeccionadas em tecido macio e neutro;
- Altamente absorventes, isentas de impurezas;
- Produto esterilizado por óxido de etileno;
- Embaladas em envelopes de filme e PGC (papel grau cirúrgico);
- Abertura asséptica em Pétala;
- Produto fabricado no Brasil, com matéria-prima 100% brasileira.

3- Apresentação do Produto

- Produzidas com 5 dobras e 8 camadas;
- Densidade: 9, 11, 13, 15, 18 ou 21 fios/cm²;
- Envelopes com 5, 10, 20 ou 40 unidades.
- Dimensional fechada: 7,5 cm x 7,5 cm ou 10 cm x 10 cm;
- Dimensional aberta: 15 cm x 24 cm; 15 cm x 25 cm; 15 cm x 26 cm; 15 cm x 30 cm; 20 cm x 40 cm; 18 cm x 38 cm; 91 cm x 60 cm; 91 cm x 1 m; 91 cm x 2 m ou 90 cm x 1,30m.
- Sem fio radiopaco.


4- Indicação de Uso/Finalidade

A Compressa de Gaze Estéril Hérica Premium é indicada para cirurgias na absorção de sangue e secreções, barreira (hemostática) antiaderente na contenção de hemorragias, intervenções cirúrgicas e para curativos.

5- Instrução de Uso

Abrir a embalagem através da técnica asséptica, pela pétala de abertura, para diminuir o risco de contaminação.

Retirar as compressas de gaze da sua embalagem e aplicar sobre a área lesionada que necessite que o sangue e/ou as secreções sejam absorvidos ou sobre a área da ferida aberta ou em curativos de forma geral.

	FORMULÁRIO	F-PGQ-064-A
	INSTRUÇÃO DE USO	Versão: 02 Data de Emissão: 21/02/22 Pág: 2 de 2

6- Armazenamento e Transporte

Armazenar e transportar em local limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e luz solar. Não há faixas de temperatura e umidade determinadas para o armazenamento e transporte do produto. Sendo assim, o produto pode ser armazenado e transportado sem a necessidade de controle de temperatura e umidade, seguindo as recomendações citadas.

7- Precauções, Restrições e Advertências

- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada.
- Produto de uso único. Proibido reprocessar. Destruir após o uso.
- Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- Após o uso descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.
- Não é recomendado realizar a abertura da Compressa de Gaze para sua utilização.

8- Contraindicações

Não se aplica.

9- Efeitos Adversos

Não se aplica.

CÓPIA CONTROLADA

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	AMED S/A
CNPJ	10.403.238/0001-11
Autorização	8.14.819-0
Produto	Compressa de Gaze Hidrófila Estérel

Modelo Produto Médico
Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 09 fios/cm2, 10 cm x 10 cm (fechada), 90 cm x 1,30 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 11 fios/cm2, 10 cm x 10 cm (fechada), 90 cm x 1,30 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 13 fios/cm2, 10 cm x 10 cm (fechada), 90 cm x 1,30 m (aberta);
Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 09 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 30 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 11 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 30 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium, 13 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 30 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 09 fios/cm2, 10 cm x 10 cm (fechada), 20 cm x 40 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 11 fios/cm2, 10 cm x 10 cm (fechada), 20 cm x 40 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium, 13 fios/cm2, 10 cm x 10 cm (fechada), 20 cm x 40 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 09 fios/cm2, 91 cm x 60 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 11 fios/cm2, 91cm x 60 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium, 13 fios/cm2, 91 cm x 60 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 09 fios/cm2, 91 cm x 1 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 11 fios/cm2, 91 cm x 1 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium, 13 fios/cm2, 91 cm x 1 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 09 fios/cm2, 91 cm x 2 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 11 fios/cm2, 91 cm x 2 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Premium 13 fios/cm2, 91 cm x 2 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 9 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 26 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 11 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 26 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 13 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 26 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 09 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 30 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 11 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 30 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 13 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 30 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 09 fios/cm2, 10 cm x 10 cm (fechada), 18 cm x 38 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 11 fios/cm2, 10 cm x 10 cm (fechada), 18 cm x 38 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 13 fios/cm2, 10 cm x 10 cm (fechada), 18 cm x 38 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 09 fios/cm2, 91 cm x 60 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 11 fios/cm2, 91cm x 60 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 13 fios/cm2, 91 cm x 60 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 09 fios/cm2, 91 cm x 1 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 11 fios/cm2, 91 cm x 1 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 13 fios/cm2, 91 cm x 1 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 09 fios/cm2, 91 cm x 2 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Hérica Soft 11 fios/cm2, 91 cm x 2 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Livia 09 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 25 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Livia 11 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 25 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Livia 13 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 25 cm (aberta); Todas as apresentações acima descritas disponíveis também em 15, 18 ou 21 fios/cm2.
Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Livia 09 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 24 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Livia 11 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 24 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Livia 13 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 24 cm (aberta);
Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Livia 09 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 30 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Livia 11 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 30 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estérel Livia, 13 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 30 cm (aberta).

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução de Uso Compressa de Gaze Estéril.pdf	0676314228 - 23/02/2022 12:51:04
---	--	----------------------------------

Nome Técnico	Compressas
Registro	81481900001
Processo	25351480214201755
Fabricante Legal	AMED S/A
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]