



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 03 de Fevereiro de 2023

Ofício nº 81/2023-RNMS/SECSAÚDE

A Senhora.
Tatyane Fernanda Martins
Pregoeira Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 170/2022

Prezada Senhora,

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 263/2022 (ITEM 17 – **DAS AMOSTRAS**) – Pregão Eletrônico n.º 170/2022, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ESTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I e II – Termo de Referência.

Segue parecer conclusivo relativo à amostra apresentada pela empresa **CIRURGICA UNIÃO LTDA**, CNPJ: **04.063.331/0001-21** do referido certame.

01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise da documentação técnica apresentada pela empresa **CIRURGICA UNIÃO LTDA**, CNPJ: **04.063.331/0001-21**, ora declarada arrematante do **LOTE n.º 27**, do Pregão Eletrônico n.º 170/2022, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ESTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I e II – Termo de Referência, conforme proposta de preços apresentada.

02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

02.1- A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela PORTARIA N.º 09/2021, alterada pela Portaria nº 10/2022, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

SERVIDORES	UNIDADE ADMINISTRATIVA
RENATA N. M. SERRA	SECRETARIA DE SAÚDE
SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA	SECRETARIA DE SAÚDE
FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	SECRETARIA DE SAÚDE

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;
- Realizar análise das amostras de cada item;
- Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.

Renata
14/02
14:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

03 – DA METODOLOGIA:

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item.

04 – DA AVALIAÇÃO:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	ANÁLISE	RESULTADO
27	Spray para remoção sem dor e traumática de dispositivos de ostomia e para higiene da zona circundante do estoma, embalado individualmente em frasco contendo no mínimo 50 ml.	Empresa não apresentou amostra para análise	REPROVADA

05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

05.1 – Esta Comissão decide por **REPROVAR** a empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**, CNPJ: **04.063.331/0001-21**, pois não foi apresentada amostra para avaliação. *

Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.



Erikson Camilo Conceição
Diretor de Atenção Básica e Especialidades




Cássia Rita Santana Celestino
Secretária Municipal de Saúde

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:



Renata N. M. Serra
CPF N.º 200.546.858-42



Silyana R. D. C. de Anchieta
CPF N.º 514.116.791-72



Fernando Gonçalves da Silva
CPF N.º 297.956.698-50



Birigui, 08 de Fevereiro de 2023

Ofício nº 95/2023-RNMS/SECSAÚDE

A Senhora.
Tatyane Fernanda Martins
Pregoeira Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 170/2022

Prezada Senhora,

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 263/2022 (ITEM 17 – **DAS AMOSTRAS**) – Pregão Eletrônico n.º 170/2022, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ESTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I e II – Termo de Referência.

Segue parecer conclusivo relativo à amostra apresentada pela empresa **FERNANDA CESAR MATHIAS BEDAQUE**, CNPJ: **08.850.668/0001-30** do referido certame.

01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise da documentação técnica apresentada pela empresa **FERNANDA CESAR MATHIAS BEDAQUE**, CNPJ: **08.850.668/0001-30**, ora declarada arrematante do **LOTE n.º 32**, do Pregão Eletrônico n.º 170/2022, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ESTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I e II – Termo de Referência, conforme proposta de preços apresentada.

02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

02.1- A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela PORTARIA N.º 09/2021, alterada pela Portaria nº 10/2022, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

SERVIDORES	UNIDADE ADMINISTRATIVA
RENATA N. M. SERRA	SECRETARIA DE SAÚDE
SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA	SECRETARIA DE SAÚDE
FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	SECRETARIA DE SAÚDE

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;
- Realizar análise das amostras de cada item;
- Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

03 – DA METODOLOGIA:

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item.

04 – DA AVALIAÇÃO:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	ANÁLISE	RESULTADO
32	Creme barreira protetora que ajuda a cuidar da pele inflamada, seca e irritada. Cria uma barreira duradora que protege a pele contra dano maior provocado pelos efluentes ou por adesivos.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA

05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

05.1 – Esta Comissão decide por **APROVAR** a empresa **FERNANDA CESAR MATHIAS BEDAQUE**, CNPJ: **08.850.668/0001-30**, pois a amostra apresentada para avaliação, referente ao item 32, esta de acordo com descritivo do anexo I do edital.


Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.


Erikson Camilo Conceição
Diretor de Atenção Básica e Especialidades


Cássia Rita Santana Celestino
Secretária Municipal de Saúde

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:


Renata N. M. Serra
CPF N.º 200.546.858-42


Silvana R. D. C. de Anchieta
CPF N.º 514.116.791-72


Fernando Gonçalves da Silva
CPF N.º 297.956.698-50

Descrizione del prodotto:

Cutimed® PROTECT Cream è una crema barriera che protegge la pelle dai fluidi corporei. Protegge la pelle secca, arrossata o irritata trattandola e garantendo un effetto barriera duraturo. Senza limitare l'impiego di medicazioni adesive o nastri adesivi medicali.

Indicazioni:

Cutimed® PROTECT Cream protegge la pelle soggetta a rischio di lesione o irritazione per problemi di incontinenza. Cutimed® PROTECT Cream protegge la pelle dai danni associati all'incontinenza cronica. Idrata e protegge la pelle secca.

Controindicazioni:

Cutimed® PROTECT Cream non deve essere utilizzata su cute con presenza di infezione o in caso di allergia nota ai componenti.

Avvertenza:

Nel caso in cui la condizione della cute non migliori (o peggiori) entro i giorni dall'inizio dell'applicazione, consultare il proprio medico. Evitare l'uso prolungato del prodotto sui bambini. Solo per uso esterno. In caso di ingestione consultare un medico. Evitare il contatto con gli occhi. Cutimed® PROTECT Cream può accentuare la capacità adesiva di alcuni materiali di fissaggio.

Istruzioni per l'uso:

- (1) Detergere delicatamente la cute.
 - (2-3) Applicare uno strato sottile di Cutimed® PROTECT Cream su tutta la superficie interessata.
 - (4) Applicare nuovamente in base alle esigenze.
- Se la zona di applicazione diventa untuosa significa che è stata applicata un'eccessiva quantità di prodotto. Cutimed® PROTECT Cream deve essere applicato esclusivamente da operatori sanitari.

Ingredienti:

Acqua purificata, Etilhexil Isononanoate, Disiloxano, Polissobutilene, P Eicosene Copolymer, Idrossietilacrilato/Sodium Acryloyl Dimethyl Aurate Copolymer, Butylene Glycol, Oleth-3 Phosphate, Phenoxyletanol, Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer, Allantoin, Carbomer, Trietanolamina, Methylparaben, Propylparaben, Disodium DTA.

Conservazione:

Conservare Cutimed® PROTECT Cream in ambiente asciutto. Non esporre alla luce solare diretta. Immagazzinare tra 5°C e 30°C.

Segnalare a BSN medical GmbH e alle autorità nazionali competenti eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione a questo dispositivo.

Data: Gennaio 2020

Beschrijving van het product:

Cutimed® PROTECT is een barrièrecrème die de huid beschermt tegen lichaamsvloeistoffen. Het beschermt droge, geschuurde, rode, of geïrriteerde huid door vocht in te brengen en als een langdurige barrière te werken. De crème maakt de kleef aag van kleverige verbanden of medische tapes/pleisters niet kapot.

Indicaties:

Cutimed® PROTECT Cream beschermt de risicovolle huid tegen beschadiging en irritatie, in het bijzonder geschikt bij incontinentie. Cutimed® PROTECT Crème beschermt de huid tegen schade geassocieerd met chronische incontinentie. Het brengt vocht in en beschermt droge huid.

Contra-indicaties:

Cutimed® PROTECT Crème mag niet gebruikt worden op huid waar sprake is van een infectie of wanneer sprake is van een bekende allergische gevoeligheid voor (één van de) ingrediënten.

Waarschuwing:

Als de conditie van de huid niet beter wordt binnen zeven dagen (of vererger), raadpleeg uw arts. Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor uitwendig gebruik. In geval van innname, medische hulp vragen. Vermijd contact met de ogen. Cutimed® PROTECT Crème kan de plakkracht van sommige kleverige producten vergroten.

Aanwijzingen voor gebruik:

- (1) Maak de huid zacht schoon.
 - (2-3) Bedek het hele betrokken gebied met een dunne laag Cutimed® PROTECT Crème.
 - (4) Indien nodig herhalen.
- Wanneer het gebied vettig aanvoelt is teveel aangebracht. Cutimed® PROTECT Cream mag alleen door medische professionals worden aangebracht.

Ingrediënten:

Gezuiverd water, Etilhexyl Isononanoaat, Disiloxaan, Polysobutyleen, VP Eicosen Copolymer, Hydroxyethyl Acrylaat/Sodium Acryloyl Dimethyl Tauraat Copolymer, Butyleen Glycol, Oleth-3 Fosfaat, Phenoxyletanol, Hydrogenated Styreen/Isopreen Copolymer, Allantoin, Carbomeer, Triethanolamine, Methylparabeen, Propylparabeen, Disodium EDTA.

Bewaren:

Cutimed® PROTECT Cream dient droog bewaard te worden. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Bewaren tussen 5°C en 30°C.

Alle ernstige incidenten met betrekking tot dit hulpmiddel moeten worden gemeld aan BSN Medical GmbH en de bevoegde autoriteit in uw land.

Datum: Januari 2020

Descrição do produto:

Cutimed® PROTECT é um creme que protege a pele contra fluidos corporais. Protege a pele seca, ferida, vermelha ou irritada, hidratando e criando uma barreira duradoura. O creme não prejudica a aderência de produtos autoadesivos nem de material de ligadura.

Indicações:

Cutimed® PROTECT Creme protege a pele contra irritações, sendo especialmente indicado no caso de incontinença. Cutimed® PROTECT Creme protege a pele contra lesões causadas por incontinença crônica. Hidrata e protege a pele seca.

Contraindicações:

Cutimed® PROTECT Creme não deve ser aplicado sobre pele infetada nem com alergias conhecida aos ingredientes.

Advertências:

Caso o estado da pele não melhore ou caso piore no espaço de 7 dias, consulte um médico. Mantenha fora do alcance das crianças. Apenas para uso externo. Em caso de ingestão inadvertida, procure assistência médica. Evite contato com os olhos. Cutimed® PROTECT Creme pode aumentar a aderência de alguns produtos autoadesivos.

Execução:

- (1) Antes da utilização de Cutimed® PROTECT Creme, limpe suavemente a área da pele a proteger.
 - (2-3) Aplique uma camada fina de Cutimed® PROTECT Creme sobre a pele limpa.
 - (4) Em caso de necessidade, pode aplicar-se o creme várias vezes na área de pele em questão.
- Caso a pele fique muito oleosa, é sinal de que foi aplicado demasiado creme. Cutimed® PROTECT Cream só pode ser aplicado por profissionais de cuidados de saúde.

Ingredientes:




Água purificada, isononanoato de etilhexil, disiloxano, poliisobutileno, copolímero de vinilpirrolidona eicoseno, copolímero de hidroxietil-acrilato / acríliol dimetil taurato de sódio, butilenoglicol, oleth-3-fostato, fenoxietanol, copolímero hidrogenado de estireno/isopreno, alantoina, carbômero, trietanolamina, metilparabeno, propilparabeno, AEDT dissódico.

Armazenamento:

Cutimed® PROTECT Cream deve ser guardado num ambiente seco. Não exponha directamente à luz do sol. Guarde entre os 5°C e 30°C.

Qualquer incidente grave que ocorra em relação a este produto deve ser comunicado à BSN medical GmbH e à autoridade competente do seu país.

Data: Janeiro de 2020



Medizinprodukt
Medical Device
Dispositif médical
Producto sanitario
Dispositivo medico
Medisch hulpmiddel
Dispositivo médico

Made in Ireland

® = registered trademark



BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg · Germany
www.bsnmedical.com

Cutimed® PROTECT

D

Medizinischer Hautschutz – Creme**Produktbeschreibung:**

Cutimed® PROTECT ist eine Creme, die die Haut vor Körperflüssigkeiten schützt. Sie schützt trockene, wund-, rote oder irritierte Haut, in dem sie Feuchtigkeit spendet und eine lang anhaltende Barriere bildet. Die Creme beeinträchtigt nicht die Haftkraft von selbstklebenden Produkten oder Verbandsmaterial.

Indikationen:

Cutimed® PROTECT Cream schützt die Haut vor Reizungen und Irritationen und ist besonders bei Inkontinenz geeignet. Cutimed® PROTECT Cream bewahrt die Haut vor Schäden bei chronischer Inkontinenz. Sie spendet Feuchtigkeit und schützt trockene Haut.

Gegenanzeigen:

Cutimed® PROTECT Cream sollte nicht auf infizierter Haut oder bei bekannten Allergien gegenüber den Inhaltsstoffen angewendet werden.

Warnhinweis:

Sollte sich der Hautzustand nicht innerhalb von 7 Tagen verbessern (oder verschlechtern), suchen Sie bitte Ihren Arzt auf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur zur äußerlichen Anwendung. Bei versehentlicher Einnahme medizinische Hilfe anfordern. Kontakt mit den Augen vermeiden. Cutimed® PROTECT Cream kann die Haftkraft einiger selbstklebender Produkte erhöhen.

Anwendung:

- (1) Vor der Anwendung von Cutimed® PROTECT Cream die zu schützenden Hautbereiche sanft reinigen.
- (2–3) Tragen Sie Cutimed® PROTECT Cream dünn auf die gereinigte Haut auf.
- (4) Bei Bedarf kann das betreffende Hautareal mehrmals eingecremt werden.
- Fühlt sich sich die Haut fettig an, wurde zu viel Creme aufgetragen.
- Cutimed® PROTECT Cream ist durch medizinisches Fachpersonal anzuwenden.

Inhaltsstoffe:

Gereinigtes Wasser, Ethylhexyl Isononanoate, Disiloxane, Polyisobutylene, VP Eicosene Copolymer, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer, Butylene Glycol, Oleth-3 Phosphate, Phenoxylethanol, Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer, Alanthoin, Carborner, Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA.

Aufbewahrung:

Cutimed® PROTECT Cream sollte trocken gelagert werden. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Lagerung zwischen 5°C und 30°C.

Meiden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle der BSN medical GmbH und Ihrer lokalen zuständigen Behörde.

Datum: Januar 2020

Cutimed® PROTECT

EN

Medical skin protection – Cream**Description of the product:**

Cutimed® PROTECT is a barrier cream that protects the skin from bodily fluids. It protects dry, chafed, red, or irritated skin by moisturising the skin and providing a long lasting barrier. The cream will not impair adhesion of adhesive dressings or medical tapes.

Indications:

Cutimed® PROTECT Cream protects skin from damage and irritation, particularly at-risk areas associated with incontinence. Cutimed® PROTECT Cream safeguards skin from damage associated with chronic incontinence. It moisturises and protects dry skin.

Contraindications:

Cutimed® PROTECT Cream should not be used on skin where an infection is present or used if there is a known allergic sensitivity to the ingredients.

Warning:

If skin condition does not improve within 7 days (or worsens), consult your doctor. Keep out of reach of children. For external use only. In case of ingestion, seek medical help. Avoid contact with eyes. Cutimed® PROTECT Cream may increase the adherence of some adhesive products.

Directions for use:

- (1) Gently cleanse skin.
- (2–3) Apply Cutimed® PROTECT Cream thinly to cover entire affected area.
- (4) Repeat as necessary.
- Please note that if the area feels greasy, too much product has been applied.
- Cutimed® PROTECT Cream shall be applied by healthcare professionals only.

Ingredients:

Purified Water, Ethylhexyl Isononanoate, Disiloxane, Polyisobutylene, VP Eicosene Copolymer, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer, Butylene Glycol, Oleth-3 Phosphate, Phenoxylethanol, Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer, Alanthoin, Carborner, Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA.

Storage:

Cutimed® PROTECT Cream should be stored in dry conditions. Do not expose to direct sunlight. Store between 5°C and 30°C.

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to BSN medical GmbH and the competent authority of your state.

Date: January 2020

Cutimed® PROTECT

F

Produit médical de protection cutanée – Crème**Description du produit:**

Cutimed® PROTECT Cream est une barrière sous forme de crème qui protège la peau des fluides corporels. Il protège ainsi les peaux sèches, irritées ou irritées en les hydratant et en leur apportant ainsi une protection durable. Il n'empêche en rien l'utilisation de pansements adhésifs ou de produits de fixation sur la peau.

Indications:

Cutimed® PROTECT Cream protège la peau des risques de dommages et d'irritations qui surviennent avec l'incontinence. Il hydrate et protège les peaux sèches.

Contre-indications:

Cutimed® PROTECT Cream ne doit pas être utilisée sur une peau présentant des signes d'infection ou en cas d'allergie à l'un des différents composants.

Avertissement:

Si aucune amélioration n'est constatée après une durée de 7 jours (ou si l'état de la peau se dégrade), veuillez consulter votre médecin. Garder hors de portée des enfants. Usage externe uniquement. En cas d'ingestion contactez directement un centre antipoison. Évitez le contact avec les yeux. Cutimed® PROTECT Cream peut accroître l'adhérence de certains produits adhésifs.

Mode d'emploi:

- (1) Nettoyer la peau.
- (2–3) Appliquer une fine couche de Cutimed® PROTECT Cream pour couvrir la zone concernée.
- (4) Répéter l'opération si nécessaire.
- Si la zone concernée devient trop grasse, une trop grosse quantité de crème a été appliquée.
- Cutimed® PROTECT Cream doit être utilisé uniquement par des professionnels de la santé.

Ingredients:

Eau purifiée, Ethylhexyl Isononanoate, Disiloxane, Polyisobutylène, VP Eicosène Copolymère, Hydroxyéthyl Acrylate / Sodium Acryloyl Diméthyl Taurate Copolymère, Butylène Glycol, Oleth-3 Phosphate, Phénoxyéthanol, Styrene/Isoprène Copolymère Hydrogéné, Alanthoine, Carborner, Triéthanolamine, Méthylparabène, Propylparabène, Di sodium EDTA.

Entreposage:

Cutimed® PROTECT Cream doit être stocké à l'abri de l'humidité. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Stockage entre 5°C et 30°C.

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être signalé à BSN medical GmbH, ainsi qu'aux autorités compétentes du pays.

Date: Janvier 2020

Cutimed® PROTECT

E

Protección médica para la piel – Crema**Descripción del producto:**

Cutimed® PROTECT es una crema que forma una barrera y que protege la piel de fluidos corporales. Protege la piel seca, con roces, enrojecida o irritada hidratándola y creando una barrera duradera. El producto hidrata y protege la piel seca. La crema no perjudica la adherencia de productos adhesivos o separadrapos.

Indicaciones:

Cutimed® PROTECT Cream protege la piel en riesgo de daño e irritación, particularmente adecuado en casos de incontinencia. Cutimed® PROTECT Cream salvaguarda la piel de daños asociados a incontinencia crónica. El producto hidrata y protege la piel seca.

Contraindicaciones:

Cutimed® PROTECT Cream no debe ser aplicado sobre la piel donde exista infección o en casos donde haya una sensibilidad alérgica conocida a los ingredientes.

Advertencia:

Si la condición de la piel no mejora (o empeora) en un periodo de 7 días, consulte a su doctor. Mantener fuera del alcance de los niños. Únicamente para uso externo. En caso de ingestión, busque asistencia médica. Evite el contacto con los ojos. Cutimed® PROTECT Cream puede incrementar la adherencia de algunos productos adhesivos.

Instrucciones de uso:

- (1) Limpe cuidadosamente la piel.
- (2–3) Aplique una capa fina de Cutimed® PROTECT Cream cubriendo completamente el área afectada.
- (4) Repita el proceso si fuera necesario.
- Por favor, observe que si el área tuviera un aspecto grasiento se habrá aplicado demasiado producto.
- Cutimed® PROTECT Cream deberá ser aplicado solo por profesionales médicos.

Ingredientes:

Agua purificada, etilhexil isononanoato, disiloxano, polisisobutileno, copolímero de VP / eicoseno, copolímero de hidroxietil acrilato / sodio acrilodimetil taurato, butilenglicol, fosfato Oleth-3, fenoxietanol, copolímero hidrogenado de estireno/isopreno, alantoina, carbornero, trietanolamina, metil parabeno, propil parabeno, EDTA de sodio.


Almacenamiento:

Cutimed® PROTECT Cream se debe guardar en un lugar seco. No exponerlo a la luz directa del sol. Almacenar entre 5°C y 30°C.

Cualquier incidente grave que se produzca con el dispositivo debe comunicarse a BSN Medical GmbH y a la autoridad competente de su estado.

Fecha: Enero de 2020

RECEBEMOS DE FERNANDA CESAR MATHIAS BEDAQUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 92,24	NF-e Nº: 000.000.027 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	

FERNANDA CESAR MATHIAS BEDAQUE AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1496 DA PONTE NOVA EXTREMA MG CEP: 37640000 TELEFONE: 12992300822 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.027 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3123 0141 2697 6100 0120 5500 1000 0000 2710 0464 0324
		<small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235179457136 - 26/01/2023 16:35:17
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0040022410040	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 41.269.761/0001-20
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CNPJ/CPF 46.151.718/0001-80	DATA DA EMISSÃO 26/01/2023
ENDEREÇO RUA ANHANGUERA, 1155	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16200-067	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/01/2023
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:32:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 92,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
72652-00	CUTIMED PROTECT CREAM 28G Lote: 021472	90181100	0 102	6911	UN	1,00	92,24	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA Pça Gumercindo de Paiva Castro n sn Centro Biri gui SP DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 08 de Fevereiro de 2023

Ofício nº 96/2023-RNMS/SECSAÚDE

A Senhora.
Tatyane Fernanda Martins
Pregoeira Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 170/2022

Prezada Senhora,

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 263/2022 (ITEM 17 – **DAS AMOSTRAS**) – Pregão Eletrônico n.º 170/2022, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ESTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I e II – Termo de Referência.

Segue parecer conclusivo relativo à amostra apresentada pela empresa **HOSPEC HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.885.491/0001-51** do referido certame.

01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise da documentação técnica apresentada pela empresa **HOSPEC HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.885.491/0001-51**, ora declarada arrematante dos **LOTES n.º 10, 22, 23, 26, 29, 37, 38, 39, 40 e 41**, do Pregão Eletrônico n.º 170/2022, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ESTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I e II – Termo de Referência, conforme proposta de preços apresentada.

02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

02.1- A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela PORTARIA N.º 09/2021, alterada pela Portaria nº 10/2022, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

SERVIDORES	UNIDADE ADMINISTRATIVA
RENATA N. M. SERRA	SECRETARIA DE SAÚDE
SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA	SECRETARIA DE SAÚDE
FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	SECRETARIA DE SAÚDE

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;
- Realizar análise das amostras de cada item;
- Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.

Renata
14/02
14:45



03 – DA METODOLOGIA:

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item.

04 – DA AVALIAÇÃO:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	ANÁLISE	RESULTADO
10	Barreira protetora de pele em pasta, maleável para selar e nivelar as irregularidades da pele peristomal, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e álcool. Tubo de 56,7 gramas	Amostra apresentada para análise NÃO está de acordo com descritivo do anexo I do edital, não possui gelatina na composição.	REPROVADA
22	kit (bolsa e placa) para estoma intestinal drenável, transparente, com tela protetora, filtro de odor, com flange 102 mm de diâmetro para acople adesivo ou encaixe em placa flexível com flange de 102 mm de diâmetro	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
23	kit (bolsa e placa) para estoma intestinal drenável, transparente, com tela protetora, filtro de odor, com flange 102 mm de diâmetro para acople adesivo ou encaixe em placa flexível com flange de 102 mm de diâmetro	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
26	Presilha plástica para bolsa de estomia composta de 100% polipropileno	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
29	Bolsa para estoma intestinal, drenável, confeccionada em tripla camada de filmes coextrusadas de eva – pvdc – eva, componente de ação antimicrobiana e revestimento externo macio de tecido-nao-tecido de polietileno em ambas as faces e abertura de drenagem com fechamento em velcro ou conectores plasticos transparente de polipropileno, com barreira de resina sintética, flexível, composta por pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica com película protetora de poliéster com linha demarcadora e recortável de 13 até 64mm, com bordas externas adesivas e	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

37	<p>microporoso hipoalergênico</p> <p>Anel moldável indicado para nivelar distintas irregularidades cutâneas e promover o selamento seguro entre o estoma e a base adesiva do equipamento de estomia. Composto porestireno-etileno/butileno, etilenopropileno, etileno-acetato de vinila, polipropilenoglicol, isobutileno-buteno, cera de parafina, óxido de titânio, hidroxietilcelulose, polissacarídeos, galactomanan, carboximetilcelulose, gelatina. o produto oferece dupla ação contra vazamentos, protege e se molda a pele ao redor do estoma. diâmetro 48mm e espessura 2.0mm . não estéril. embalado individualmente em blister de pet (politereftalato de etileno) com uma etiqueta resselável de polipropileno, acondicionados em caixas com 30 unidades</p>	<p>Amostra apresentada para análise NÃO está de acordo com descritivo do anexo I do edital, caixa contendo apenas 10 unidades.</p>	<p>REPROVADA</p>
38	<p>Anel moldável indicado para nivelar distintas irregularidades cutâneas e promover o selamento seguro entre o estoma e a base adesiva do equipamento de estomia. composto porestireno-etileno/butileno, etilenopropileno, etileno-acetato de vinila, polipropilenoglicol, isobutileno-buteno, cera de parafina, óxido de titânio, hidroxietilcelulose, polissacarídeos, galactomanan, carboximetilcelulose, gelatina. o produto oferece dupla ação contra vazamentos, protege e se molda a pele ao redor do estoma. diâmetro 48mm e espessura 2.0mm . não estéril. embalado individualmente em blister de pet (politereftalato de etileno) com uma etiqueta resselável de polipropileno, acondicionados em caixas com 30 unidades</p>	<p>Amostra apresentada para análise NÃO está de acordo com descritivo do anexo I do edital, caixa contendo apenas 10 unidades.</p>	<p>REPROVADA</p>
39	<p>Bolsa sistema de uma peça convexidade macia com ceramidas e fechamento lock'n roll, opaca, filtro, recortável 13 até 55 mm</p>	<p>Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital</p>	<p>APROVADA</p>
40	<p>Base adesiva de resina sintética com infusão de ceramidas, convexidade macia</p>	<p>A Comissão decide por fracassar o item, pois ao ser elaborado o estudo técnico</p>	<p>FRACASSADO</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

	e flexível, com flange de 70 mm, recortável até 51 mm. adesivo flexível e gás-permeável e flange flotante de baixo perfil com ponto de fechamento central. encaixe sem pressão abdominal	não foi solicitado Kit (Base/Bolsa), sendo solicitado apenas a base não atendendo assim as necessidades da população usuária do item.	
41	kit placa e bolsa plana com ceramidas e flange flotante – com flange 57 mm recortável até 38 mm com adesivo hipoalergênico.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA

05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

05.1 – Esta Comissão decide por **APROVAR** os itens: ~~22, 23, 26, 29, 39 e 41~~ e **REPROVAR** os itens: ~~27, 10, 37 e 38~~ apresentados pela empresa **HOSPEC HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.885.491/0001-51.**

Esta Comissão decide ainda por **FRACASSAR** o item **40**, pois ao ser elaborado o estudo técnico não foi solicitado Kit (Base/Bolsa), sendo solicitado apenas a base não atendendo assim as necessidades da população usuária do item.


Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.


Atenciosamente.


Erikson Camilo Conceição
Diretor de Atenção Básica e Especialidades


Cássia Rita Santana Celestino
Secretária Municipal de Saúde

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:


Renata N. M. Serra
CPF N.º 200.546.858-42


Silvana R. D. C. de Anchieta
CPF N.º 514.116.791-72


Fernando Gonçalves da Silva
CPF N.º 297.956.698-50

PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRAS DE PRODUTOS

À
Prefeitura Municipal de Birigui
Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 170/2022

Em atendimento à exigência do Edital desta Licitação, apresentamos em anexo a amostra dos nossos produtos, a serem submetidos à avaliação conforme relação abaixo:

ITEM	QTD.	UNID.	PRODUTO
10	1	UNID.	Barreira protetora de pele em pasta, maleável para selar e nivelar as irregularidades da pele peristomal, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e álcool. tubo de 56,7 gramas.
26	1	UNID.	Presilha plástica parar bolsa de estomia composta de 100% polipropileno
29	1	UNID.	Bolsa para estoma intestinal, drenável, confeccionada em tripla camada de filmes coextrusadas de eva – pvdc – eva, componente de ação antimicrobiana e revestimento externo macio de tecido-nao-tecido de polietileno em ambas as faces e abertura de drenagem com fechamento em velcro ou conectores plasticos transparente de polipropileno. com barreira de resina sintética, flexível, composta por pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica com película protetora de poliéster com linha demarcadora e recortável de 13 até 64mm. com bordas externas adesivas e microporoso hipoalergênico.
37 e 38	1	UND	Anel moldável indicado para nivelar distintas irregularidades cutâneas e promover o selamento seguro entre o estoma e a base adesiva do equipamento de estomia. composto por estireno-etileno/butileno, etilenopropileno, etileno-acetato de vinila, polipropilenoglicol, isobutileno-buteno, cera de parafina, óxido de titânio, hidroxietilcelulose, polissacarídeos, galactomanan, carboximetilcelulose, gelatina. o produto oferece dupla ação contra vazamentos, protege e se molda a pele ao redor do estoma. diâmetro 48mm e espessura 2.0mm . não estéril. embalado individualmente em blister de pet (politereftalato de etileno) com uma etiqueta resselável de polipropileno, acondicionados em caixas com 30 unidades
39	1	UNID.	Bolsa sistema de uma peça convexidade macia com ceramidas e fechamento lock'n roll , opaca, filtro, recortável 13 até 55 mm
41	1	UNID.	kit placa e bolsa plana com ceramidas e flange flotante – com flange 57 mm recortável até 38 mm com adesivo hipoalergênico.

Campinas, 23 de dezembro de 2022.

Recebido por: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRAS DE PRODUTOS

À
Prefeitura Municipal de Birigui
Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 170/2022

Em atendimento à exigência do Edital desta Licitação, apresentamos em anexo a amostra dos nossos produtos, a serem submetidos à avaliação conforme relação abaixo:

ITEM	QTD.	UNID.	PRODUTO
22 e 23	1	UNID.	Kit (bolsa e placa) para estômago intestinal drenável, transparente, com tela protetora, filtro de odor com flange 102 mm de diâmetro para acople adesivo ou encaixe em placa flexível com flange de 102 mm de diâmetro.
40	1	UNID.	Bolsa adesiva de resina sintética com infusão de cerâmicas, convexidade macia e flexível com flange de 70 mm, recortável até 51 mm, adesivo flexível gás-permeável e flange flutuante de baixo perfil com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal.

Recebido por: _____

Hospec Hospitalar Ltda
CNPJ - 27.885.491/0001-51 - I.E. - 795.848.523.119
Rua Evaristo Correa Vianna, 178 - Jardim São Vicente
CEP: 13.045-155 - Campinas - SP

Fone: +55 19 3271-3520
E-mail: hospec@hospechospitalar.com.br



Birigui, 08 de Fevereiro de 2023

Ofício nº 97/2023-RNMS/SECSAÚDE

A Senhora.
Tatyane Fernanda Martins
Pregoeira Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 170/2022

Prezada Senhora,

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 263/2022 (ITEM 17 – **DAS AMOSTRAS**) – Pregão Eletrônico n.º 170/2022, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ESTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I e II – Termo de Referência.

Segue parecer conclusivo relativo à amostra apresentada pela empresa **MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 05.724.740/0001-94** do referido certame.

01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise da documentação técnica apresentada pela empresa **MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 05.724.740/0001-94**, ora declarada arrematante dos **LOTES n.º 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 24, 25 e 30** do Pregão Eletrônico n.º 170/2022, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ESTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I e II – Termo de Referência, conforme proposta de preços apresentada.

02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

02.1- A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela PORTARIA N.º 09/2021, alterada pela Portaria nº 10/2022, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

SERVIDORES	UNIDADE ADMINISTRATIVA
RENATA N. M. SERRA	SECRETARIA DE SAÚDE
SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA	SECRETARIA DE SAÚDE
FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	SECRETARIA DE SAÚDE

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;
- Realizar análise das amostras de cada item;
- Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.

Renata
14/02
14:45



03 – DA METODOLOGIA:

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item.

04 – DA AVALIAÇÃO:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	ANÁLISE	RESULTADO
05	KIT (BOLSA E PLACA) para estoma intestinal, neonatal, com acople adesivo ou encaixe hermético, drenável, transparente, com tela protetora, com base protetora de resina sintética com recorte máximo de 32 mm.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
06	KIT (BOLSA E PLACA) para estoma intestinal opaca drenável com flange de 60 mm com barreira de resina sintética convexa recortável ate o diâmetro máximo de 43 mm com ou sem adesivo.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
07	KIT (BOLSA E PLACA) para estoma intestinal opaca drenável com flange de 60 mm com barreira de resina sintética convexa recortável ate o diâmetro máximo de 43 mm com ou sem adesivo.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
08	KIT (BOLSA E PLACA) para estoma intestinal opaca drenável com flange de 70 mm com barreira de resina sintética convexa recortável ate o diâmetro máximo de 53 mm com ou sem adesivo microporoso.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
09	KIT (BOLSA E PLACA) para estoma intestinal opaca drenável com flange de 70 mm com barreira de resina sintética convexa recortável ate o diâmetro máximo de 53 mm com ou sem adesivo microporoso.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
11	Kit (bolsa e placa), para estoma intestinal, drenável, opaca, falange de 60mm, abertura circular para encaixe de placa-base, confeccionada em película fina, a prova de odor. alterna convexa, recorte de 15-43mm, com adesivo em espiral composto por óxido de zinco, carboximetilcelulose, gelatina, estireno-	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

	isopreno-estireno (sis), e poliisobutileno (pib), com bordas duplamente biseladas, flexível com 6 zonas flex, que se dobras em todas as direções, assegurando adesão constante. observação (conforme justificativa técnica anexa para atendimento de paciente de acordo com prescrição médica).		
12	Barreira protetora de pele em forma de pasta para o cuidado de estomas intestinais e urinários composta de estireno - isopreno - estireno (sis), bor-racha de isopreno líquido, poliisobutileno (pib), dióxido de silício coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica (cmc), dióxido de titânio, metilparabeno e etilparabeno. indicada para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas ao redor do estoma, assegurando um ajuste preciso entre o estoma e a base adesiva e protegendo a pele do efluente do estoma. sem álcool. não arde. não estéril. acondicionado em tubo de 60g embalado individualmente em caixa com 1 unidade com aplicador.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
17	Bolsa drenável para estoma urológico pediátrico transparente com barreira de resina sintética com ou sem adesivo microporoso, válvula anti-refluxo, torneira para drenagem, e guia de medição impresso recortável até o diâmetro máximo de 35 mm.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
18	Bolsa para estoma urinário, convexa, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno e borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 10 - 43mm. convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 50mm. painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (lldpe) e janela de visualização para inspeção do estoma. válvula antirefluxo e torneira dobrável confeccionada por copolímero de acetato	Amostra apresentada não está de acordo com o anexo I do edital, pois não possui recorte mínimo de 10mm e convexidade de 07mm.	REPROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

	de viniltileno para eliminação da urina. caixa com dois adaptadores de drenagem compostos por elastômeros termoplásticos poliestirênicos.		
19	Bolsa drenável para estoma urológico transparente com barreira de resina sintética recoberta por guia de medição e recorte em protetor plástico ou papel siliconado com ou sem adesivo microporoso válvula anti-refluxo e torneira para drenagem, recortável até o diâmetro máximo de 76mm.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
21	Cinto elástico, ajustável, lavável, anti-alérgico para uso com bolsa de ostomia.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
24	- kit (bolsa e placa) para estoma urológico transparente com tela protetora válvula anti- refluxo e torneira para drenagem com flange de 40 mm de diâmetro para encaixe em placa rígida de resina sintética com flange 40 mm de diâmetro.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
25	Pó protetor da pele constituída por no mínimo carboximetilcelulose sodica frasco com no mínimo 25 gramas.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
30	Fita adesiva elástica recortável formato meia lua confeccionada por um adesivo de hidrocolóide revestido externamente por um filme de poliuretano indicada para dar suporte e adesão a placa de estomia, impedindo que o dispositivo se solte da pele periestomal, (ao redor do estoma), proporcionam proteção a pele em torno da placa adesiva.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
31	Fita adesiva elástica recortável formato meia lua confeccionada por um adesivo de hidrocolóide revestido externamente por um filme de poliuretano indicada para dar suporte e adesão a placa de estomia, impedindo que o dispositivo se solte da pele periestomal, (ao redor do estoma), proporcionam proteção a pele em torno da placa adesiva.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
42	Bolsa para colo/ileostomia de 1 peça, opaca, drenável, recortável de 10 - 76 mm, adesivo plano com dupla camada de proteção e segurança composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

	sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis) e poliisobutileno (pib), adesivo em formato oval, borda extra flexível, que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante. bolsa composta de tecido macio, hidrofóbico, sem tramas, fortalecido promovendo secagem rápida. filtro de carvão integrado. fechamento em envelope e fecho invisível com velcro.hide away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela.		
43	Solução para higienização da área peristomal e peri fistulas, não necessita de enxágue, composta por detergente anfótero (cocoanfocetato disódico), laurilsulfato de sódio, propilenoglicol, alantoína, álcool isopropílico, metilparabenos, fragrância e água purificada. frasco com 180 ml.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA

05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

05.1 – Esta Comissão decide por **APROVAR** os itens: **05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 19, 21, 24, 25, 30, 31, 42 e 43** e **REPROVAR** o item: **18** apresentados pela empresa **MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 05.724.740/0001-94.**


Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.


Erikson Camilo Conceição
Diretor de Atenção Básica e Especialidades


Cássia Rita Santana Celestino
Secretária Municipal de Saúde

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:


Renata N. M. Serra
CPF N.º 200.546.858-42


Silvana R. D. C. de Anchieta
CPF N.º 514.116.791-72


Fernando Gonçalves da Silva
CPF N.º 297.956.698-50

RELAÇÃO DE ITENS DE AMOSTRA

ITEM	DESCRIÇÃO
05	<p>KIT (BOLSA E PLACA) para estoma intestinal, neonatal, com acople adesivo ou encaixe hermético, drenável, transparente, com tela protetora, com base protetora de resina sintética com recorte máximo de 32 mm. MARCA COLOPLAST. BOLSA DREN TRANSP 27MM - COD 14682 – REGISTRO DA MS 10430310029 PLACA 27MM, RECORTE 0-25MM - COD 17829 – REGISTRO DA MS 10430310107</p>
06	<p>KIT (BOLSA E PLACA) para estoma intestinal opaca drenável com flange de 60 mm com barreira de resina sintética convexa recortável ate o diâmetro máximo de 43 mm com ou sem adesivo. MARCA COLOPLAST. BOLSA DREN OPAC 60MM - COD 10366 – REGISTRO DA MS 10430310052 PLACA 60MM RECORT 15-43MM - COD 11035 – REGISTRO DA MS 10430310051</p>
07	<p>KIT (BOLSA E PLACA) para estoma intestinal opaca drenável com flange de 60 mm com barreira de resina sintética convexa recortável ate o diâmetro máximo de 43 mm com ou sem adesivo. MARCA COLOPLAST. BOLSA DREN OPAC 60MM - COD 10366 – REGISTRO DA MS 10430310052 PLACA 60MM RECORT 15-43MM - COD 11035 – REGISTRO DA MS 10430310051</p>
08	<p>KIT (BOLSA E PLACA) para estoma intestinal opaca drenável com flange de 70 mm com barreira de resina sintética convexa recortável até o diâmetro máximo de 53 mm com ou sem adesivo microporoso. MARCA COLOPLAST. BOLSA DREN OPAC 70MM - COD 10367 – REGISTRO DA MS 10430310052 PLACA 70MM RECORT 15-53MM - COD 11045 – REGISTRO DA MS 10430310051</p>
09	<p>KIT (BOLSA E PLACA) para estoma intestinal opaca drenável com flange de 70 mm com barreira de resina sintética convexa recortável até o diâmetro máximo de 53 mm com ou sem adesivo microporoso. MARCA COLOPLAST. BOLSA DREN OPAC 70MM - COD 10367 – REGISTRO DA MS 10430310052 PLACA 70MM RECORT 15-53MM - COD 11045 – REGISTRO DA MS 10430310051</p>
	<p>Kit (bolsa e placa), para estoma intestinal, drenável, opaca, falange de 60mm, abertura circular para encaixe de placa-base, confeccionada em película fina, a prova de odor. alterna convexa, recorte de 15-43mm, com adesivo em espiral composto por óxido de zinco,</p>

MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Rua 32 Nº 43 – BOX 7 E 8 Barretos – São Paulo CEP: 14780-130 – Fone: (17) 3324 6444 CNPJ: 05.724.740/0001-94 IE: 204.029.282.113 – e-mail msdistribuidorabtos@gmail.com

11	<p>carboximetilcelulose, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), e poliisobutileno (pib), com bordas duplamente biseladas, flexível com 6 zonas flex, que se dobram em todas as direções, assegurando adesão constante. MARCA COLOPLAST. BOLSA DE 2 PC, DRENÁVEL, OPACA, DE 60MM - COD 17622 – REGISTRO DA MS 10430310104 PLACA 60MM RECORT 15-43MM - COD 17750 – REGISTRO DA MS 10430310096 ✓</p>
12	<p>Barreira protetora de pele em forma de pasta para o cuidado de estomas intestinais e urinários composta de estireno - isopreno - estireno (sis), borracha de isopreno líquido, poliisobutileno (pib), dióxido de silício coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica (cmc), dióxido de titânio, metilparabeno e etilparabeno. indicada para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas ao redor do estoma, assegurando um ajuste preciso entre o estoma e a base adesiva e protegendo a pele do efluente do estoma. sem álcool. não arde. não estéril. Acondicionado em tubo de 60g embalado individualmente em caixa com 1 unidade com aplicador. MARCA COLOPLAST. BRAVA PASTA SEM ÁLCOOL PARA ESTOMIAS - COD 12050 – REGISTRO DA MS 10430310197 ✓</p>
17	<p>Bolsa drenável para estoma urológico pediátrico transparente com barreira de resina sintética com ou sem adesivo microporoso, válvula anti-refluxo, torneira para drenagem, e guia de medição impresso recortável até o diâmetro máximo de 35 mm. MARCA COLOPLAST. BOLSA DE 1PC URO TRANSP RECORT 10-35MM - COD 17480 – REGISTRO DA MS 10430310092 ✓</p>
18	<p>Bolsa para estoma urinário, convexa, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno e borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 10 - 43mm. convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 50mm. painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (lldpe) e janela de visualização para inspeção do estoma. válvula antirefluxo e torneira dobrável confeccionada por copolímero de acetato de vinileno para eliminação da urina. caixa com dois adaptadores de drenagem compostos por elastômeros termoplásticos poliestirênicos. MARCA COLOPLAST. SenSura Mio Convex Light 1 peça Uro Transparente Maxi – 16837 – REGISTRO DA MS 10430310170</p>
19	<p>Bolsa drenável para estoma urológico transparente com barreira de resina sintética recoberta por guia de medição e recorte em protetor plástico ou papel siliconado com ou sem adesivo microporoso válvula anti-refluxo e torneira para drenagem, recortável até o diâmetro máximo de 76mm. MARCA COLOPLAST. BOLSA DE 1PC URO TRANSP RECORT 10-76MM - COD 11804 – REGISTRO DO ✓</p>

MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Rua 32 Nº 43 – BOX 7 E 8 Barretos – São Paulo CEP: 14780-130 – Fone: (17) 3324 6444 CNPJ: 05.724.740/0001-94 IE: 204.029.282.113 – e-mail msdistribuidorabtos@gmail.com

	MS 10430319051
21	Cinto elástico, ajustável, lavável, antialérgico para uso com bolsa de ostomia. MARCA COLOPLAST. BRAVA CINTO STANDARD - COD 421 - REGISTRO DA MS 10430310085 ✓
24	kit (bolsa e placa) para estoma urológico transparente com tela protetora válvula anti-refluxo e torneira para drenagem com flange de 40 mm de diâmetro para encaixe em placa rígida de resina sintética com flange 40 mm de diâmetro. MARCA COLOPLAST. BOLSA URO TRANSP 40MM MAXI - COD 11854 - REGISTRO DA MS 10430310053 ✓ PLACA 40MM RECORT 10-35MM - 10015 - REGISTRO DA MS 10430310051 ✓
25	Pó protetor da pele constituída por no mínimo carboximetilcelulose sodica frasco com no mínimo 25 gramas. MARCA COLOPLAST. BRAVA PÓ PARA ESTOMIAS - COD 1907 - REGISTRO DA MS 10430310119 ✓
30	Fita adesiva elástica recortável formato meia lua confeccionada por um adesivo de hidrocolóide revestido externamente por um filme de poliuretano indicada para dar suporte e adesão a placa de estomia, impedindo que o dispositivo se solte da pele periestomal, (ao redor do estoma), proporcionam proteção a pele em torno da placa adesiva. MARCA COLOPLAST. BRAVA FITA ADESIVA ELÁSTICA - COD 12070 - REGISTRO DA MS 10430310126 ✓
31	Fita adesiva elástica recortável formato meia lua confeccionada por um adesivo de hidrocolóide revestido externamente por um filme de poliuretano indicada para dar suporte e adesão a placa de estomia, impedindo que o dispositivo se solte da pele periestomal, (ao redor do estoma), proporcionam proteção a pele em torno da placa adesiva. MARCA COLOPLAST. BRAVA FITA ADESIVA ELÁSTICA - COD 12070 - REGISTRO DA MS 10430310126 ✓
40	Base adesiva de resina sintética com infusão de ceramidas, convexidade macia e flexível, com flange de 70 mm, recortável até 51 mm. adesivo flexível e gás-permeável e flange flotante de baixo perfil com ponto de fechamento central. encaixe sem pressão abdominal. MARCA COLOPLAST. SenSura Mio Convex Light Placa - 16931 - REGISTRO DA MS 10430310169 ✓
42	Bolsa para colo/ileostomia de 1 peça, opaca, drenável, recortável de 10 - 76 mm, adesivo plano com dupla camada de proteção e segurança composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis) e poliisobutileno (pib), adesivo em formato oval, borda extra flexível, que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante. bolsa composta de tecido macio, hidrofóbico, sem tramas, fortalecido promovendo secagem rápida. filtro de carvão integrado. fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. hide away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. MARCA COLO- ✓

	PLAST. BOLSA 1 PC DREN OPAC - COD 15580 – REGISTRO DA MS 10430310050
43	Solução para higienização da área peristomal e peri fístulas, não necessita de enxágue, composta por detergente anfótero (cocoanfiacetato disódico), laurilsulfato de sódio, propilenoglicol, alantoína, álcool isopropílico, metilparabenos, fragrância e água purificada. frasco com 180 ml. MARCA COLOPLAST. LIMPADOR DE PELE - COD 4710 – REGISTRO DA MS 10430319034 ✓

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ 05.724.740/0001-94 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204.029.282.113

ENDEREÇO COMERCIAL RUA 32 - Nº: 43 Complemento: BOX 7 E 8 CEP: 14.780-130

Bairro: Centro BARRETOS SP /TELEFONE: 17 3324 6444

AGÊNCIA 0031-0 e Nº DA CONTA BANCÁRIA: 59564-0

E-MAIL INSTITUCIONAL: licita@msbarretos.com.br



Birigui, 08 de Fevereiro de 2023

Ofício nº 98/2023-RNMS/SECSAÚDE

A Senhora.
Tatyane Fernanda Martins
Pregoeira Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 170/2022

Prezada Senhora,

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 263/2022 (ITEM 17 – **DAS AMOSTRAS**) – Pregão Eletrônico n.º 170/2022, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ESTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I e II – Termo de Referência.

Segue parecer conclusivo relativo à amostra apresentada pela empresa **OPÇÃO CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI LTDA, CNPJ: 10.845.515/0001-46** do referido certame.

01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise da documentação técnica apresentada pela empresa **OPÇÃO CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI LTDA, CNPJ: 10.845.515/0001-46**, ora declarada arrematante dos **LOTES n.º 01, 02, 03, 04, 13, 14, 15, 16, 20, 33, 34, 35 e 36** do Pregão Eletrônico n.º 170/2022, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ESTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I e II – Termo de Referência, conforme proposta de preços apresentada.

02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

02.1- A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela PORTARIA N.º 09/2021, alterada pela Portaria nº 10/2022, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

SERVIDORES	UNIDADE ADMINISTRATIVA
RENATA N. M. SERRA	SECRETARIA DE SAÚDE
SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA	SECRETARIA DE SAÚDE
FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	SECRETARIA DE SAÚDE

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;
- Realizar análise das amostras de cada item;
- Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.

Renata
14/02
14:45



03 – DA METODOLOGIA:

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item.

04 – DA AVALIAÇÃO:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	ANÁLISE	RESULTADO
01	Bolsa drenável para estoma intestinal transparente com tela protetora com barreira de resina sintética recoberta por guia de medição e recorte em protetor plástico ou papel siliconado com suporte adesivo microporoso recortável até o diâmetro máximo de 64 mm.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
02	Bolsa drenável para estoma intestinal transparente com tela protetora com barreira de resina sintética recoberta por guia de medição e recorte em protetor plástico ou papel siliconado com suporte adesivo microporoso recortável até o diâmetro máximo de 64 mm.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
03	Barreira protetora spray, com líquido incolor e inodoro composto por siloxanos e sílica trimetilada (ingredientes 100% silicone) que formam um filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos na pele. uso tópico. não contém corantes, fragrâncias ou medicamento. embalado individualmente em frasco contendo 50ml. não estéril.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
04	Barreira protetora spray, com líquido incolor e inodoro composto por siloxanos e sílica trimetilada (ingredientes 100% silicone) que formam um filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos na pele. uso tópico. não contém corantes, fragrâncias ou medicamento. embalado individualmente em frasco contendo 50ml. não estéril.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

13	<p>Bolsa para estoma intestinal convexa, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 20 - 43mm. convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 50mm. dupla camada de filme plástico interno com fenda em "s" e filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (lldpe) e janela de visualização para inspeção do estoma. fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem</p>	<p>Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital</p>	<p>APROVADA</p>
14	<p>Bolsa para estoma intestinal convexa, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 20 - 43mm. convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 50mm. dupla camada de filme plástico interno com fenda em "s" e filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (lldpe) e janela de visualização para inspeção do estoma. fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem.</p>	<p>Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital</p>	<p>APROVADA</p>
15	<p>Bolsa de colostomia e ileostomia, recortavel de 19 a 64mm; tipo sistema de fechamento em cauda por sobreposição dos fechos plásticos, sem clipe,</p>	<p>Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital</p>	<p>APROVADA</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

	transparente, com filtro acoplado, com revestimento em não tecido, com bolso para bloqueio que encobre a aba, com válvula anti- refluxo para proteção do filtro, barreira, formato anatômico, composta por hidrocolídes (cmc na e pectina), borracha de etileno polipropileno, sis e polímeros elastomérico. reforço com adesivo acrílico nas bordas além da resina.		
16	Bolsa de colostomia e ileostomia, recortavel de 19 a 64mm; tipo sistema de fechamento em cauda por sobreposição dos fechos plásticos, sem clipe, transparente, com filtro acoplado, com revestimento em não tecido, com bolso para bloqueio que encobre a aba, com válvula anti- refluxo para proteção do filtro, barreira, formato anatômico, composta por hidrocolídes (cmc na e pectina), borracha de etileno polipropileno, sis e polímeros elastomérico. reforço com adesivo acrílico nas bordas além da resina	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA
20	Bolsa drenável para estoma urológico transparente com barreira de resina sintética recoberta por guia de medição e recorte em protetor plástico ou papel siliconado com ou sem adesivo microporoso válvula anti-refluxo e torneira para drenagem, recortável até o diâmetro máximo de 76mm	Amostra apresentada para análise não está de acordo com descritivo do anexo I do edital, pois não possui diâmetro máximo recortável até 76 mm	REPROVADA
33	- Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, opaca, com oito pontos de fixação, barreira convexa, permitindo que a abertura para encaixe do 600 UN R\$106,50 R\$63.900,00 estoma seja moldada com os dedos. placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose e polímeros elastoméricos, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 22 e 33 mm sem utilização de acessórios para recorte, flange 45 mm	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

	com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23 cm x 14 cm, adesivo de reforço de material microporoso.		
34	Equipamento de 2 peças composto por bolsa para estoma intestinal, drenável, revestida com tela macia de polietileno e politereftalato de etileno de proteção bilateral, garantindo conforto, opaca com janela de visualização transparente e carvão ativado inteligente, fechamento por encaixe de conectores plástico de fácil higienização e bolso de segurança para acomodar o fechamento, trazendo maior segurança e discrição com oito pontos de fixação, barreira plana, sintética trilaminada sendo superior e inferior de carboximetilcelulose sódica, gelatina, pectina, poliusobutileno, óleo mineral, de resina média e camada intermediária com película de polietileno impermeável a líquidos, placa recortável, flange 45 mm, camada inferior da placa, composta de 2 peças, adesivo de material microporoso, com pressão abdominal	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA OK
35	Equipamento de 2 peças composto por bolsa para estoma intestinal, drenável, revestida com tela macia de polietileno e politereftalato de etileno de proteção bilateral, garantindo conforto, opaca com janela de visualização transparente e carvão ativado inteligente, fechamento por encaixe de conectores plástico de fácil higienização e bolso de segurança para acomodar o fechamento, trazendo maior segurança e discrição com oito pontos de fixação, barreira plana, sintética trilaminada sendo superior e inferior de carboximetilcelulose sódica, gelatina, pectina, poliusobutileno, óleo mineral, de resina média e camada intermediária com película de polietileno impermeável a líquidos, placa recortável, flange 57 mm, camada inferior da placa, composta de 2 peças, adesivo de material microporoso, com pressão abdominal.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

36	Equipamento de 2 peças composto por bolsa para estoma intestinal, drenável, revestida com tela macia de polietileno e politereftalato de etileno de proteção bilateral, garantindo conforto, opaca com janela de visualização transparente e carvão ativado inteligente, fechamento por encaixe de conectores plástico de fácil higienização e bolso de segurança para acomodar o fechamento, trazendo maior segurança e discrição com oito pontos de fixação, barreira plana, sintética trilaminada sendo superior e inferior de carboximetilcelulose sódica, gelatina, pectina, poliusobutileno, óleo mineral, de resina média e camada intermediaria com película de polietileno impermeável a líquidos, placa recortável, flange 70 mm, camada inferior da placa, composta de 2 peças, adesivo de material 600 UN R\$92,64 R\$55.584,00 microporoso, com pressão abdominal.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA ^{OK}
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

05.1 – Esta Comissão decide por **APROVAR** os itens: ~~01, 02, 03, 04, 13, 14, 15, 16, 33, 34, 35 e 36~~ e **REPROVAR** o item: ~~20~~, apresentados pela empresa **OPÇÃO CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI LTDA, CNPJ: 10.845.515/0001-46**.


Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.


Atenciosamente.


Erikson Camilo Conceição
Diretor de Atenção Básica e Especialidades


Cássia Rita Santana Celestino
Secretária Municipal de Saúde

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:


Renata N. M. Serra
CPF N.º 200.546.858-42


Silvana R. D. C. de Anchieta
CPF N.º 514.116.791-72


Fernando Gonçalves da Silva
CPF N.º 297.956.698-50

RELAÇÃO DE AMOSTRA

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO
01 E 02	7500 E 2500	UN	Bolsa drenável para estoma intestinal transparente com tela protetora com barreira de resina sintética recoberta por guia de medição e recorte em protetor plástico ou papel siliconado com suporte adesivo microporoso recortável ate o diâmetro máximo de 64 mm.
03 E 04	375 E 125	UN	Barreira protetora spray, com líquido incolor e inodoro composto por siloxanos e sílica trimetilada (ingredientes 100% silicone) que formam um filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos na pele. uso tópico. não contém corantes, fragrâncias ou medicamento. embalado individualmente em frasco contendo 50ml. não estéril.
13 E 14	1350 E 450	UN	Bolsa para estoma intestinal convexa, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 20 - 43mm. convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 50mm. dupla camada de filme plástico interno com fenda em "s" e filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (lDpe) e janela de visualização para inspeção do estoma. fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem.
15 E 16	1800 E 600	UN	Bolsa de colostomia e ileostomia, recortavel de 19 a 64mm; tipo sistema de fechamento em cauda por sobreposição dos fechos plásticos, sem clipe, transparente, com filtro acoplado, com revestimento em não tecido, com bolso para bloqueio que encobre a aba, com válvula anti- refluxo para proteção do filtro, barreira, formato anatômico, composta por hidrocolides (cmc na e pectina), borracha de etileno polipropileno, sis e polímeros elastomérico. reforço com adesivo acrílico nas bordas além da resina.
20	240	UN	EXCLUSIVO - Bolsa fechada para estoma intestinal opaca tela protetora e filtro anti-odor descartável com barreira de resina sintética recoberta por guia de medição e recorte em protetor plástico ou papel siliconado com ou sem suporte adesivo microporoso, recortável até o diâmetro máximo indicado variando de 76mm.
22 E 23	180 E 60	UN	Kit (bolsa e placa) para estoma intestinal drenável, transparente, com tela protetora, filtro de odor, com flange 102 mm de diâmetro para acople adesivo ou encaixe em placa flexível com flange de 102 mm de diâmetro.
33	600	UN	EXCLUSIVO - Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico , opaca, com oito pontos de fixação, barreira convexa, permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose e polímeros elastoméricos, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 22 e 33 mm sem utilização de acessórios para recorte, flange 45 mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23 cm x 14 cm, adesivo de reforço de material microporoso.

OPÇÃO CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI - ME

34	600	UN	EXCLUSIVO - Equipamento de 2 peças composto por bolsa para estoma intestinal, drenável, revestida com tela macia de polietileno e politereftalato de etileno de proteção bilateral, garantindo conforto, opaca com janela de visualização transparente e carvão ativado inteligente, fechamento por encaixe de conectores plástico de fácil higienização e bolso de segurança para acomodar o fechamento, trazendo maior segurança e descrição com oito pontos de fixação, barreira plana, sintética trilaminada sendo superior e inferior de carboximetilcelulose sódica, gelatina, pectina, poliusobutileno, óleo mineral, de resina média e camada intermediária com película de polietileno impermeável a líquidos, placa recortável, flange 45 mm, camada inferior da placa, composta de 2 peças, adesivo de material microporoso, com pressão abdominal.
35	600	UN	EXCLUSIVO - Equipamento de 2 peças composto por bolsa para estoma intestinal, drenável, revestida com tela macia de polietileno e politereftalato de etileno de proteção bilateral, garantindo conforto, opaca com janela de visualização transparente e carvão ativado inteligente, fechamento por encaixe de conectores plástico de fácil higienização e bolso de segurança para acomodar o fechamento, trazendo maior segurança e descrição com oito pontos de fixação, barreira plana, sintética trilaminada sendo superior e inferior de carboximetilcelulose sódica, gelatina, pectina, poliusobutileno, óleo mineral, de resina média e camada intermediária com película de polietileno impermeável a líquidos, placa recortável, flange 57 mm, camada inferior da placa, composta de 2 peças, adesivo de material microporoso, com pressão abdominal.
36	600	UN	EXCLUSIVO - Equipamento de 2 peças composto por bolsa para estoma intestinal, drenável, revestida com tela macia de polietileno e politereftalato de etileno de proteção bilateral, garantindo conforto, opaca com janela de visualização transparente e carvão ativado inteligente, fechamento por encaixe de conectores plástico de fácil higienização e bolso de segurança para acomodar o fechamento, trazendo maior segurança e descrição com oito pontos de fixação, barreira plana, sintética trilaminada sendo superior e inferior de carboximetilcelulose sódica, gelatina, pectina, poliusobutileno, óleo mineral, de resina média e camada intermediária com película de polietileno impermeável a líquidos, placa recortável, flange 70 mm, camada inferior da placa, composta de 2 peças, adesivo de material microporoso, com pressão abdominal.

RECEBIDO EM: ____ / ____ / ____.

ASSINATURA: _____.



Birigui, 10 de Fevereiro de 2023

Ofício nº 101/2023-RNMS/SECSAÚDE

A Senhora.
Tatyane Fernanda Martins
Pregoeira Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 170/2022

Prezada Senhora,

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 263/2022 (ITEM 17 – **DAS AMOSTRAS**) – Pregão Eletrônico n.º 170/2022, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ESTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I e II – Termo de Referência.

Segue parecer conclusivo relativo à amostra apresentada pela empresa **QUARTIMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 39.774.113/0001-80** do referido certame.

01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise da documentação técnica apresentada pela empresa **QUARTIMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 39.774.113/0001-80**, ora declarada arrematante do **LOTE n.º 28**, do Pregão Eletrônico n.º 170/2022, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ESTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I e II – Termo de Referência, conforme proposta de preços apresentada.

02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

02.1- A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela PORTARIA N.º 09/2021, alterada pela Portaria nº 10/2022, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

SERVIDORES	UNIDADE ADMINISTRATIVA
RENATA N. M. SERRA	SECRETARIA DE SAÚDE
SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA	SECRETARIA DE SAÚDE
FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	SECRETARIA DE SAÚDE

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;
- Realizar análise das amostras de cada item;
- Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.

Renata
14/02
14:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

03 – DA METODOLOGIA:

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item.

04 – DA AVALIAÇÃO:


ITEM	ESPECIFICAÇÕES	ANÁLISE	RESULTADO
28	Spray para remoção sem dor e traumática de dispositivos de ostomia e para higiene da zona circundante do estoma. embalado individualmente em frasco contendo no mínimo 50 ml.	Amostra apresentada para análise está de acordo com descritivo do anexo I do edital	APROVADA

05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

05.1 – Esta Comissão decide por **APROVAR** o item 28 apresentado pela empresa **QUARTIMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 39.774.113/0001-80.**

Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.


Erikson Camilo Conceição
Diretor de Atenção Básica e Especialidades


Cássia Rita Santana Celestino
Secretária Municipal de Saúde

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:


Renata N. M. Serra
CPF N.º 200.546.858-42


Silvana R. D. C. de Anchieta
CPF N.º 514.116.791-72


Fernando Gonçalves da Silva
CPF N.º 297.956.698-50



Rua Oswaldo Cruz, nº. 1522- Sala 1- Parque Industrial - São José do Rio Preto - SP - CEP: 15030-400

Telefones: (17) 3234-2179 | (17) 3234-1873

CNPJ 39.774.113/0001-80 - I.E. 124.176.581.112

Edital nº. 263/2022

Pregão Eletrônico nº. 170/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RELAÇÃO DE AMOSTRA

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	MARCA
28	COTA RESERVADA - Spray para remoção sem dor e traumática de dispositivos de ostomia e para higiene da zona circundante do estoma. embalado individualmente em frasco contendo no mínimo 50ml.	RIOQUIMICA

MARCOS
ROGERIO
GOUVEA:084659
09806

Assinado de forma
digital por MARCOS
ROGERIO
GOUVEA:08465909806
Dados: 2022.12.23
09:40:51 -03'00'

São Jose do Rio Preto 22 de dezembro de 2022.

39.774.113/0001-80
QUARTIMED HOSPITALAR LTDA
Rua Oswaldo Cruz, Nº 1522- Sala 1
Parque Industrial - CEP: 15.030-400
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.



Rua Oswaldo Cruz, nº. 1522- Sala 1- Parque Industrial - São José do Rio Preto - SP - CEP: 15030-400

Telefones: (17) 3234-2179 | (17) 3234-1873

CNPJ 39.774.113/0001-80 - I.E. 124.176.581.112

Edital nº. 263/2022
Pregão Eletrônico nº. 170/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RELAÇÃO DE AMOSTRA

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	MARCA
28	COTA RESERVADA - Spray para remoção sem dor e traumática de dispositivos de ostomia e para higiene da zona circundante do estoma. embalado individualmente em frasco contendo no mínimo 50ml.	RIOQUIMICA

MARCOS
ROGERIO
GOUVEA:084659
09806

Assinado de forma
digital por MARCOS
ROGERIO
GOUVEA:08465909806
Dados: 2022.12.23
09:40:51 -03'00'

São Jose do Rio Preto 22 de dezembro de 2022.

39.774.113/0001-80

QUARTIMED HOSPITALAR LTDA

Rua Oswaldo Cruz, Nº 1522 - Sala 1
Parque Industrial - CEP: 15.030-400

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

Consultas / Cosméticos - Produtos Regularizados / Cosméticos - Produtos Regularizados

Detalhes do Produto

Nº do Registro

Empresa Detentora

CNPJ	Razão Social	Autorização
55.643.555/0001-43	RIOQUIMICA S.A.	2.01.869-7
UF	Município	Código do Município
SP	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	354980

Caracterização

Nº do Processo	25351.168568/2019-96
Grupo do Produto	PRODUTO PARA O CORPO SEM FINALIDADE ESPECÍFICA - GRAU 1
Nome do Produto	Removex Sensitive
Forma Física do Produto	ÓLEO

Local de Fabricação

Nacional

CNPJ	Fabricante	Nº da Autorização
55.643.555/0001-43	RIOQUIMICA S.A.	2.01.869-7
UF	Município de Fabricação	Código do Município
SP	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	354980

Apresentação

Destinação do Produto	Período de Validade do Produto
COMERCIAL	24 MESES

Restrição de Uso/Venda	Cuidados de Conservação
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM	CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
Embalagem Primária	Embalagem Secundária
FRASCO DE PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY	PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA

[Voltar](#)



Rioquímica

Indústria Farmacêutica | desde 1979

Removex Sensitive

SPRAY

REMOVE COLA E ESPARADRAPO SEM DOR.
HIDRATA A PELE CRIANDO UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO
NÃO CONTÉM ÁLCOOL

100 mL



Rioquímica

Indústria Farmacêutica | desde 1979

PRODUTO: REMOVEX SENSITIVE

CLASSE: COSMÉTICOS.

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

INDICAÇÕES: Removex Sensitive foi desenvolvido com a finalidade de facilitar a retirada do esparadrapo e resíduo de cola sem dor. O produto também pode ser utilizado para retirada de curativos tipo filme, entre outras utilidades.

MODO DE USAR: Uso externo. Borrifar o produto diretamente sobre o material que esteja mantendo o curativo colado. Resquícios de cola podem ser retirados com o auxílio de gaze ou algodão.

ADVERTÊNCIAS: NÃO INGERIR. CONSERVE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar abundantemente. Havendo irritação, suspenda o uso e procure orientação médica.

APRESENTAÇÕES:

Linha Farma – 100 mL

RIOQUÍMICA S/A

Fone: (17) 4009 4288

E-mail: rioquimica@rioquimica.com.br

www.rioquimica.com.br

CENTRAL ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIÇÃO | CORRESPONDÊNCIA:
Rua São Paulo, 30 | Vila Maceno | São José do Rio Preto - SP | CEP: 15060-035

CENTRAL INDUSTRIAL:
Avenida Tarraf, 2600 | Jardim Anice | São José do Rio Preto - SP | CEP: 15057-441



Rioquímica

Indústria Farmacêutica | desde 1979

REGISTRO:

COSMÉTICO NOTIFICADO - AFE N°: 2.01.869-7.

PRODUTO COSMÉTICO NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351.168568/2019-96

COMPOSIÇÃO: C10-13 isoparaffin, Paraffinum liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Decamethylcyclopentasiloxane, Methylchloroisoithiazolinone + Methylisoithiazolinone.

CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15-30°C). Manter em lugar fresco e proteger da luz.

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação.

Responsável Técnico: José Antonio de Oliveira.

CRQ: 04407179 – IV Região-SP

VE2019

RIOQUÍMICA S/A

Fone: (17) 4009 4288

E-mail: rioquimica@rioquimica.com.br

www.rioquimica.com.br

CENTRAL ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIÇÃO | CORRESPONDÊNCIA:
Rua São Paulo, 30 | Vila Maceno | São José do Rio Preto - SP | CEP: 15060-035

CENTRAL INDUSTRIAL:
Avenida Tarraf, 2600 | Jardim Anice | São José do Rio Preto - SP | CEP: 15057-441