



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 20 de Dezembro de 2021.

Memorando nº 272/2021 – RS

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 63/2021

Vimos por meio deste informar a Vsa. que foi analisado a documentação técnica e amostras das empresas que se sagraram vencedoras no **Pregão Eletrônico nº 63/2021**, estando a **documentação técnica em consonância** com o presente edital.

Referente as amostras apresentadas foi **classificada** a do item: **03**, por estar em conformidade com descritivo solicitado em edital.

Já os itens 02 foi **desclassificado**, por **não** estar em **consonância** com o presente edital.

Sem mais para o momento, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Renata N. Medeiros Serra

Enfermeira- Membro da Comissão

Sirlei de Paula Ferreira

Enfermeira- Membro da Comissão 09/21

**Ilmo. Sr.
Enio Linares
Pregoeiro Oficial**

Recbto - 21/12/2021
Sirlei



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRA E DOCUMENTOS TÉCNICOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63 /2021

REGISTRO DE PREÇO

DATA: 20 / 12 /2021

LOCAL: Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde de Birigui, sito na Praça Gumercindo de Paiva Castro, s/n, Centro, Birigui-SP

COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO
MEMBROS DA PORTARIA Nº 9/2021

ITEM ANALISADO Nº: 01 - lancete para teste de glicose, ponta trífurcada, 28 G, diâmetro de 0,4 mm

Análise quanto a amostra

APROVADO

REPROVADO

MOTIVAÇÃO: por não estar em conformidade com descrição do edital (no diâmetro)

Renata
Renata N.M. Serra
ENFERMEIRA
COREN-SP 76560
Membro Comissão
nº 09/2021

Paiva
Paiva Pereira
Enfermeira
Membro Comissão
nº 09/2021

Membro Comissão
nº 09/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRA E DOCUMENTOS TÉCNICOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021

REGISTRO DE PREÇO

DATA: 20 / 12 / 2021

LOCAL: Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde de Birigui, sito na Praça Gumercindo de Paiva Castro, s/n, Centro, Birigui-SP

COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO
MEMBROS DA PORTARIA Nº 9/2021

ITEM ANALISADO Nº: 03 - lançete para teste de glicemia, ponte
triangular, 28G, diâmetro de 0,4 mm

Análise quanto a **amostra**




APROVADO




REPROVADO

MOTIVAÇÃO: De acordo com descritivo do edital.


Renata N.M. Serra
ENFERMEIRA
COREN-SP 76660

Membro Comissão
nº 09/2021


Membro Comissão
nº 09/2021

Membro Comissão
nº 09/2021