



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 07 de Agosto 2.019.

Memorando nº 364/2019 – LHCM

Ref.: Pregão Presencial Nº 120/2019

Prezado Pregoeiro

Vimos por meio desta apresentar abaixo o resultado de análise de amostras e documentos técnicos das licitantes que se sagraram vencedoras em primeiro lugar, no pregão presencial nº 120/2019. Para fundamentar o julgamento, seguem em anexo os termos das análises com a motivação sobre o entendimento.

Compete informar que a análise das amostras ocorreu na Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde, no dia 06/08/2019, a partir das 08:00 horas.

Da análise realizada, a Comissão concluiu pelo seguinte resultado:

<u>Item</u>	<u>Resultado</u>
01	Reprovada
12	Reprovada
15	Aprovada
26	Reprovada

Para fundamentar a decisão, além dos termos de análise, segue em anexo os documentos técnicos enviados pelas empresas licitantes.

Quanto às amostras, as mesmas permanecerão na Secretaria de Saúde para serem utilizadas como parâmetro de comparação, conforme disposto no edital.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE DO CARMO MARTINS
Diretor Departamento Médico e Enfermagem



TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS
PREGÃO PRESENCIAL 120 /2019

REGISTRO DE PREÇO

DATA: 06 / 08 / 2019 HORA: 08 : 20

LOCAL: Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde de Birigui, sito na Praça Gumercindo de Paiva Castro, s/n, Centro, Birigui-SP

COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO
PORTARIAS Nº 45/2017 e 121/2017

Luiz Henrique do Carmo Martins, Diretor do Departamento Médico e de Enfermagem
Sandra Angelina Mari Lourenço Machado, Enfermeira
Renata Nascimento de Medeiros Serra, Enfermeira

ITEM ANALISADO Nº: 0001 - Saco Plástico para lixo
200 L - Branco

Análise quanto à documentação técnica



APROVADO



REPROVADO

MOTIVAÇÃO:

Análise quanto à amostra



APROVADA



REPROVADA

MOTIVAÇÃO: Não atende o descritivo pois
não apresenta padrões ABNT com
simbologia de resíduos infectante.


Luiz Henrique
do Carmo Martins


Sandra Angelina
Lourenço Machado


Renata Nascimento
de Medeiros Serra



TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS
PREGÃO PRESENCIAL 120/2019

REGISTRO DE PREÇO

DATA: 06/08/2019 HORA: 08:30'

LOCAL: Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde de Birigui, sito na Praça Gumercingo de Paiva Castro, s/n, Centro, Birigui-SP

COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO
PORTARIAS Nº 45/2017 e 121/2017

Luiz Henrique do Carmo Martins, Diretor do Departamento Médico e de Enfermagem

Sandra Angelina Mari Lourenço Machado, Enfermeira

Renata Nascimento de Medeiros Serra, Enfermeira

ITEM ANALISADO Nº: 0012 - Lanterna clínica LED.

Análise quanto à documentação técnica



APROVADO



REPROVADO

MOTIVAÇÃO:

Análise quanto à amostra



APROVADA



REPROVADA

MOTIVAÇÃO:

A embalagem não contempla as especificações do descritivo: embalagem contendo 02 lanterna clínica LED com duas pilhas AAA (alcalinas).


Luiz Henrique
do Carmo Martins


Sandra Angelina
Lourenço Machado


Renata Nascimento
de Medeiros Serra



TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS
PREGÃO PRESENCIAL 120/2019

REGISTRO DE PREÇO

DATA: 06/08/2019 HORA: 08:20'

LOCAL: Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde de Birigui, sito na Praça Gumercingo de Paiva Castro, s/n, Centro, Birigui-SP

COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO
PORTARIAS Nº 45/2017 e 121/2017

Luiz Henrique do Carmo Martins, Diretor do Departamento Médico e de Enfermagem
Sandra Angelina Mari Lourenço Machado, Enfermeira
Renata Nascimento de Medeiros Serra, Enfermeira

ITEM ANALISADO Nº: 0015 - Lanceta para teste de
glicemia capilar

Análise quanto à documentação técnica



APROVADO



REPROVADO

MOTIVAÇÃO: _____

Análise quanto à amostra



APROVADA



REPROVADA

MOTIVAÇÃO: _____

Luiz Henrique
do Carmo Martins

Sandra Angelina
Lourenço Machado

Renata Nascimento
de Medeiros Serra



TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS
PREGÃO PRESENCIAL 120 /2019

REGISTRO DE PREÇO

DATA: 06 / 08 / 2019 HORA: 08 : 20

LOCAL: Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde de Birigui, sito na Praça Gumercingo de Paiva Castro, s/n, Centro, Birigui-SP

COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO
PORTARIAS Nº 45/2017 e 121/2017

Luiz Henrique do Carmo Martins, Diretor do Departamento Médico e de Enfermagem
Sandra Angelina Mari Lourenço Machado, Enfermeira
Renata Nascimento de Medeiros Serra, Enfermeira

ITEM ANALISADO Nº: 026 - Lameta para teste do
pezinho

Análise quanto à documentação técnica

APROVADO

REPROVADO

MOTIVAÇÃO: _____

Análise quanto à amostra

APROVADA

REPROVADA

MOTIVAÇÃO: Amostra não atende o descritivo
pois a lameta apresenta 0,36 mm agulha
X 1,5 mm profundidade de penetração
enquanto o edital pede 2mm de
profundidade.


Luiz Henrique do Carmo Martins


Sandra Angelina Lourenço Machado


Renata Nascimento de Medeiros Serra

