



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 06 de Julho de 2021.

**Memorando nº 145/2021 - RS**  
**Ref.: Pregão Eletrônico Nº 29/2021**

Prezada Pregoeira

Vimos por meio deste informar a Vsa. que a documentação Técnica da empresa que se sagrou vencedora no Pregão Eletrônico nº 29/2021 para o item 10 foi analisada e está em consonância com o edital, porém os item **será desclassificado**, pois de acordo com ficha técnica do produto o mesmo **não atende ao descritivo** solicitado em anexo I.

Sem mais para o momento, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**Fernando Gonçalves Silva**  
**Enfermeiro- Membro da Comissão**

  
**Renata N. Medeiros Serra**  
**Enfermeira- Membro da Comissão**

**Ilma. Sra.**  
**Tatyane F. Martins**  
**Pregoeira Oficial**



**PROPOSTA PARA LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI/SP**  
**PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2021 PROCESSO Nº 128/2021**

TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA – ME  
 RUA LUIZ ZELIOLI, 19 – CENTRO – CEDRAL  
 CEP: 15895-000  
 CNPJ: 10.728.371/0001-48  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262.065.989.113  
 TELEFONES: 17-32279648 / 17-996011601  
 EMAIL: [tkmedlicitacao@gmail.com.br](mailto:tkmedlicitacao@gmail.com.br)

TK PRODUTOS E  
 EQUIPAMENTOS  
 MEDICOS  
 LTDA:10728371000148

Assinado de forma digital por  
 TK PRODUTOS E  
 EQUIPAMENTOS MEDICOS  
 LTDA:10728371000148  
 Dados: 2021.06.29 15:39:48  
 -03'00'

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I E VIII – TERMO DE REFERÊNCIA.**

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneróide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e rotação de 360º para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira adulto padrão (26 a 32 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretara danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.	150	Unid.	DORJA DIASYST EFI 502	R\$ 399,00	R\$ 59.850,00
7	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO GRANDE (OBESO) ESPECIFICAÇÕES: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE SEM SISTEMA DE ENGENHAGEM COM REGISTRO NA ANVISA E TECNOLOGIA DURASHOCK, FACE DO VISOR GRAVADO A LASER PARA MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E ROTAÇÃO DE 3600 PARA FACILITAR A	150	Unid.	DORJA DIASYST EFI 554	R\$ 315,00	R\$ 47.250,00

TK Produtos e Equipamentos Médicos Ltda.  
 CNPJ: 10.728.371/0001-48  
 Inscrição Estadual: 262.065.989.113  
 Rua Luiz Zelioli, 19 - Centro - Cedral - SP  
 CEP: 15895-000

Endereço de Correspondência  
 Rua Antonio Bongiovani, 240 - Cidade Jardim  
 São José do Rio Preto - SP - CEP: 15081-080  
 Televendas: 17 3227.9648 - 9601.1601  
[tkmed@bol.com.br](mailto:tkmed@bol.com.br)



	<p>LEITURA, LEVE E COM AUSÊNCIA DE LÁTEX. BRAÇADEIRA ADULTO PADRÃO (32 A 43CM – DIÂMETRO DO BRAÇO) TECIDO EM ALGODÃO COM FECHAMENTO EM VELCRO PODENDO SER USADO TANTO PARA BRAÇO DIREITO COMO O ESQUERDO COM DURABILIDADE DE ATÉ 100.000 CICLOS COM SELO DO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS E PADRÕES DA A.A.M.I. (AMERICA ASSOCIATION OF MEDICAL INSTRUMENTATION) DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PODENDO SOFRER QUEDA DE ATÉ 76 CM QUE NÃO ACARRETARA DANOS AO APARELHO E PERDA DE CALIBRAÇÃO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA A PERA DE INSUFLAÇÃO E VÁLVULA. GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA A BRAÇADEIRA DE DUAS PEÇAS, ACOMPANHA 01 BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO E UMA BRAÇADEIRA DE NYLON EM VELCRO ADULTO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.</p>			<p>TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS S MEDICOS LTDA:10728371000148 000148</p>	<p>Assinado de forma digital por TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS S MEDICOS Dados: 2021.06.29 15:40:03 -03'00'</p>	
8	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO GRANDE (OBESO) ESPECIFICAÇÕES: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE SEM SISTEMA DE ENGENHAGEM COM REGISTRO NA ANVISA E TECNOLOGIA DURASHOCK, FACE DO VISOR GRAVADO A LASER PARA MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E ROTAÇÃO DE 3600 PARA FACILITAR A LEITURA, LEVE E COM AUSÊNCIA DE LÁTEX. BRAÇADEIRA ADULTO PADRÃO (32 A 43CM – DIÂMETRO DO BRAÇO) TECIDO EM ALGODÃO COM FECHAMENTO EM VELCRO PODENDO SER USADO TANTO PARA BRAÇO DIREITO COMO O ESQUERDO COM DURABILIDADE DE ATÉ 100.000 CICLOS COM SELO DO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS E PADRÕES DA A.A.M.I. (AMERICA ASSOCIATION OF MEDICAL INSTRUMENTATION) DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PODENDO SOFRER QUEDA DE ATÉ 76 CM QUE NÃO ACARRETARA DANOS AO APARELHO E PERDA DE CALIBRAÇÃO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA A PERA DE INSUFLAÇÃO E VÁLVULA. GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA A BRAÇADEIRA DE DUAS PEÇAS, ACOMPANHA 01 BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO E UMA BRAÇADEIRA DE NYLON EM VELCRO ADULTO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.</p>	50	Unid.	DORJA DIASYST EFI 554	R\$ 315,00	R\$ 15.750,00



10	<p>APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, SENDO 100% DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE COM SISTEMA FECHO DE METAL PARA PROPORCIONAR MAIOR PRATICIDADE E FACILIDADE NO MANUSEIO, PRODUTO COM QUALIFICAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE E AFERIDO PELO INMETRO, POSSUIR SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL, ACOMPANHAR BOLSA EM POLIÉSTER EXCLUSIVA PARA ARMAZENAR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <p>TÉCNICAS; BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, (26 A 32 CM – DIÂMETRO DO BRAÇO) FLEXÍVEL E ANTIALÉRGICO NA COR CINZA, UTILIZANDO FECHO DE METAL, MANGUITO FABRICADO EM PVC, COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE, MANÔMETRO ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, DIVISÃO DE ESCALA 2 MMHG, CAIXA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM PRESILHA DE METAL, CONTENDO O Nº DA PORTARIA DO INMETRO NO VISOR E O RESPECTIVO SELO DE VISTORIA NO PRODUTO EM FORMA DE LACRE E CERTIFICADO INDIVIDUAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO, PERA INSUFLADORA FABRICADO TOTALMENTE EM PVC, COM SISTEMA DE FLUXO DE AR EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE, VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, POSSUIR EMBALAGEM INDIVIDUAL.</p>	100	UNID	DORJA MEDICATE MD 30 B IN	R\$ 103,00	R\$ 10.300,00
TOTAL DA PROPOSTA: CENTO E TRINTA E TRES MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS					R\$ 133.150,00	

**DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO:**

**EDUARTE APARECIDO TADEI**  
**ESTADO CIVIL: CASADO**  
**PROFISSÃO: EMPRESARIO**  
**CARGO NA EMPRESA: SÓCIO PROPRIETARIO**  
**CPF: 842.454.098-00**  
**RG: 6.850.057-9**  
**Rua Antônio Bongiovani, 240**  
**Cidade Jardim –S.J Rio Preto SP**

TK PRODUTOS E EQUIPAMENTO S MEDICOS  
 LTDA:10728371000148  
 000148

Assinado de forma digital por TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS  
 LTDA:10728371000148  
 Dados: 2021.06.29 15:40:11 -03'00'

**INFORME DA EMPRESA**

<b>Razão social:</b>	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
<b>CNPJ:</b>	10.728.371/0001-48
<b>INSCR. EST.</b>	262.065.989.113
<b>Endereço Completo:</b>	Rua Luiz Zelioli nº 19 – Bairro Centro – Cidade: Cedral - SP
<b>Fone/ Fax:</b>	(17) 3227-9648 <b>E-mail:</b> tkmedlicitacao1@gmail.com / tkmedlicitacao@gmail.com
<b>Prazo de entrega:</b>	conforme condições estabelecidas neste edital.

TK Produtos e Equipamentos Médicos Ltda.  
 CNPJ: 10.728.371/0001-48  
 Inscrição Estadual: 262.065.989.113  
 Rua Luiz Zelioli, 19 - Centro - Cedral - SP  
 CEP: 15895-000

Endereço de Correspondência  
 Rua Antonio Bongiovani, 240 - Cidade Jardim  
 São José do Rio Preto - SP - CEP: 15081-080  
 Televidas: 17 3227.9648 - 9601.1601  
 tkmed@bol.com.br





Frete:	Pago
Validade da proposta:	CONFORME EDITAL
Local de Entrega:	CONFORME EDITAL
Condição de pagamento:	CONFORME EDITAL
Dados bancários:	BANCO DO BRASIL – AG. 1510-5 C/C 120100-X
Garantia:	12(doze) meses.
Valor total da proposta:	R\$ 133.150,00 - CENTO E TRINTA E TRES MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS

Declaração da proponente licitante, de que a proposta apresentada, encontra-se de acordo com os termos, condições, quantidades e especificações constantes do presente Edital e seus Anexos e de ciência de que a entrega da referida proposta, configura total aceitação aos referidos termos, condições, quantidades e especificações;

CEDRAL/SP, 29 DE JUNHO DE 2021

TK PRODUTOS E  
EQUIPAMENTOS MEDICOS  
LTDA:10728371000148

Assinado de forma digital por TK  
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS  
MEDICOS LTDA:10728371000148  
Dados: 2021.06.29 15:40:22 -03'00'

**TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME**

**LIVIA FERREIRA DAMACENO SILVA**

CPF 393.243.868-08

RG. 462512903 - SSP/SP.

Procurador


TK Produtos e Equipamentos Médicos Ltda.  
CNPJ: 10.728.371/0001-48  
Inscrição Estadual: 262.065.989.113  
Rua Luiz Zelioli, 19 - Centro - Cedral - SP  
CEP: 15895-000

Endereço de Correspondência  
Rua Antonio Bongiovani, 240 - Cidade Jardim  
São José do Rio Preto - SP - CEP: 15081-080  
Teleendas: 17 3227.9648 - 9601.1601  
tkmed@bol.com.br




**medicate**  
produtos médicos

# Aparelho de Pressão Arterial



Ref.: MD-30  
Fechamento  
com velcro



Ref.: MD-30B  
Fechamento  
com botão

Bracadeira  
Confeccionada em nylon antialérgico e impermeável, de alta resistência e durabilidade. Disponível no tamanho adulto, com fechamento em velcro ou botão

Ref.: MD-30 - Fechamento com Velcro  
Ref.: MD-30B - Fechamento com Botão

Manguito  
Em puro látex, altamente resistente ao manuseio

Bulbo  
Em látex, super macio e altamente resistente ao manuseio. Válvula de saída de ar de alta precisão e com excelente vedação

Bolsa  
Prática, de fino acabamento em courovin

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação no manômetro e 06 meses nos demais componentes  
Assistência técnica permanente

## Estetoscópios

- Corpo Auscultador totalmente em alumínio
- Ótimo acabamento e definição acústica, com diafragma em fibra de vidro
- Tubo Y, em PVC sem emendas
- Haste de latão cromado com exclusiva mola 'U' em aço cromado
- Olivas em termoplástico, design anatômico, excelente conforto e auscultação

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação  
Assistência técnica permanente



Ref.: MD-10



Ref.: MD-20



Revendedor Autorizado

**dorja**


Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda  
Itú - SP - Brasil - CNPJ: 50.208.271/0001-05

[www.dorja.com.br](http://www.dorja.com.br)

**medicate**  
produtos médicos


## Aparelho de Pressão Arterial

- Esfigmomanômetro de alta precisão
- Indicado para uso profissional e residencial
- Garantia de um diagnóstico confiável e seguro



## Estetoscópios

- Instrumento de alta precisão para auscultação
- Disponível em 2 modelos:
  - Simples
  - Duplo



Por Uma Vida Mais Saudável

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ	50.208.271/0001-05
Autorização	1.03.321-7
Produto	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE MEDICATE

Modelo Produto Médico
Esfigmomanômetro Aneróide Medicate Adolescente
Esfigmomanômetro Aneróide Medicate Adulto
Esfigmomanômetro Aneróide Medicate Infantil
Esfigmomanômetro Aneróide Medicate Obeso
Esfigmomanômetro Aneróide Medicate Recém Nascido

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Esfigmomanometro
Registro	10332170031
Processo	25351408746200793
Fabricante Legal	WENZHOU QIANGLING MEDICAL APPLIANCE FACTORY
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 15 de Julho de 2021.


**Memorando nº 154/2021 – RS**  
**Ref.: Pregão Eletrônico Nº 29/2021**


Prezada Pregoeira

Vimos por meio deste informar a Vsa. que a documentação Técnica da empresa que se sagrou vencedora no Pregão Eletrônico nº 29/2021 para o item 09 foi analisada e está em consonância com o edital , sendo assim o item **será classificado**, pois de acordo com ficha técnica do produto o mesmo **atende ao descritivo** solicitado em anexo I.

Sem mais para o momento, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**Fernando Gonçalves Silva**  
Enfermeiro- Membro da Comissão

  
**Renata N. Medeiros Serra**  
Enfermeira- Membro da Comissão

**Ilma. Sra.**  
**Tatyane F. Martins**  
**Pregoeira Oficial**

Item 9

Registro de 06/07/2021  
ambian

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ	06.105.362/0001-23
Autorização	8.02.753-1
Produto	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM

Modelo Produto Médico
BR-20D
H200 MESA/PAREDE
H200 RODIZIO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Esfigmomanometro
Registro	80275310022
Processo	25351316086200975
Fabricante Legal	WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ	06.105.362/0001-23
Autorização	8.02.753-1
Produto	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM


Modelo Produto Médico
BR-20D
H200 MESA/PAREDE
H200 RODIZIO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Esfigmomanometro
Registro	80275310022
Processo	25351316086200975
Fabricante Legal	WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>


## ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDES PREMIUM

- Os Esfigmomanômetros Aneroides Premium são aparelhos indicados para a medição e acompanhamento da pressão arterial sanguínea no uso residencial ou clínico. São livres de látex e com excelente durabilidade.



[Esfigmomanômetro Aneroides Premium](#)

Categorias: [Aneroides](#), [Esfigmomanômetros](#)



- Verificado e aprovado pelo INMETRO
- Manguito e pêra em PVC
- Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro ou metal
- Disponível em 7 diferentes cores: azul, vinho, vermelho, rosa, verde, grafite e preto
- Estorjo para viagem
- 1 Ano de Garantia

Produtos relacionados



#### INDICAÇÃO DE USO

O esfigmomanômetro Anaxide Premium é indicado para a medição da pressão arterial sanguínea.

#### APRESENTAÇÃO

Esfigmomanômetro Anaxide Premium com estetoscópio. O kit contém um esfigmomanômetro anaxide completo, um estetoscópio simples Premium e um manual de instruções.

#### DESCRIÇÃO



A pressão arterial é registrada em duas medidas; a mais alta chama-se sistólica (medida quando o coração está bombeando), a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o coração relaxa após). Alguns fatores podem causar uma elevação na pressão arterial, como por exemplo, ansiedade, nervosismo, etc., porém, deve-se

monitorar constantemente os níveis de pressão arterial, pois, deste modo, será possível diagnosticar a mais cedo possível a hipertensão arterial, que poderá afetar, serios riscos à saúde como derrames e ataques cardíacos prematuros.

#### MODO DE USAR

- 1- A medição da pressão arterial deve ser realizada de um a dois minutos antes de qualquer teste, estar relaxado e deve ser realizada a várias vezes em dias diferentes, sob as mesmas condições de descanso e repouso.
- 2- Coloque a braçadeira sobre o pulso superior do paciente e aperte a cinta até que ela esteja justa, mas não apertando o braço.
- 3- Feche a válvula de pressão e abra o parafuso no sentido horário.
- 4- Através do método palpatório, localize o pulso radial, infla a braçadeira até desaparecer as pulsações, registre esse valor de pressão.
- 5- Coloque o estetoscópio (acessorio incluso) sobre a artéria, na parte interna do cotovelo, infla a braçadeira até 30 mmHg acima do valor de pressão determinado no último passo.
- 6- Abixe a pressão, abrindo, com devagar, o parafuso da válvula de deflato. Acompanhe a pulsação com

o estetoscópio.

- 7- O valor da pressão máxima (sistólica) será o valor onde se começaram identificar os batimentos cardíacos com maior intensidade.
- 8- Continue desinflando até não ouvir mais a pulsação, este ponto de pressão irá corresponder a pressão mínima da diástole.
- 9- Continue a baixar a pressão até desconfiar novamente a pulsação.

NOTA: O valor da pressão máxima (sistólica) será o valor onde se começaram identificar os batimentos cardíacos com maior intensidade.

#### CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Evite choques.
- Não infla a cinta de 100 mmHg.
- Não exponha a braçadeira a radiação solar intensa.
- Não toque a braçadeira ou suas partes com materiais cortantes.
- Sempre desinfe completamente a braçadeira antes de guardá-la.
- Não desmonte o manômetro. Guarde o instrumento completo na caixa fornecida.
- Limpe e mantenha a pele e a braçadeira com todo o cuidado imediatamente após o uso.

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Temperatura de Armazenagem: recomendada na faixa de 0°C a 35°C.
- Umidade Relativa do Ar de Armazenagem: máxima recomendada de 55%.
- Tamanho da Braçadeira Modelo Adulto: (destinada a uma circunferência de braço de 19-35 cm): 14,5 (L) x 32 cm (D).
- Tamanho da Braçadeira Modelo Infantil: 12 (L) x 22 cm (D).
- Faixa de Medição: 0 - 180 mmHg.
- Valor de erro: +/- 5% a +/- 2 mmHg.
- Capacidade de Memória: 2 memória e 200 memória temporariamente.
- Tempo de ar: +/- 2 minuto.

Medidas Especificas de Supacel	
Medida	Características Específicas
Integridade	07 x 11
Integridade	14 x 16
Capacidade	15 x 25
Grande	30 x 31

Premium