



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA DE SAÚDE SETOR DE SUPRIMENTOS

Birigui, 05 de Junho de 2.023.

OFÍCIO Nº 46/2.023 – IMVN

Do: Setor de Suprimentos

Para: Danilo Boa Sorte

Assunto: Esclarecimento P.E 66/2023

Venho por meio deste informar a Vossa Senhoria que, em resposta ao pedido de esclarecimento referente ao P.E 66/2023, segue:

1 – Para o item 04 – de fato faltou mencionar a quantidade de tubos por bandeja, no entanto solicitamos que sejam bandejas com 100 unidades, o que vai de acordo com o produto que a empresa GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA vai ofertar.

2 – Referente ao item 09 – a empresa GREINER esta ofertando um produto com aspiração de 8ml o que está abaixo do mínimo solicitado no descritivo em questão, sendo de 8,5 a 10 ml, sendo assim serão aceitas apenas propostas que atendam ao descritivo exigido.

3 – Referente ao item 11 – o item que a empresa GREINER pretende apresentar com a capacidade volumétrica de 6 ml está acima do limite mínimo que exigimos, com isso será aceita nesta apresentação, pois como solicitamos 5 ml, estar acima disto não nós onera em nenhum aspecto.

4 – Referente ao item 12 – será aceito o produto ofertado pela empresa GREINER, pois de fato foi identificado um erro de digitação no descritivo do item, devendo ser considerado somente a menção a EDTA K3.

5 – Referente ao item 14 - a empresa GREINER esta ofertando um produto de 9 ml o que está abaixo do mínimo solicitado no descritivo em questão, sendo de 10 ml, sendo assim serão aceitas apenas propostas que atendam ao descritivo exigido.

6 – Referente ao item 15 – sim, será aceita a proposta do mesmo produto para ambos os itens, devendo atender a quantidade total solicitada.

7 – Referente ao item 16 - a empresa GREINER esta ofertando um produto de 4 ml o que está abaixo do mínimo solicitado no descritivo em questão, sendo de 5 ml, sendo assim serão aceitas apenas propostas que atendam ao descritivo exigido.

8 – Referente ao item 17 - a empresa GREINER esta ofertando um produto de 4 ml o que está abaixo do mínimo solicitado no descritivo em questão, sendo de 5 ml, sendo assim serão aceitas apenas propostas que atendam ao descritivo exigido.

Sem mais para o momento, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Maria Helena Martins Yazawa

Enfermeira Responsável – Vigilância Epidemiológica