



## *Prefeitura Municipal de Birigui*

Estado de São Paulo  
CNPJ 46.151.718/0001-80

### RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta aos questionamentos efetuados por determinadas empresas com referência ao questionamento efetuado em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 215/2.015, que objetiva a aquisição de equipamentos médicos, destinados ao novo Pronto Socorro Municipal - Secretaria Municipal de Saúde, temos a seguinte resposta:

**Pergunta:** Referente ao lote 0012, o edital solicita: "VENTILAÇÃO COM LIBERAÇÃO DE PRESSÃO EM VIAS AÉREAS (APRV) OU SIMILAR".


**Motivo:** Segundo a Diretriz de Ventilação Mecânica Brasileira de 2013, o modo ventilatório BIPAP, assim como o APRV, também é um modo ventilatório que trabalha com dois níveis de PEEP, tem de variação a maneira de ajuste do tempo e a possibilidade de ajuste da pressão de suporte.

**Justificativa:** Gostaríamos de saber se quando é descrito similar, se podemos considerar o modo ventilatório BIPAP?

**Resposta:** Segundo a Secretaria requisitante, "podemos acatar a similaridade do modo BIPAP, uma vez que este também trabalha com dois níveis de pressão nas vias aéreas e que há possibilidade de interação do paciente no modo em questão".

Permanecem inalteradas as cláusulas do Edital do Pregão Presencial nº 215/2.015, que objetiva a aquisição de equipamentos médicos, destinados ao novo Pronto Socorro Municipal - Secretaria Municipal de Saúde.

Birigui/SP, 22 de fevereiro de 2016.

  
Andréia Cristina Possetti Melo  
Pregoeira Oficial