



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 2/2019

Anexo - I

| Lote Principal - 0001 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15 -CX 1 | | | |
|---|-------|-------|--|
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 1 | 300 | CX | LÂMINA DE BISTURI Nº 15 -CX 100 |
| Lote Principal - 0002 - COLETOR DE MATERIAIS PERF | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 2 | 5000 | CX | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 13LTS CX C/10 |
| Lote Principal - 0003 - LAMINA DE BISTURI Nº 20 CX. 10 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 3 | 300 | CX | LAMINA DE BISTURI Nº 20 CX. 100 |
| Lote Principal - 0004 - SUPORTE PARA ACONDICIONA | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 4 | 200 | UN | SUPORTE PARA ACONDICIONAR COLETOR PERFURO CORTANTE, 13 litros cromado. Com tratamento anti-ferruginoso. Acompanha buchas e parafusos para fixação em paredes. |
| Lote Principal - 0005 - EQUIPO MACROGOTAS P/SORO | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 5 | 20000 | UN | EQUIPO MACROGOTAS P/SORO C/INJETOR LATERAL E PINÇA ROLETE |
| Lote Principal - 0006 - EQUIPO MICROGOTAS P/SORO | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 6 | 5000 | UN | EQUIPO MICROGOTAS P/SORO C/INJETOR LATERAL E PINÇA ROLETE |
| Lote Principal - 0007 - NYLON 2-0 (MONOFILAMENTO P | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 7 | 100 | CX | NYLON 2-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL-CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2.0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES CADA |
| Lote Principal - 0008 - NYLON 6-0 (MONOFILAMENTO P | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 8 | 100 | CX | NYLON 6-0 (MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL-CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2.0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES CADA |
| Lote Principal - 0009 - NYLON 4-0 (MONOFILAMENTO P | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 9 | 100 | CX | NYLON 4-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2.0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES |
| Lote Principal - 0010 - NYLON 5-0 (MONOFILAMENTO P | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 10 | 100 | CX | NYLON 5-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2,0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES |
| Lote Principal - 0011 - NYLON 3-0 (MONOFILAMENTO P | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 11 | 100 | CX | NYLON 3-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 3,0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES |
| Lote Principal - 0012 - Agulha descartável e estéril, 1,20 x | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 12 | 6000 | CX | Agulha descartável e estéril, 1,20 x 40 – 18G 1 ½ – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor rosa para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011. |
| Lote Principal - 0013 - Agulha descartável e estéril, 0,80 x | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 13 | 6000 | CX | Agulha descartável e estéril, 0,80 x 25 – 21G 1 – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011. |
| Lote Principal - 0014 - Agulha descartável e estéril, 0,80 x | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 14 | 6000 | CX | Agulha descartável e estéril, 0,80 x 30 – 21G 1 ¼ - com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 2/2019

Anexo - I

a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011.

Lote Principal - 0015 - Agulha descartável e estéril, 0,70 x

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 15 | 6000 | CX | Agulha descartável e estéril, 0,70 x 25 – 22G 1 - com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor preto para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011. |

Lote Principal - 0016 - Agulha descartável e estéril, 0,70 x

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 16 | 6000 | CX | Agulha descartável e estéril, 0,70 x 30 – 22G 1 ¼ – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor preto para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011. |

Lote Principal - 0017 - Agulha descartável e estéril, 0,60 x

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 17 | 4500 | CX | Agulha descartável e estéril, 0,60 x 25 com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor azul para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. |

Lote Reservado - 0018 - Agulha descartável e estéril, 0,6

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 18 | 1500 | CX | Agulha descartável e estéril, 0,60 x 25 com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor azul para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. |

Lote Principal - 0019 - Agulha descartável e estéril, 0,55 x

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 19 | 6000 | CX | Agulha descartável e estéril, 0,55 x 20 - 24G ¾ – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor violeta para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. |

Lote Principal - 0020 - Agulha descartável e estéril, 0,45 x

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 20 | 6000 | CX | Agulha descartável e estéril, 0,45 x 13 – 26G ½, com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011. |

Lote Principal - 0021 - Garrote em tecido elástico tamanh

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 21 | 100 | UN | Garrote em tecido elástico tamanho padrão adultos com processo de auto-trava e regulagem de tensão tipo "FREE HAND" que permita ser utilizado com apenas uma das mãos e proporcione o ajuste perfeito e evite o desconforto do paciente. Fecho de regulagem e ponta na cor branco e tecido elástico na cor azul. Embalagem contendo 01 unidade. |

Lote Principal - 0022 - Garrote em tecido elástico tamanh

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 22 | 100 | UN | Garrote em tecido elástico tamanho padrão infantil com processo de auto-trava e regulagem de tensão tipo "FREE HAND" que permita ser utilizado com apenas uma das mãos e proporcione o ajuste perfeito e evite o desconforto do paciente. Fecho de regulagem e ponta na cor branco e tecido elástico na cor azul. Embalagem contendo 01 unidade. |

Lote Principal - 0023 - Frasco para alimentação enteral d



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 2/2019

Anexo - I

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|---|--------|-------|---|
| 23 | 80000 | UN | Frasco para alimentação enteral de 300 ml com registro na ANVISA/M.S. |
| Lote Principal - 0024 - Curativo redondo pronto para uso | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 24 | 4000 | CX | Curativo redondo pronto para uso após coleta de sangue e aplicação de injeções, com almofada absorvente que estanque a saída de sangue, na cor branca, caixa contendo 500 unidades. |
| Lote Principal - 0025 - LANCETA PARA USO EM TESTE | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 25 | 50000 | CX | LANCETA PARA USO EM TESTE DO PEZINHO, ESPECIFICAÇÕES: Lanceta para coleta de sangue capilar em teste do pezinho, confeccionada em plástico rígido de cor rosa com design ergonômico. Após acionada por um botão, a lamina deve fazer a punção e ser imediatamente recolhida, através de um sistema de segurança. Lâmina com 0,85 mm de profundidade e 1,5 mm de largura, retrátil, estéril e uso-único. Esterilizado a radiação gama. Com registro na ANVISA. Com a seguinte apresentação: Caixa com 50 unidades cada, contendo número do lote, prazo de validade e instrução de uso, as lancetas deverão ser embaladas unitariamente, sendo que nesta deverá constar o número do lote. |
| Lote Principal - 0026 - AGULHA MULTIPLA DESCARTAV | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 26 | 2000 | UN | AGULHA MULTIPLA DESCARTAVEL 25X8 PARA COLETA DE SANGUE A VACUO VALIDADE ACIMA DE 2 ANOS - CX COM 100 UNID |
| Lote Principal - 0027 - AGULHA MULTIPLA DESCARTAV | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 27 | 1500 | UN | AGULHA MULTIPLA DESCARTAVEL 25X7 PARA COLETA DE SANGUE A VACUO VALIDADE ACIMA DE 2 ANOS - CX. COM 100 UNID. |
| Lote Reservado - 0028 - AGULHA MULTIPLA DESCART | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 28 | 500 | UN | AGULHA MULTIPLA DESCARTAVEL 25X7 PARA COLETA DE SANGUE A VACUO VALIDADE ACIMA DE 2 ANOS - CX. COM 100 UNID. |
| Lote Principal - 0029 - SERINGA COM CAPACIDADE DE | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 29 | 10000 | UN | SERINGA COM CAPACIDADE DE 60 ML SEM AGULHA: Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 com capacidade de 60 ML sem agulha, graduação nítida e resistente: que assegura a administração da dosagem prescrita. Com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e conector universal, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com embolo destacável. O material deve ser embalado onde promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente |
| Lote Principal - 0030 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 3M | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 30 | 150000 | UN | SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 3ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503 DE 29/12/2011. |
| Lote Principal - 0031 - SERINGA DESCARTAVEL DE 5 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 31 | 150000 | UN | SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503 DE 29/12/2011. |
| Lote Principal - 0032 - SERINGAS DESCARTAVEL DE 1 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 32 | 100000 | UN | SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 10ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 2/2019

Anexo - I

CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503 DE 29/12/2011.

Lote Principal - 0033 - SERINGAS DESCARTAVEL DE 2

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 33 | 60000 | UN | SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA 20 ML; ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 20ML, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMÉTRICA E NUMERADA A CADA ML.; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, ATENDENDO A RDC 3. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503 DE 29/12/2011. |

Lote Principal - 0034 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO IN

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 34 | 15000 | UN | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALPE) Nº 21G: INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |

Lote Principal - 0035 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO IN

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 35 | 10000 | UN | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALPE) Nº 23G: INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |

Lote Principal - 0036 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO IN

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 36 | 15000 | UN | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALPE) Nº 25G: INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |

Lote Principal - 0037 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO IN

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 37 | 600 | UN | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALPE) Nº 27G: INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 2/2019

Anexo - I

COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Lote Principal - 0038 - CATETER INTRAVENOSO PERI

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 38 | 600 | UN | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA/CATETER QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO, DE FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRURGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTEÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACORDO COM A NR 32. |

Lote Principal - 0039 - CATETER INTRAVENOSO PERI

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 39 | 600 | UN | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA/CATETER QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO, DE FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRURGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTEÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACORDO COM A NR 32. |

Lote Principal - 0040 - CATETER INTRAVENOSO PERI

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 40 | 15000 | UN | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA/CATETER QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO, DE FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRURGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTEÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACORDO COM A NR 32. |

Lote Principal - 0041 - CATETER INTRAVENOSO PERI

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 41 | 15000 | UN | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA/CATETER QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO, DE FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRURGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTEÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACORDO COM A NR 32. |

Lote Principal - 0042 - CATETER INTRAVENOSO PERI

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 42 | 20000 | UN | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, PROTETOR DE |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 2/2019

Anexo - I

AGULHA/CATETER QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO, DE FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTEÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACORDO COM A NR 32.

Lote Principal - 0043 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO IN

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 43 | 10000 | UN | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALPE) Nº 19G: INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |

Lote Principal - 0044 - EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERA

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 44 | 80000 | UN | EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, POSSUI PONTA PERFURANTE E CONECTOR ESCALONADO COM CONEXÕES UNIVERSAIS. REGULADOR DE FLUXO, TIPO PINÇA ROLETE, COM EXCELENTE PRECISÃO NO CONTROLE DO GOTEJAMENTO E TUBO FLEXÍVEL ATÓXICO NA COR AZUL, EMBALADO EM POUCHES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. |

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto nas alíneas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.13 deste Edital:

a) identificação completa da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e modelo em conformidade com as especificações do Anexo I, e o número do registro do objeto na ANVISA, salvo isenção;

d) preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

e) ficha técnica para o material ofertado, para análise da comissão nomeada no tocante à compatibilidade com o descritivo.

BIRIGUI

SP

de

de
