



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 109/2013

Anexo - I

Lote 0001 - LANTERNA CLINICA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	5	UN	LANTERNA CLINICA
Lote 0002 - ESTETOSCÓPIO ADULTO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	12	UN	ESTETOSCÓPIO ADULTO
Lote 0003 - LONGARINA COM 03 LUGARES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	10	UN	LONGARINA COM 03 LUGARES
Lote 0004 - PRATELEIRA DE AÇO 1,98 X 0,93 X 0,40 C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	10	UN	PRATELEIRA DE AÇO 1,98 X 0,93 X 0,40 CHAPA 22 COM 06 BANDEIJAS COM REFORÇO NA CINZA
Lote 0005 - ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 06 PRATELEI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	4	UN	ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 06 PRATELEIRAS; COR BEGE; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Estante de aço; (06) prateleiras; planos de armazenagem regulável; chapa de aço nº 22; tratada por processo de anti-corrosão; pés com acabamento em sapatas plásticas; dimensões mínimas: (1980)mm x (900)mm x (300)mm; (A x L x P); cor bege.
Lote 0006 - ARMARIO VITRINE 2 PORTAS, especificação			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	5	UN	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS, especificações: - Construído em chapa de aço - Fundo e teto em chapa - Frente e laterais com vidro de 3 mm de espessura - 4 prateleiras com vidros de 4 mm de espessura - Portas com fechadura tipo Yale - Pés em tubos quadrados com ponteiros em PVC - Pintura eletrostática a pó epóxi - Medidas: 1,50 (alt) 0,65 (larg) 0,40 (prof).
Lote 0007 - REFRIGERADOR; DOMÉSTICO; FROST FR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	1	UN	REFRIGERADOR; DOMÉSTICO; FROST FREE; DUPLEX; CAPACIDADE: ENTRE (345)L - (352)L; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Refrigerador, doméstico, tipo duplex, 02 portas frontais, sendo 01 do Refrigerador e 01 do Freezer acoplado, modelo vertical; tecnologia de degelo do refrigerador e do freezer: frost free; recursos: controle de temperatura; iluminação interna; alarme de porta aberta: facultativo; Compartimentos: compartimento extra frio, porta com compartimentos diversos; mínimo de 03 (três) divisórias internas (prateleiras) fabricadas em vidro temperado, tipo removíveis; gaveta para legumes/frutas, porta ovos com capacidade mínima para 12 (doze) unidades; compartimento para latas; Características Gerais: separador de garrafas: sim; painel eletrônico: não; porta reversível: não; porta do freezer aproveitável: sim; dispenser na porta: não; pés niveladores: sim; eficiência energética: A; consumo máximo de energia: (48)kWh/mês; dimensões mínimas do produto: (1,70)m x (60)cm x (65)cm (A x L x P); peso máximo do produto: (70)kg; alimentação: (110)V; garantia mínima de 12 (doze) meses após a entrega do produto ao consumidor final; item incluso: manual de instruções em português; O equipamento deve atender as legislações, normas e resoluções vigentes, estabelecidas pelos órgãos reguladores.
Lote 0008 - BEBEDOURO DE ÁGUA- INDUSTRIAL - 18			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	2	UN	BEBEDOURO DE ÁGUA - INDUSTRIAL - 180 LITROS - COM 3 TORNEIRAS FRONTAIS E UMA LATERAL (LADO DIREITO) COM CUBA REBAIXADA DE 127V EM AÇO INOX COM FILTRO DE AGUA
Lote 0009 - Compressor de ar com lubrificação a oleo , d			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	1	UN	Compressor de ar com lubrificação a óleo, de 10 pés, motor de 2 HP, reservatório de 150 litros e pressão máxima de 120 libras, monofásico 110/220 V , com cabeçote em ferro fundido com sistema de refrigeração da unidade através de ventilador incorporado ao cabeçote.
Lote 0010 - APARELHO DE PRESSÃO(ESFIGNOMANO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	11	UN	APARELHO DE PRESSÃO(ESFIGNOMANOMETRO) ANERÓIDE
Lote 0011 - APARELHO DE RAIOS X, ESPECIFICAÇÕES:			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	1	UN	APARELHO DE RAIOS X, ESPECIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 109/2013

Anexo - I

aparelho odontológico com potência 1,20 KVA, 126 V, potência/cabeçote 70- KVP, 8mA (cabeçote), base redonda em formato de V, cor branco, com rodízios, proteção (mecanismo) de bloqueio contra disparos acidentais.

Lote 0012 - DIVÃ, especificações:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	3	UN	DIVÃ, especificações: Armação em tubos de aço redondos de 1 e 1/4 de diam. e parede de 1,2 mm. Leito em madeira estofada com espuma flexível de poliuretano (PU) de 3 cm de altura revestida por couro impermeável. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Suporte para rolo de lenço de papel com 0,70m de largura. Pés com ponteiros de PVC. Pintura eletrostática a pó-epoxi 1,90(comprimento) x 0,86(altura) x 0,90(largura).

Lote 0013 - FOTOPOLIMERIZADOR, especificações:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	1	UN	FOTOPOLIMERIZADOR, especificações: Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas do tipo revólver leve e anatômico com superfície lisa de desinfecção, compatível com todas as resinas fotopolimerizáveis a luz visível disponíveis no mercado, possui sinal sonoro com intervalos de dez segundos e desligamento automático com 30 segundos, emissão gradativa de luminosidade, ponteira de fibra óptica rígida e semi-orientada de tamanho reduzido com giro de 360° autoclavável, dispositivo anti-contaminação removível e esterilizável, protetor térmico que desliga a luz caso haja superaquecimento, gatilho com comando inteligente e função liga/desliga e filtros térmico e óptico. A luz obtida atravessa os filtros conseguindo-se assim, luz fria com comprimento de onda de 500 nm(luz azul) e potencia de 500 mW/cm2, corpo em poliuretano, peça de mão com cabo espiralado, exaustor na pele de mão silencioso que possibilita o funcionamento da lâmpada por mais de 300 segundos ininterruptos, cápsula dianteira removível com rosca, ponteira condutora de luz 84mm x 11mm.

Lote 0014 - LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOXIDÁVEL, E

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	2	UN	LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPECIFICAÇÕES: COM CABO RECARTEADO ADULTO E INFANTIL, TAMPA COM ROSCA E MOLA EM AÇO INOX. LAMPÂDAS DE ALTA LUMINOSIDADE. COM CINCO LÂMINAS CURVAS EM AÇO INOX , FACE FOSCA PARA IMPEDIR REFLEXÃO DE LUZ, DE 0 A 5

Lote 0015 - NEGATOSCÓPIO 1 CORPO, ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	6	UN	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO, ESPECIFICAÇÕES: Negatoscópio de 01 corpo, construído em chapa de aço inox com a parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32w com reator eletrônico, luminância aproximada de 1500 nits e acendimento através de interruptor, alimentação 10v. Dimensões externas aproximadas de 380 x 100 x 485 mm.

Lote 0016 - FOCO DE LUZ CLÍNICO:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	4	UN	FOCO DE LUZ CLÍNICO: - Corpo em metal, pintura epoxi-pó, lâmpada halógena 12V x 20W (Vida Longa) haste flexível cromada com regulagem de altura, base com rodízio deslizante, alimentação: Bi-Volt 110/220V.

Lote 0017 - JATO DE BICARBONATO - ULTRASOM ES

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	1	UN	JATO DE BICARBONATO - ULTRASOM ESPECIFICAÇÕES: COM CANETA/TRANSDUTOR ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL; PEDAL DE ACIONAMENTO; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: APARELHO DE PROFILAXIA DENTAL, COM PEÇA DE MÃO PRA ULTRA-SOM, PEÇA DE MÃO PARA O JATO DE BICARBONATO, REMOVÍVEL. CORPO MONTADO EM MATERIAL LISO E RESISTENTE, PAINEL DE CONTROLE, TECLA DE LIGA/DESLIGA, MANGUEIRAS LIÇAS, LEVES E FLEXÍVEIS; ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR, OPERAÇÕES SEM ÁGUA, VIBRAÇÕES UNIDIRECIONAIS, POTENCIÔMETRO COM GRADUAÇÃO E CAPA DO TRANSDUTOR REMOVÍVEL. JATO DE BICARBONATO COM DIFUSOR CONCÊNTRICO, SISTEMA DE REGULAGEM FINA DE AR, REGISTRA DE ÁGUA, VARREDURA AUTOMÁTICA DO BICARBONATO, FILTRO DE AR E RESERVATÓRIO DE BICARBONATO; BIVOLT.

Lote 0018 - DESFIBRILADOR/MONITOR DE APLICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	1	UN	DESFIBRILADOR/MONITOR DE APLICAÇÃO EXTERNA, SEMI-AUTOMÁTICO, PORTÁTIL, DOIS MODOS DE OPERAÇÃO: MODO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA SEMI-AUTOMÁTICA (DEA) E MODO MANUAL, OXÍMETRO PULSO INTEGRADO E MODO BIFÁSICO DE BAIXA ENERGIA PARA DESFIBRILAÇÃO. NO MODO DEA, O DESFIBRILADOR/MONITOR DEVE ANALISAR O RÍTMO DO PACIENTE E INFORMAR SE HÁ OU NÃO A NECESSIDADE DE ADMINISTRAR CHOQUE POR MEIO DE MENSAGENS DE VOZ E POR ORIENTAÇÕES ESCRITAS NO DISPLAY. DEVE CONTER 12 POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA (2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J) DEVE POSSIBILITAR AS ALTERAÇÕES NO NÍVEL DE CARGA QUANDO O APARELHO ESTÁ CARREGADO, SEM A NECESSIDADE DE UMA NOVA RECARGA. MONITORIZAÇÃO DE ECG E OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) DISPONÍVEL NOS MODOS MANUAL E DEA,



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 109/2013

Anexo - I

CABO DE ECG DE 3 VIAS OU DE 5 VIAS E PÁS ADESIVAS.
TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO ELETROLUMINESCENTE DE 5,7 POLEGADAS, COM AJUSTE DE CONTRASTE, QUE OFERECE A VISUALIZAÇÃO DE CURVAS E MENSAGENS, MONITORAÇÃO DE ECG, VALORES SPO2 E MODO DE OPERAÇÃO.
ARMAZENAMENTO DE DADOS, AUTOMÁTICO, DE EVENTOS CRÍTICOS EM SUA MEMÓRIA INTERNA, TAIS COMO CHOQUES E DISPAROS DE ALARME ESSES EVENTOS DEVEM SER IMPRESSOS, ASSIM QUE OCORREREM, OU FAZER PARTE DE UM RESUMO DE EVENTOS.
BATERIA HERMÉTICA DE CHUMBO-ÁCIDO (SLA) RECARREGÁVEL, DEVE OBTER UMA CARGA DE 200J EM MENOS DE TRÊS SEGUNDOS, AUTONOMIA PARA APLICAÇÃO DE 50 CHOQUES SEM QUE HAJA NECESSIDADE DE RECARGA, 100MIN. DE MONITORAÇÃO CONTINUA OU 75MIN. DE MONITORIZAÇÃO. TODOS OS COMPONENTES OU ACESSÓRIOS, NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.
CERTIFICADO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO PELA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DEFINITIVA IEC 60.601-1-1 E IEC 60.601-2-4, NÃO SENDO VÁLIDAS DECLARAÇÕES OU AFINS RELATIVO A CERTIFICAÇÃO.

Lote 0019 - DIVÃ GINECOLÓGICO LUXO, ESPECIFICA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

19	1	UN	DIVÃ GINECOLÓGICO LUXO, ESPECIFICAÇÕES: com gabinete em chapa totalmente pintado na cor branco. Construído em chapa de 1,00 mm com 4 gavetas e 2 portas com puxadores e 1 prateleira interna removível, leito estofado e revestido em couro na cor branco dividido em três partes (cabeceira, assento e peseira), cabeceira e peseira com regulagem através de cremalheiras cromadas, acompanha par de porta-coxas revestido em couro com anexos cromados, tubo para colposcópico portátil cromado, gaveta para coleta em inox com puxador e pés em chapa de 1,50 mm pintado - Dimensões: 1,84x0,60x0,85 m
----	---	----	--

Lote 0020 - DERMATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES :

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

20	3	UN	DERMATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES : Lâmpada de Xenon Halógena 2.5v ou LED • Lente com aumento de 10 vezes • Cabo para 2 pilhas tipo "C" ou bateria recarregável • Lente de contato graduada e lisa • Controle da intensidade da luz e liga/desliga • Cabo recartilhado com acabamento acetinado • Ajuste de foco • Com estojo.
----	---	----	---

Lote 0021 - BALANÇA DIGITAL ADULTA, ESPECIFICAÇ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

21	1	UN	BALANÇA DIGITAL ADULTA, ESPECIFICAÇÕES: Estrutura em chapa de aço carbono Capacidade 200 kg; divisões de 100 g Plataforma: 390 x 400 mm Altura de 1,30 m Régua Antropométrica com escala entre 1,00 e 2,00 m Tapete em borracha anti-derrapante Pés reguláveis Função TARA,possibiliadde de até 100% da capacidade Display com 5 dígitos Chave seletora de tensão 110/220 v Opcional saída com RS 232 na cor branca.
----	---	----	--

Observação

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: Conforme Edital;
- 5) Local de entrega: Conforme Edital;
- 6) Condições de Pagamento: Conforme Edital;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente;
- 8) Garantia: Conforme Edital;

BIRIGUI - SP, ____ de _____ de _____.

Walter Fantoni Júnior
Pregoeiro Oficial