



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 136/2018

Anexo - I

Lote 0001 - APARELHO ELETROCARDÍOGRAFO ESPE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	APARELHO ELETROCARDÍOGRAFO ESPECIFICAÇÕES: TECLA DE ATALHO PARA OPERAÇÃO. IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM TIPO CARTA (NÃO TERMO-SENSÍVEL) E CANETA COMUM. CAPACIDADE DE SALVAR ATÉ 100 EXAMES EM MEMÓRIA INTERNA. COMUNICAÇÃO EXTERNA VIA U.S.B. E ETHERNET (OPCIONAL). IMPRESSÃO DE 12 VARIAÇÕES EM UMA ÚNICA PÁGINA FORMATO CARTA. IDENTIFICAÇÃO DE SINAL DE MARCA - PASSO. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. CIRCUITO PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE, COMPLETAMENTE ISOLADO E SEPARADO DO RESTANTE DO APARELHO. MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO E RITMO. DISPLAY COLORIDO DE 4,3" DE TECNOLOGIA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN) POSSIBILITANDO A PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO EXAME, CONFIGURAÇÃO RÁPIDA E INTUITIVA, VISUALIZAÇÃO DO POSICIONAMENTO DE ELETRODOS, INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE (NOME, ID, SEXO, IDADE, PESO E ALTURA), EXIBIÇÃO E IMPRESSÃO DA FREQUENCIA CARDIACA, IDENTIFICAÇÃO DO EXAME POR IMPRESSÃO DE DATA/HORA E NOME DO PACIENTE. QUE PERMITA A MANIPULAÇÃO DOS EXAMES SALVOS, POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM CENTRAL, TRAÇADO PERMANENTE DE ALTA QUALIDADE. QUE PERMITA EXPORTAÇÃO DE EXAMES PARA COMPUTADOR VIA PENDRIVE EM FORMATO PDF OU XML. QUE SEJA ALIMENTADO POR REDE ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO (100/240 VAC 50/60 Hz), PACK DE BATERIAS (OPCIONAL), OU PILHAS. COM CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE LINHA DE BASE. FILTRO DIGITAL PARA RUÍDOS DE REDE ELÉTRICA E TREMOR MUSCULAR. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES GERAIS: DIMENSÕES APROXIMADAS DE 85 x 240 x 345 mm (ALT x LARG x PROF). PESO APROXIMADO DE 2,4 KG SEM OS ACESSÓRIOS. ALIMENTAÇÃO COM ENTRADA PARA REDE ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO (100/240 VAC 50/60 Hz), PACK DE BATERIAS OU PILHA TIPO "C". COM TEMPO DE OPERAÇÃO COM PACK DE BATERIAS DE NO MINIMO 04 HORAS (EM VISUALIZAÇÃO). COM TEMPERATURA DE OPERAÇÃO APROXIMADAMENTE ENTRE 10°C A 40°C. COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO APROXIMADA DE 5, 10, 25 E 50 100 mm/s. COM GANHO APROXIMADO DE 2,5; 5; 10 E 20 mm/mv. COM ELIMINAÇÃO DO RUÍDO DA REDE ELÉTRICA (50 ou 60 Hz), TREMOR MUSCULAR E CORREÇÃO DA LINHA DE BASE."

Lote 0002 - KIT CPAP , AUTO CPAP COM RISE TIME ,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	2	UN	KIT CPAP , AUTO CPAP COM RISE TIME , UMIDIFICADOR PERMANENTE, POSSUINDO COMPENSAÇÃO, MASCARA NASAL E MASCARA FACIAL. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS. ITENS INCLUSOS: CPAP COM UMIDIFICADOR PERMANENTE MÁSCARA FACIAL QUATRO AIR MASCARA NASAL TUBO (TRAQUEIA) SLIMLINE 2M CARTÃO DE DADOS SD (1GB DE MEMÓRIA) CABO DE ENERGIA FONTE DE ENERGIA MANUAIS EM PORTUGUÊS FILTRO

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto nas alíneas abaixo:

a) identificação completa da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e o modelo em conformidade com as especificações do Anexo I, e o número do registro do objeto na ANVISA, salvo isenção;

d) preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 136/2018

Anexo - I

licitação;

e) ficha técnica para cada produto/material ofertado, para análise da comissão nomeada no tocante à compatibilidade com o descritivo.

OBS: Com referência ao item nº 01 do anexo I: o mesmo deverá conter 01 cabo de ECG, 12 canais e operação direto no controle.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.
