



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 157/2019

Anexo - I

Lote 0001 - Equipamento odontológico composto de: - U

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto, base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso, caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório, com botão on/off localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional, com dois braços (esquerdo e direito) articulação única entre encosto e assento para facilitar limpeza e desinfecção, estofamentos em espuma de poliuretano revestida em P.V.C de alta densidade e anti-chamas com superfície lisa e totalmente sem costura para facilitar a limpeza e a desinfecção, encosto de cabeça com regulagem de altura e bi-articulado com trava milimétrica que permita atendimento de todos os biótipos físicos de pacientes, inclusive cadeirantes, movimentos de assento e encosto motorizados com sistema de fuso elétrico - mecanismo, comando de pé incorporado a cadeira dotado com três posições de trabalho programáveis pelo próprio operador, volta a zero, controle de até quatro intensidades de luz no refletor e também movimentos normais de subida e descida do assento e encosto, mangueiras embutidas, caixa de comando integrada à cadeira, e todas as superfícies metálicas devem receber banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes. UM EQUIPO ODONTOLÓGICO PNEUMÁTICO, com mangueiras lisas e sem reentrâncias tipo oblate, reservatório de água para a alimentação das pontas em policarbonato, bandeja e suportes de pontas removíveis para facilitar desinfecção, válvulas internas em metal tratado para prolongar vida útil, pedal único de comando das pontas com acionamento progressivo, 01 seringa tríplice com bico autoclavável, 01 terminal para micro motor sem spray, 02 terminal para alta rotação com spray e com 02 alta rotação TB PB da mesma marca da cadeira, torneira de regulagem acoplada ao terminal, puxadores bilaterais.</p> <p>- UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA: acoplada à cadeira, dotada de bacia cuspideira removível em cerâmica esmaltada para facilitar limpeza e desinfecção, estrutura interna em aço com pintura em epóxi para aumentar a vida útil, 01 terminal de sugador tipo Venturi para sucção de saliva e Terminal Bv para sucção alta potência, suporte do sugador com alavanca de acionamento automático, bastando retirar o sugador do suporte, com separador de detritos do sistema de sucção e tela em aço inox, mangueiras com engate rápido, e com 01 seringa tríplice com bico autoclavável, com branco alcance na unidade auxiliar.</p> <p>- REFLETOR ODONTOLÓGICO LED: refletor 3 x 2 à LEDs, sendo 3 luz led branca, 2 luz led laranja, Permite a utilização da luz Orange (laranja) durante os procedimentos clínicos com materiais fotoativados, elevando o tempo de manuseio dos mesmos através da inibição da polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais foto ativados, até quatro intensidades de luz - Luz branca: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX (com variação de +-10%) e Luz laranja: 5.000 LUX. Iluminação Led, propicia menor consumo de energia, maior durabilidade, com acionamento do refletor através do sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada e com a seleção de intensidade através do sensor, seus puxadores bilaterais removíveis e autoclavável.</p> <p>- MOCHOS ODONTOLÓGICOS: dois mochos com movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado sendo a elevação do assento impulsionada pela ação de uma mola e a descida pelo peso do usuário, com alavancas, localizadas abaixo do assento, que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada, 05 rodízios duplos proporcionam melhor estabilidade e movimentação e de grande resistência estrutural, encosto com regulagem longitudinal proporciona melhor ajuste, assento e encosto estofados em espuma poliuretano injetado revestidos em P.V. C de alta densidade e anti-chamas, totalmente sem costuras para facilitar limpeza e desinfecção, com altura regulável entre 44 a 54 centímetros, largura de 39 centímetros, altura do encosto com relação ao assento de 25 centímetros, suportar peso de até 135 kg, encosto e assento retangular e assento anatômico.</p>

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto nas alíneas abaixo:

a) identificação completa da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e modelo em conformidade com as especificações do Anexo I, e o número do registro do objeto na ANVISA, salvo isenção;

d) preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 157/2019

Anexo - I

natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

e) banco, número da agência e conta corrente para pagamento;

f) A proposta deverá vir acompanhada da ficha técnica do material ofertado (cópia autenticada ou original), as quais ficarão retidas com a proposta, sendo facultada a realização de diligência para análise no tocante à compatibilidade com o descritivo.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.
