



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 189/2012

Anexo - I

Lote 0001 - APARELHO DE FAX; TIPO FAX PAPEL TÉR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	Aparelho de fax; tipo fax papel térmico; corte automático de papel; multi-transmissão para até 10 números; memória de recepção para até 20 páginas; bandeja de papel; tecla de navegação 22 números de discagem rápida; memória para 100 números no diretório; bloqueio de discagem (04 a 04 dígitos); identificador de chamadas (20 nomes e números); impressão de relatórios; painel e visor em português; função cópia; transmissão programada; transmissão internacional e polling (permitir que outra máquina retire um documento de fax do seu aparelho); identificação do remetente; alimentador automático de papel para até 10 páginas; bobina de até 30 metros; voltagem: 127v.

Lote 0002 - APARELHO DE DVD PLAYER, REPRODUÇ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	7	UN	APARELHO DE DVD PLAYER, REPRODUÇÃO DE DIVX, DVD-VR, DIVX, SVCD, VCD, CD-DA, MP3, CD TEXT, JPEG, DVD-R/RDL, DVD+R/RDL, DVD-RW/+RW, CDR/RW

Lote 0003 - DATA SHOW BRILHO 1.400 ANSI LUMENS,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	4	UN	DATA SHOW BRILHO 1.400 ANSI LUMENS, PESO 3,2KG, RESOLUÇÃO NATIVA 800X600 PIXELS COMPATÍVEL 1024X768, 640X480 CONTRASTE 500:1

Lote 0004 - TELEVISOR 32"- LCD- CONTROLE REMOT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	7	UN	TELEVISOR 32"- LCD- CONTROLE REMOTO - tela plana

Lote 0005 - AUTOCLAVE HORIZONTAL 360 LITROS, E

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	1	UN	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL 360 LITROS, ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Autoclave horizontal para esterilização hospitalar e industrial a vapor saturado.</p> <p>Faixa de trabalho 121 a 134 °C</p> <p>Livre programação de temperatura, tempo, secagem e resfriamento do material.</p> <p>Construção:</p> <p>Flange tampa e caldeiras das câmaras internas e externas construídas em aço inoxidável AISI-304 e AISI-316L acabamento 2B, com bombas de vácuo e de água. Tampa com fechamento centralizado possuindo TRAVA AUTOMÁTICA, não permitindo a abertura da mesma quando há pressão interna. Novo sistema de energização por meio de vapor ou energia elétrica, diminuindo a duração do ciclo de esterilização. Tanto o controle microprocessado como os conjuntos de energização estão alojados no compartimento lateral, isentado-os de calor, trabalhando em temperatura ambiente, protegendo assim, o seu funcionamento. Instrumentos normais que acompanham: manômetro, manovacuômetro, chaves interruptoras, lâmpadas indicativas e indicador de tempo de exposição. Construção conforme normas da ABNT e ASME.</p> <p>Equipada com bomba de vácuo e de água</p> <p>Acompanham 1 Carro Interno e 1 Carro Externo</p> <p>Sistema de controle:</p> <p>Microprocessado Com cinco programas de esterilização, sendo 4 PRÉ-VÁCUO e 1 GRAVIDADE E TAMBÉM PROGRAMAÇÃO LIVRE.</p> <p>Dimensões:</p> <p>DIM.INTERNAS: APROXIMADAMENTE 600 mm X 600 mm X 1000 mm (H x L x P)</p> <p>DIM.EXTERNAS: APROXIMADAMENTE 1780 mm X 790 mm X 1750 mm mm (H x L x P)</p> <p>Consumo em operação: 21KW</p> <p>Peso: 550,000 .</p> <p>Certificado pelo Inmetro.</p>

Observação

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: Conforme Edital;
- 5) Local de entrega: Pça. Gumercindo de Paiva Castro, s/n, Centro, Birigui/SP;
- 6) Condições de Pagamento: Em até 10 dias úteis;



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 189/2012

Anexo - I

- 7) Banco, Agência e Conta Corrente;
- 8) Garantia: No mínimo 12 (doze) meses.

BIRIGUI

- SP, ____ de ____ de ____.

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial