



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 45/2018

Anexo - I

Lote 0001 - INCUBADORA DE TRANSPORTE, COM CA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	<p>INCUBADORA DE TRANSPORTE, COM CARRO PANTOGRÁFICO EM ALUMÍNIO BRANCO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>INCUBADORA DE TRANSPORTE MICROPROCESSADO, DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR O CONFORTO TÉRMICO IDEAL PARA OS RECÉM-NASCIDOS DE RISCO, OFERECENDO AS CONDIÇÕES IDEAIS PARA TRANSPORTE SEGURO DO PACIENTE. O EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, FABRICADO DE ACORDO COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO ANVISA E NBR ISO 13485: 2004 E CERTIFICADO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA RDC ANVISA Nº 27 DE 21 DE JUNHO DE 2011 E AS NORMAS TÉCNICAS:</p> <p>NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2 NBR IEC 60601-1-4 NBR IEC 60601-2-20</p> <p>CÚPULA - CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA QUALIDADE, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR, RN E DESEJADA ATRAVÉS DO DISPLAY, QUE PERMITE A FÁCIL VISUALIZAÇÃO DESSES PARÂMETROS À DISTÂNCIA. PAINEL FRONTAL EM POLICARBONATO, COM TECLADO TIPO MEMBRANA, QUE IMPEDE A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS. SISTEMA DE AUTO TESTE PARA TODO SISTEMA DE CONTROLE E ALARMES. SISTEMA DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL PARA RETENÇÃO DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS. PAINEL DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA DE CONECTORES: REDE AC E REDE 12VDC. SENSOR DE PELE ELETRÔNICO DE ALTA PRECISÃO. PLUG DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO DESTACÁVEL, CONFORME NORMA NBR 14136:2002. CHAVE GERAL ; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 127/220 VAC, 12 VDC EXTERNO E BATERIAS INTERNAS RECARREGÁVEIS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MEMÓRIA E ACIONAMENTO DE ALARME DE FALTA DE ENERGIA; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO EXCESSIVO DOTADO DE SENSOR DE TEMPERATURA E CIRCUITOS ELETRÔNICOS E INDEPENDENTES; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (<60 DBA), DOTADO DE MOTOR E SISTEMA DE VENTILAÇÃO SILENCIOSOS E COM BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO;</p> <p>BATERIA - RECARREGÁVEL SELADA TIPO GELATINOSA DE 12VCC. CARREGADOR AUTOMÁTICO FLUTUANTE INCORPORADO, COM TENSÃO REGULADA PARA EVITAR SUPERAQUECIMENTO E SOBRECORRENTE DA BATERIA AUMENTANDO SUA VIDA ÚTIL. AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO PARA 4 HORAS.</p> <p>SISTEMA DE AQUECIMENTO - SERVO CONTROLADO, QUE PERMITE O AJUSTE PRECISO DA TEMPERATURA DO RN OU DO</p> <p>AR. SISTEMA DE SEGURANÇA PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO AQUECIMENTO PARA CONDIÇÕES DE ALTA TEMPERATURA, SOBREAQUECIMENTO E FALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR.</p> <p>ACOMPANHA: 02 FILTROS DE AR SOBRESSAIENTES, 01 PARA CHOQUE TUBULAR INTEGRAL PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DE TODO PERÍMETRO DA INCUBADORA, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADA COMO ALÇA PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC DESTACÁVEL, PADRÃO IEC COM 3 PINOS CONFORME 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO 12VDC.</p>

Lote 0002 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM AS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	1	UN	<p>MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM AS SEGUINTE FUNÇÕES:</p> <p>OXIMETRIA DE PULSO (SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA). PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI). TEMPERATURA. ECG. RESPIRAÇÃO POSSUI DISPLAY LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO TOUCH SCREEN, DE 8 OU 10 POLEGADAS. ALÇA PARA TRANSPORTE. BATERIA DESTACÁVEL RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 4 HORAS. ALIMENTAÇÃO: 127/220VAC , 50/60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS (CM) 17X: 27 X17 (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE). PESO APROXIMADO (SEM ACESSÓRIOS) : 2,1KG ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MONITORADOS COM LIMITES INFERIOR E SUPERIOR AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE MONITORAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA:15 A 349 BPM . FAIXA DE MONITORAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 0 A 300 RPM. FAIXA DE MONITORAÇÃO DE SPO2:0 A 100%. FAIXA DE MONITORAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE PULSO:15 A 349 BPM. FAIXA DE MONITORAÇÃO DA TEMPERATURA:5 A 50°C. FAIXA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO NÃO INVASIVA: 10 – 270 MMHG</p> <p>ACOMPANHA: CABO DE ECG DE 3 VIAS. MANGUITO PARA PNI TAMANHO ADULTO. TUBO/EXTENSÃO PARA CONEXÃO DO MANGUITO AO MONITOR. SENSOR PARA OXIMETRIA TIPO CLIP (INFANTIL). SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 3 PINOS PADRÃO ABNT.</p>

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, constando a marca, o modelo e o(s) número(s) do produto(s) na ANVISA, salvo isenção, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 45/2018

Anexo - I

- a) identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- b) número do Edital e do Pregão;
- c) descrição precisa do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I;
- d) preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF – CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.
