



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 76/2019

Anexo - I

Lote 0001 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	3	UN	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM FIO. FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COM LUZ FRIA A LED. FUNCIONAMENTO A BATERIA SEM FIO. BASE COM CARREGADOR PARA A BATERIA MULTITENSÃO AUTOMÁTICO 110/220 COM LED INDICATIVO DE CARGA. COMPRIMENTO DE ONDA NA FAIXA IDEAL PARA FOTO POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO DENTAL ENTRE 440 A 480NM. POTÊNCIA SUPERIOR A 500 MW/CM2. SISTEMA DE CONTROLE QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO QUANDO A CARGA DA BATERIA NÃO FOR SUFICIENTE PARA MANTER A POTENCIA DE POLIMERIZAÇÃO. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO ATE 100 SEGUNDOS, COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS. PONTEIRA EM POLÍMERO COM PROTETOR OCULAR.

Lote 0002 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	1	UN	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE: Cadeira motorizada encosto e assento, através de sistema motorreductor. Comando no pé integrado (fixo) a base com comando duplo para o profissional e para o auxiliar. Deve possuir as seguintes funções: Comando individual de subida e descida do assento, e encosto 03 posições de trabalho programáveis pelo usuário. Volta a zero automático. Acionamento do refletor e controle de 04 intensidades de luz. Base em aço estruturado, com debrum de apoio. Articulação do encosto única central que proporciona melhor aproximação do profissional. Encosto de cabeça bi articulado, com função de atender cadeirante. Braço esquerdo fixo e braço direito com movimento de abertura para entrada e saída do paciente. Estofamento em PVC sem costura. Equipo acoplado à cadeira. Braços com movimento horizontal e vertical. Movimento vertical com sistema de freio pneumático. Possuir 05 terminais sendo: 01 seringa tríplex fabricada em latão, sem peças plásticas, bico removível e autoclavável. 01 terminal borden para alta rotação com spray. 01 terminal borden para micro motor sem spray. 01 terminal de jato de bicarbonato, com reservatório do pó e comandos incorporado no equipo, caneta do jato autoclavável com conexão tipo borden. 01 terminal de ultrassom com controle de 07 intensidades de potência, acompanhar 03 tips sendo 02 tipo sonda e 01 tipo cureta, caneta do ultrassom com capa removível e autoclavável. Suporte das pontas com capa removível. Mangueiras embutidas na cadeira, que facilitam a limpeza e a biossegurança. Pedal de comando para as pontas com controle de velocidade. Reservatório de água para as pontas em material translúcido que evita a proliferação de bactérias. Bandeja do cabeçote em aço inox. Unidade auxiliar acoplada à cadeira. Bacia em cerâmica esmaltada e removível. Possuir, 02 sugadores, sendo: 01 para saliva (venturi) com sistema a ar. 01 para media cirurgia com sistema a ar. Mangueiras dos sugadores com sistema de engate rápido facilita a remoção para limpeza. Separador de detritos dos sugadores, incorporados à caixa de comando. Caixa de comando integrada a base da cadeira. Água da cuspeira com temporizador programável de tempo de abertura. Mangueiras embutidas na cadeira, que facilita a limpeza e a biossegurança. Refletor acoplado a cadeira, com fonte de luz a Led. 04 intensidades de iluminação, máximo 25.000 Lux de luz fria. Espelho multifacetado que evita a formação de sombras, com protetor de led e espelho. Cabeçote com puxador bilateral. Mocho Odontológico Sistema de elevação do assento através de pistão a gás e descida com o peso do usuário. Assento anatômico que facilita a circulação sanguínea. Encosto anatômico com sistema de regulação longitudinal através de manipulo sob o assento. Base em estrutura de aço com capa de acabamento em PU injetado, com 05 rodízios. Estofamentos em poliuretano injetado, recoberto em PVC sem costuras.

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, constando a marca e o modelo do objeto e o número do produto na ANVISA, salvo isenção, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

a) identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 76/2019

Anexo - I

b) número do Edital e do Pregão;

c) indicação da marca e modelo do objeto ofertado, descrição precisa do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF – CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.

Obs: No ato do pregão, as empresas participantes deverão apresentar ficha técnica para cada produto/material ofertado, conforme anexo II – Termo de Referência.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de ____.
