



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 81/2019

Anexo - I

Lote 0001 - CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	<p>CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA. ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 280 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR</p> <p>INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. 3 A 5 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA". ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM</p> <p>POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE DE 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60 HZ. REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, ISO 13485, FDA OU CE. MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS.</p> <p>SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE 36 HORAS OU MAIS NA FALTA DE ENERGIA. SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR. DISCADORA DE TELEFONE PARA ATÉ 09 NÚMEROS PRÉ-PROGRAMADOS EM CASO DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES EM TOUCH SCREEN, COM VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS DAS TEMPERATURAS EM TEMPO REAL E MONITORAMENTO INDIVIDUAL PARA ATÉ 06 PONTOS DISTINTOS. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM.</p>

Lote 0002 - APARELHO P/ INALAÇÃO COM 04 SAÍDAS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	4	UN	<p>APARELHO P/INALAÇÃO COM 04 SAÍDAS E CARRO SUPORTE, ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de aerosol com 04 saídas, com carro suporte com 02 rodízios de 03 pol., 02 kits nebulização com compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potencia de 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts. Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, com garantia contra defeito de fabricação em condições normais de uso de no mínimo 12 meses.</p>

Lote 0003 - CARRO DE EMERGENCIA, ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	4	UN	<p>CARRO DE EMERGENCIA, ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA: Em chapa de aço reforçada (chapa 1,59 mm) com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó com texturização de alta resistência na cor bege claro. GABINETE: Com 04 (quatro) gavetas sendo 03 (três) gavetas menores nas dimensões larg. x prof. x alt. (580 mm x 385mm x 110mm) e 01 (um) gavetão/compartilhamento com porta basculante para uso geral de (580mm x 385mm x 220mm) para a acomodação de materiais de maior volume, a primeira gaveta deveser possuir divisória de poliestireno branco com 24 compartimentos para acomodação de medicamentos todas com a frente em poliestireno moldado com design moderno, funcional e de alta resistência. Tambo com duas partes projetadas para acomodação. TRAVA COM LACRE: Travamento simultâneo de todas as gavetas através de um único lacre numerado. "RODIZIO: 04 (Quatro) rodízios de 04" de diâmetro sendo 02 (duas) dispondo de freios. ACESSÓRIOS: Puxadores em temo plástico nos 02 (dois) lados do carro. Suporte para soro com altura regulável em aço inoxidável embutido no gabinete. Suporte para cardioversor ou desfibrilador mais monitor com suporte de bandeja dupla não giratória nas dimensões (670 x 470) mm para instalação de cardioversor ou desfibrilador e um outro aparelho auxiliar como um monitor, por exemplo. Conjunto de tomadas tipo filtro de linhas com 05 (cinco) saídas para ligação de aparelhos e cabo de extensão com no mínimo 04 metros de comprimento. Tábua de massagem cardíaca em acrílico de 06 mm de espessura com suporte para sua fixação. Suporte para garrafa de oxigênio. Para-choque de borracha envolvendo todo gabinete. Com no mínimo 20 lacres sobressalentes. DIMENSÕES APROXIMADAS: Carro (larg. x prof. x alt.): 890mm x 580mm x 890 mm até o nível da tampa do gabinete considerando os rodízios mais para-choque. Gabinete 670mm x 470mm x 740mm.</p>

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa,



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 81/2019

Anexo - I

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, constando a marca e o modelo do objeto e o número do produto na ANVISA, salvo isenção, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

a) identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Edital e do Pregão;

c) indicação da marca e modelo do objeto ofertado, descrição precisa do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF – CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.

Obs: No ato do pregão, as empresas participantes deverão apresentar ficha técnica para cada produto/material ofertado, conforme anexo II – Termo de Referência.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.
