



RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 22 de maio de 2.018.

Sirvo-me da presente para informar reposta ao pedido de esclarecimento efetuada por determinada empresa em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 52/2.018, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO SOLUÇÕES, LANCETAS, CATÉTERES E FIXADOR, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM, temos a informar o que segue:

Solicita esclarecimento nos termos que segue:

“O Termo de referência narra o seguinte:

LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM PONTA TRIFACETADA, ESPECIFICAÇÕES: Lanceta para teste de glicemia 28 G com ponta trifacetada e revestimento siliconado da lamina. Diâmetro de 0,4 mm. Caixa contendo 200 unidades.

Gostaria de saber o seguinte:

Esta lanceta é de Lamina? Ou de Agulha?

Qual é a penetração exigida?

O diâmetro é de até 0,4 - Ou apenas de 0,4?”

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Saúde, através do Ofício nº 40/2018 - AT, respondendo como responsável técnico do certame supra, bem como requisitante responsável pela elaboração do Termo de Referência, esclarece que:


1- A presente lanceta da licitação é de agulha.

2- De penetração consistente.

3- O diâmetro é de até 0,4.

Sendo a resposta que compete a este Pregoeiro Oficial, subscrevo-me
mui.

Atenciosamente,


Marcel Lyudi Kozima
Pregoeiro Oficial



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Pág. 1/1

Birigui, 21 de Maio de 2018.

Ofício nº 40/2018 – AT

Assunto: esclarecimento questionamento no pregão 52/2018

Prezado Pregoeiro

Em atendimento ao Vosso pedido de manifestação à solicitação de esclarecimento apresentado pela empresa TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., no Pregão Presencial de nº 52/2018 que objetiva o Registro de Preço de produtos diversos como soluções, lancetas, cateteres e fixador destinado ao Departamento Médico e Enfermagem.

Questiona a referida empresa:

- 1- Está lanceta é de lâmina? Ou de agulha?
- 2- Qual é a penetração exigida?
- 3- O diâmetro é de até 0,4 - Ou apenas de 0,4?

Manifestamos em sede de esclarecimento o seguinte:

- 1- A presente lanceta da licitação é de agulha.
- 2- De penetração consistente.
- 3- O diâmetro é de até 0,4.

OBS: Cabe salientar que este item se trata de processo judicial

Sendo o que nos cumpria para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


LUIZ HENRIQUE DO CARMO MARTINS
Diretor Departamento Médico e Enfermagem

Ao

Pregoeiro Oficial

Sr. Marcel Lyudi Kozima

*Recebido em
21/05/18
16:34
marcel*