



RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO


Birigui – SP, 03 de maio de 2016

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao questionamento efetuado por determinadas empresas ao Edital do Pregão Presencial nº 33/2.016, que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE EFLUENTES, NAS LAGOAS ANAERÓBICAS, RIBEIRÃO BAIXOTES E ATERRO SANITÁRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ÁGUA E ESGOTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.**

Pergunta: “Referente ao pregão nº33/2016, registro de preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de análises de efluentes, nas Lagoas Anaeróbicas, Ribeirão Baixotes e Aterro Sanitário, destinados a Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto, Os serviços de monitoramento e análises de aterros Sanitários são exigidos por Órgão Ambiental. Recebendo os laudos de análises este Órgão Ambiental deverá “avaliar” o laboratório que realizou as análises e, seguindo as suas normas, quase sempre é exigido a acreditação dos parâmetros de análises conforme a ABNT NBR ISO/IEC 17025 do INMETRO. Outro item exigido, é que, para sofrer a menor interferência possível no resultado das análises, as coletas junto a poços de Monitoramento sejam realizados pelo Sistema de Baixa Vazão ou Low Flow. A princípio, também não localizamos referência sobre esta informação; Não é exigida nenhuma documentação de Qualificação Técnica para este Edital?”

Resposta: Conforme Ofício nº 76/2016 da Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto (doc. anexo): “Todos os parâmetros tem que ser credenciado pelo INMETRO, e a logística por conta do laboratório”.

Sem mais para o presente momento,



Tatyane Fernanda Martins

Pregoeiro Oficial



Prefeitura Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Birigui, 27 de abril de 2016

Memorando:076/2016

De: SESPAE

Para: SA/ DEPTO DE MATERIAIS

A/C: PREGOEIRA: TATYANE FERNANDA MARTINS

Em resposta ao ofício 545/2016 esta secretaria informa que irá manter o descritivo do edital referente ao pregão presencial 33/2016, e solicito a inclusão que “Todos os parâmetros tem que ser credenciado pelo INMETRO”, e a logística por conta do laboratório.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



MIGUEL RIBEIRO

SECRETARIO DO SESPAE



MARCOS ANTONIO ALBANO

SECRETARIO DO SESPAE