



---

## RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 22 de Julho de 2019.

Sirvo-me do presente para apresentar resposta ao pedido de esclarecimento efetuado pela empresa **CQC TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNÓSTICO LTDA**, em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 120/2019, que objetiva o **“REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II”**, temos a informar:

Conforme questões apresentadas pela referida empresa (em anexo), procedemos com consulta junto à Secretaria Municipal de Saúde acerca do assunto em tela, a qual é a responsável pela elaboração do Termo de Referência que embasa o presente edital e pelo descritivo dos itens, a qual manifestou-se através do Ofício nº 203/2019 AT, o qual disponibilizamos na íntegra para conhecimento dos interessados.

Informações adicionais pertinentes ao assunto poderão ser obtidas através do telefone (18)3643-6123, ou através do e-mail: [enio.licitacao@birigui.sp.gov.br](mailto:enio.licitacao@birigui.sp.gov.br).

Atenciosamente,

  
Ênio N. Linares Garcia

Pregoeiro Oficial



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Pág. 1/1

Birigui, 19 de julho de 2019.

**Ofício** nº 203/2019 – AT

**Assunto:** Esclarecimento ao questionamento referente o Pregão nº120/2019.

Prezado Pregoeiro

Em atendimento ao Vosso pedido de manifestação à solicitação de esclarecimento apresentado pela empresa **CQC TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNÓSTICO LTDA.** referente ao Pregão Presencial de nº120/2019, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, informamos que:

**Manifestamos em sede de esclarecimento o seguinte:**

### Item 015

1- Lanceta simples para uso em lancetador conforme citado em **15 – DA EXECUÇÃO E OBRIGAÇÃO DA DETENTORA** em edital:

15.6 – A detentora da Ata de Registro de Preços deverá fornecer, EM REGIME DE COMODATO, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os equipamentos descritos abaixo, em quantidades necessárias para uso do Município:  
A) Para o item "LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA(...)", a detentora da Ata deverá fornecer 5.000 (Cinco) mil unidades de lancetador universal.

2- A detentora da Ata deverá fornecer 5.000 (Cinco) mil unidades de lancetador universal.

3- Conforme descritivo 28G

4- Conforme descritivo caixa contendo 200 unidades

### Item 026

1- Os itens ofertados serão avaliados e deverão estar de acordo com o descritivo descrito no anexo I.

2- Como no descritivo não cita o número do gauge, as exigências se darão somente ao que está presente no descritivo.

Sendo o que nos cumpria para o momento, subscrevemo-nos.


Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE DO CARMO MARTINS**  
Diretor do Departamento Médico e de Enfermagem

**Ao**

**Pregoeiro Oficial**

Sr. Ênio N. Linares Garcia



Tecnologia em Sistemas Diagnósticos

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Pregão Presencial nº 120/2019

Pedido de esclarecimento

**CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.**, estabelecida na Avenida Francisco de Angelis, 186, Jd. Okita, Campinas/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 46.962.122/0003-21, telefone: (19) 33033800 – e-mail: [licitacao@cqc.com.br](mailto:licitacao@cqc.com.br), vem, respeitosamente à elevada presença de Vossa Senhoria, através de sua representante legal, solicitar **ESCLARECIMENTO** quanto ao Edital em referência, o que faz de acordo com as razões a seguir expostas:

**QUESTIONAMENTO QUANTO AO ITEM 0015: LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM PONTA TRIFACETADA, ESPECIFICAÇÕES:** Lanceta para teste de glicemia 28 G com ponta tri facetada e revestimento siliconado da lamina. Diâmetro de 0,4 mm Caixa contendo 200 unidades.

- 1-)1-) A lanceta mencionada no item 0015 trata-se de lanceta automática em conformidade com a NR32, ou lanceta simples, para uso em lancetador?
  - 2-) Caso seja lanceta para uso em lancetador, será necessário o fornecimento do mesmo? Se sim, qual a quantidade solicitada?
  - 3-) Esta empresa possui o produto Lanceta para lancetador, com Gauge de 28G e lanceta NR32 com gauge de 21G, 23G e 28G, para tanto, questiona-se qual o gauge da lanceta a ser solicitada?
  - 4-) Esta empresa fornece o produto lanceta, porém em embalagem com 100 unidades.
- Pergunta-se:** Esta empresa poderá ofertar o produto Lanceta, em embalagem com 100 unidades?

**QUESTIONAMENTO QUANTO AO ITEM 0026: LANCETA; PARA TESTE DO PEZINHO;** em aço inox; lâmina com 2 mm de profundidade e 1,5 mm de largura. Mecanismo: com trava de segurança ativada por contato; com protetor plástico; estéril; descartável; embalado em embalagem que mantenha a integridade do produto, embalagem com dados de identificação do produto, lote, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade (não inferior a 12 meses) a contar da data da entrega e registro no ministério da saúde.

- 1-) Esta empresa fornece o produto Lanceta para teste do pezinho, mecanismo com trava de segurança, porém com profundidade de 1,8mm.
- Pergunta-se:** Esta empresa poderá ofertar o produto que possui sendo Lanceta para teste do pezinho, mecanismo com trava de segurança, com profundidade de 1,8mm?
- 2-) Esta empresa possui o produto Lanceta com mecanismo de segurança com gauge de 21G, 23G e 28G, para tanto, questiona-se qual o gauge da lanceta a ser solicitada?

Termos em que,  
Pede e espera deferimento.  
Campinas/SP, 18 de julho de 2019.

**CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA**  
CNPJ N.º 46.962.122/0003-21

*Simone Barros Ravazi*  
**SIMONE BARROS RAVAZI**  
Gerente de Licitação  
RG 27.327.240-8  
CPF 271.063.778-21

46.962.122/0003-  
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS  
DIAGNÓSTICOS LTDA.  
Rua Francisco de Angelis, 186  
Jd. Okita - CEP 13043-030  
CAMPINAS - SP

CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA  
Av. Francisco de Angelis, 186 - Jd Okita - Campinas/SP  
Fone (19) 3303-3800 - Fax (19)3303-3801