



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 15 de setembro de 2017.


Sirvo-me da presente para informar reposta ao pedido de esclarecimento efetuada por determinada empresa em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 94/2.017, que objetiva o **Registro de Preços para aquisição de tiras teste para determinação quantitativa de glicose no sangue capilar e lanceta para teste de glicemia com ponta trifacetada, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.** temos a seguinte resposta:

Pergunta: *no edital não está especificado se é lanceta com NR32 (Dispositivo de segurança) e também não solicita lancetadores. o que realmente vocês estão precisando?*

Resposta: Resposta em Ofício nº 323/2017 exarado pela Secretaria de Saúde. em anexo, qual informa que: *estamos solicitando Lanceta com NR32.*

Sendo a resposta que compete a este Pregoeiro Oficial, subscrevo-me mui.

Atenciosamente.


Marcel Lyudi Kozima
Pregoeiro Oficial

Marcel Lyudi Kozima

De: "Licitacao 2 - Joaomed" <licitacao2@joaomed.com.br>
Para: <marcel.pregoeiro@birigui.sp.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2017 09:09
Assunto: esclarecimento P.P 94/2017
Bom dia

gostaria de esclarecimento no item 2 do Pregão Presencial 94/2017

2 - 3000 CX
LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM PONTA TRIFACETADA,
ESPECIFICAÇÕES: Lanceta para teste de glicemia 28 G com ponta tri facetada e revestimento siliconado da lamina. Diâmetro de 0,4 mm. Caixa contendo 200 unidades

no edital não está especificado se lanceta com NR32 (Dispositivo de segurança) e também não solicita lancetadores.

o que realmente vocês estão precisando?

agradeço e fico no aguardo



Tania Santos - Licitação
E-mail: licitacao2@joaomed.com.br
Fone: 41 2108-4545 - Ramal 239
www.joaomed.com.br





Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Birigui, 14 de setembro de 2017.

Ofício nº 323/2017.

Assunto: Resposta Ofício nº 1184/2017

Prezado Senhor,

Face ao Ofício nº 1184/2017 encaminhado por Vossa Senhoria que diz respeito ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa JOÃOMED referente ao **Pregão Presencial N°94/2017 que objetiva Registro de Preços para aquisição de tiras teste para determinação quantitativa de glicose no sangue capilar e lanceta para teste de glicemia com ponta trifacetada**, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, temos a informar que estamos solicitando **Lanceta com NR32**. Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

EDNA MARIA DA SILVA MOREIRA
Diretora Departamento Médico e Enfermagem

Ao
Pregoeiro Oficial
Sr. Marcel Lyudi Kozima