



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 18 de setembro de 2017.

Sirvo-me da presente para informar resposta ao pedido de esclarecimento efetuada por determinada empresa em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 94/2.017, que objetiva o **Registro de Preços para aquisição de tiras teste para determinação quantitativa de glicose no sangue capilar e lanceta para teste de glicemia com ponta trifacetada, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses**, temos a seguinte resposta:

Pergunta: *A lanceta mencionada no item 02 trata-se de lanceta em conformidade com a NR32, ou lanceta para uso em lancetador?*

Resposta: Resposta em Ofício nº 328/2017-EMSM exarado pela Secretaria de Saúde, em anexo, qual informa que: *Lanceta em Conformidade com a NR32.*

Pergunta: *Caso seja lanceta para uso em lancetador, será necessário o fornecimento do mesmo? Se sim, qual a quantidade solicitada?*


Resposta: Com base na resposta acima, resta a pergunta prejudicada.

Pergunta: *O edital menciona aquisição de lanceta, em embalagem com 200 unidades. Esta empresa fornece apenas lanceta em embalagem com 100 unidades. Pergunta-se: Esta empresa poderá participar, fornecendo o produto em embalagem com 100 unidades?*

Resposta: Resposta em Ofício nº 328/2017-EMSM exarado pela Secretaria de Saúde, em anexo, qual informa que: *A empresa poderá participar desde que seja entregue a quantidade final correspondente ao solicitado.*

Sendo a resposta que compete a este Pregoeiro Oficial, subscrevo-me mui.

Atenciosamente,


Marcel Lyndr Kozima
Pregoeiro Oficial



ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Pregão Presencial n.º 094/2017
Pedido de esclarecimento

CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA., estabelecida na Avenida Francisco de Angelis, 186, Jd. Okita, Campinas/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 46.962.122/0003-21, vem, respeitosamente à elevada presença de Vossa Senhoria, através de seu representante legal, solicitar **ESCLARECIMENTO** quanto ao Edital em referência, o que faz de acordo com as razões a seguir expostas:

QUESTIONAMENTO:

Abaixo, o descritivo do Lote 02 – Anexo I

Lote 0002 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	3000	CX	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM PONTA TRIFACETADA. ESPECIFICAÇÕES: Lanceta para teste de glicemia 28 G com ponta tri facetedada e revestimento siliconado da lâmina. Diâmetro de 0,4 mm. Caixa contendo 200 unidades.

QUESTIONAMENTO:

1-) A lanceta mencionada no item 02 trata-se de lanceta em conformidade com a NR32, ou lanceta para uso em lancetador?

2-) Caso seja lanceta para uso em lancetador, será necessário o fornecimento do mesmo? Se sim, qual a quantidade solicitada?

3-) O edital menciona aquisição de lanceta, em embalagem com 200 unidades. Esta empresa fornece apenas lanceta em embalagem com 100 unidades. Pergunta-se: Esta empresa poderá participar, fornecendo o produto em embalagem com 100 unidades?

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Campinas/SP, 12 de setembro de 2017.

CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA

CNPJ N.º 46.962.122/0003-21

SIMONE BARROS RAVAZI
Gerente de Licitação
RG N.º 27.327.240-5
CPF N.º 271.063.776-21

46.962.122/0003-21

**CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS
DIAGNÓSTICOS LTDA.**

Rua Francisco de Angelis, 186
Jd. Okita - CEP 13043-030

CAMPINAS - SP



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Birigui, 18 de setembro de 2017.

Ofício nº 328/2017-EMSM
Assunto: RESPOSTA AO PREGOEIRO
Departamento Médico e de Enfermagem

Prezado Senhor,


Face ao ofício nº 1190/2017, referente ao esclarecimento, apresentado pela Empresa CQC., temos a informar referente ao Pregão Presencial Nº 94/2017:

- 1) A Lanceta Licitada trata-se da Lanceta em Conformidade com a NR32.
- 2) A empresa poderá participar desde que seja entregue a quantidade final correspondente ao solicitado.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Edna Maria da Silva Moreira
Diretora Departamento Médico e de Enfermagem


EDNA MARIA DA SILVA MOREIRA
Diretora Departamento Médico e Enfermagem

Ào
Marcel Lyudi Kozima
Pregoeiro Oficial