



# Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ - 46.151.718./0001 – 80

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS  
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Birigui, 13 de dezembro de 2.011.

## Ofício Especial

**Assunto: Manifestação à Impugnação pela empresa ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA, ao edital do Pregão Presencial nº 205/2011.**

Senhor Licitante,

Informamos que respaldado pelo parecer exarado pela Secretaria de Negócios Jurídicos, e a manifestação da Secretaria requisitante, decidimos pelo não acolhimento do pedido de Impugnação apresentado por esta conceituada empresa, razão pela qual sirvo-me do presente para disponibilizar resposta ao questionamento no que se refere às tiras de glicemia descritas no item nº 07 do Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 205/2011:

a) Segundo a Secretaria requisitante, “será aceito amostra de até 1 microlitro, pois existem inúmeros usuários de insulina que necessitam de múltiplos testes ao dia e com redução da profundidade das perfurações na pele, tende a amenizar os traumas que são provocados por esta ação”;

b) Segundo a Secretaria requisitante, “queremos um medidor sem chip, pois temos usuários que perde ou mistura os chip no domicílio”;

c) Segundo a Secretaria requisitante, “queremos o método de leitura amperométrico e excluimos os produtos fotométricos, pois ele pode ser menos preciso”;

d) Segundo a Secretaria requisitante, “excluimos as tiras com química GDH-PQQ, pois temos pacientes renais crônicos em diálise, que podem ter o resultado de seus testes prejudicados por esse método enzimático”;

e) Segundo a Secretaria requisitante, “estamos solicitando embalagem com 02 frascos com 25 tiras cada, para garantir a qualidade e facilitar o fracionamento, pois temos usuários com vários tipos de prescrição de teste ao mês e ainda, evitar o manuseio para que não ocorra a oxidação”;



# **Prefeitura Municipal de Birigui**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**CNPJ - 46.151.718./0001 - 80**

**DEPARTAMENTO DE MATERIAIS**

**SEÇÃO DE LICITAÇÕES**

f) Segundo a Secretaria requisitante, “como é de conhecimento do descritivo do Edital, solicitamos de no mínimo 1.500 aparelhos de início e não temos condições de fixar uma quantidade exata do produto no decorrer de 12 (doze) meses, pois temos usuários que são cadastrados diariamente no Programa do Hiperdia”.

Desta forma, ficam as informações constantes no edital e retificação do Pregão Presencial de nº 205/2011, inalteradas, passando a abertura para a data de 28 de dezembro de 2011, a partir das 13:30 horas, na sala de reuniões da Seção de Licitações, localizada na Rua Santos Dumont, nº 28 – Centro – Birigui/SP.

Certos de v/ especial atenção e de pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente.

Andréia Cristina Possetti Melo

Pregoeira Oficial