



EDITAL RETIFICADO

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2024

O Sr. Leandro Maffeis Milani, Prefeito do Município de Birigui/SP, torna público a todos os interessados que procedeu retificação no edital de licitação em epígrafe, e, tendo em vista que as retificações afetam a formulação das propostas, será reaberto o prazo de abertura do certame. Desta forma TORNA PÚBLICO a edição do presente Edital Retificado, que visa alterações daquele texto original, conforme segue:

A) DAS RETIFICAÇÕES DO EDITAL – RESUMO

EDITAL N.º 66/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 54/2024

DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: 25/06/2024 a partir das 08:00 horas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA PARA ATENDER DIVERSOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de **vinte e cinco de junho de 2024, a partir das 08:00 horas**, através do sistema eletrônico de contratações denominado “*Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL*” (www.bll.org.br), e será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

B) DAS OUTRAS RETIFICAÇÕES

1 - Fica alterada a cláusula 6.12 letra a) do Edital do Pregão Eletrônico 54/2024, passando a constar:

6.12 letra a) - Os itens da presente licitação deverão ser fornecidos **em até 20 (vinte) dias** após o recebimento da Autorização de Fornecimento, conforme disposições deste Edital e seus anexos.

2 - Fica alterada a cláusula 14.1 do Edital do Pregão Eletrônico 54/2024, passando a constar:

14.1 - Os itens da presente licitação deverão ser fornecidos **em até 20 (vinte) dias** após o recebimento da Autorização de Fornecimento, conforme disposições deste Edital e seus anexos. As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, com sede ao Largo Gumercindo de Paiva Castro S/N, bairro Centro, nesta cidade de Birigui/SP, no horário compreendido das 07h30min às 11h30min e das 13:00h às 16h30min, em dias úteis, devendo a empresa certificar-se de eventual alteração no horário de funcionamento, previamente à entrega.

3 - Fica alterada a letra b) do Anexo II (Termo de Referência) do Edital do Pregão Eletrônico 54/2024, passando a constar:

b- locais de entrega e regras para recebimentos

A entrega do objeto será feita de forma **PARCELADA** de acordo com a necessidade e demanda da contratante e deverá ser entregue **em até 20 (vinte) dias**, após solicitação expedida por meio de Autorização



de Fornecimento ou Nota de Empenho, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativas plausíveis da contratada e aceito pela contratante, antes de findar o prazo estabelecido para a entrega.

4 - Fica alterada a cláusula 2.4 do Anexo VII (Minuta da Ata de Registro de Preços) do Edital do Pregão Eletrônico 54/2024, passando a constar:

2.4 - Os itens da presente licitação deverão ser entregues **em até 20 (vinte) dias** após o recebimento da Autorização de Fornecimento, conforme disposições deste Edital e seus anexos.

5 - Ficam alteradas as especificações dos itens nº 21 e 22 do Anexo I (Descrição do objeto do certame), do Anexo V (Modelo de proposta contendo o valor final para o fornecimento do objeto licitado) e da letra a (especificação do produto/serviço) do Anexo II (Termo de referência) do Edital do Pregão Eletrônico 54/2024, passando a constar:

SENSOR FREESTYLE LIBRE: TAMANHO DO SENSOR 5MM DE ALTURA E 35 DE DIÂMETRO. PESO DO SENSOR 5 GRAMAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO SENSOR 1 BATERIA DE ÓXIDO DE PRATA. VIDA ÚTIL DO SENSOR ATÉ 14 DIAS. MEMÓRIA DO SENSOR 8 HORAS (AS LEITURAS DE GLICOSE SÃO ARMAZENADAS A CADA 15 MINUTOS. TEMPERATURA OPERACIONAL DO SENSOR 10°C A 45°C. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM DO SENSOR E APLICADOR DO SENSOR 4°C A 30°C. UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO 10%-90%, SEM CONDENSAÇÃO. RESISTENCIA DO SENSOR A ÁGUA IP27:PODE RESISTIR A UMA IMERSÃO EM UM METRO DE ÁGUA POR ATÉ 30 MINUTOS. ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO E OPERAÇÃO 381 METROS A 3048 METROS. **VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.**

C) DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalterados os demais itens e condições não atingidos pelo presente Edital Retificado.

Birigui, 11 de junho de 2024.

.....
Leandro Maffeis Milani
Prefeito Municipal