



EDITAL RETIFICADO

AO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 068/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2015

O Sr. Walter Fantoni Júnior, Pregoeiro Oficial do Município de Birigui/SP, torna público a todos os interessados que procedeu retificação no edital de licitação em epígrafe, e, tendo em vista que as retificações afetam a formulação das propostas, será recontado o prazo de encerramento do certame. Desta forma TORNA PÚBLICO a edição do presente Edital Retificado, que visa alterações daquele texto original, conforme segue:

A) DAS RETIFICAÇÕES DO EDITAL – PREÂMBULO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 068/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2015

TIPO DA LICITAÇÃO: **MENOR PREÇO POR ITEM - LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA.**

DATA DA REALIZAÇÃO: **03/06/2015 a partir das 08:00 HORAS**

LOCAL: **SALA DE REUNIÕES DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES – RUA SANTOS DUMONT, 28 – CENTRO – BIRIGUI/SP.**

B) DAS RETIFICAÇÕES – I - DO OBJETO

Atendendo solicitação da Diretora do Depto. Médico e de Enfermagem, através de Ofício nº 045/2015, anexado ao processo, fica alterada as especificações de litragem para os itens de nº 03 e 04 do Anexo I, e para o item nº 01 fica incluída as exigências, conforme descrito abaixo:

ITEM 01 - A EMPRESA VENCEDORA DO REFERIDO ITEM, DEVERA CEDER EM REGIME DE DOAÇÃO À QUANTIDADE MÍNIMA DE 3.000 (TRÊS MIL) MONITORES DE GLICEMIA (GLICOSIMETRO), TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, COMPATÍVEIS COM AS TIRAS, PARA USO ATÉ O FINAL DO ESTOQUE DO PRODUTO, SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO E O MESMO DEVE SER COMPOSTO POR MONITOR DE GLICEMIA, BATERIA, ESTOJO PARA TRANSPORTAR, MANUAL DE INSTRUÇÕES (EM PORTUGUES) E GUIA DE BOLSO, DEVE SER COMPATÍVEL COM A TIRA REAGENTE FORNECIDA E CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 350 TESTES EM MEMÓRIA. E POSTERIORMENTE CONFORME SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO PUBLICO PARA A DISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA, NOVOS CADASTROS DE PACIENTES, TREINAMENTO AOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA.

-QUANTO À CAPACITAÇÃO, A EMPRESA DEVERA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM E USUÁRIOS, DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA E INSTALAR PROGRAMA DE SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE COMPATÍVEIS COM OS PROGRAMAS WINDOWS XP – 32 BITS OU WINDOWS 7 – 64 BITS.

ITEM 03 - ONDE SE LER “...CONCENTRADOS AUTOMÁTICOS PARA 40 LITROS...” DEVE SE LER “...CONCENTRADOS AUTOMÁTICOS PARA 38 LITROS...”.

ITEM 04 - ONDE SE LER “...CONCENTRADOS AUTOMÁTICOS PARA 40 LITROS...” DEVE SE LER “...CONCENTRADOS AUTOMÁTICOS PARA 38 LITROS...”.

C) DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalterados os demais itens e condições não atingidas pelo presente Edital Retificado.

Observação: as retificações ora realizadas aplicam-se, no que couber, à minuta do Contrato (ANEXO V)

Birigui, 20 de maio de 2.015.

.....
Walter Fantoni Júnior
Pregoeiro Oficial