



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 70/2013

Anexo - I

Lote 0001 - TIRA REAGENTE (FITA) PARA DETERMINA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	26000	CX	TIRAS TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE CAPILAR – com leitura em monitor portátil de fácil calibragem; com absorção da amostra sanguínea por sucção, para maior facilidade na aplicação da mesma na tira, evitando o contato/contaminação do aparelho com sangue e o acúmulo de resíduos no mesmo; com volume de amostra sanguínea de até no máximo 1 microlitro; que elimine substâncias interferentes; com sensibilidade na faixa de 20 a 600 mg/dl, fornecendo resultados precisos em no máximo 08 segundos; funcionamento por método/sistema BIOSENSOR/AMPEROMÉTRICO ou método FOTOMÉTRICO; com sistema de mensagem de erro indicando problema com a tira reagente e/ou quantidade insuficiente de sangue. Caixa contendo 02 (dois) tubos com 25 unidades cada ou caixa contendo 01 (um) tubo contendo 50 unidades cada; na embalagem deverá constar externamente dados de identificação e procedência, data de validade, nº do lote e nº do registro no Ministério da Saúde.

Lote 0002 - Seringa para aplicação de insulina de uso úni

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	276000	UN	Seringa para aplicação de insulina de uso único com escala graduada de 01 em 01 unidade, agulha fixa de 08 mm de comprimento por 0,30 mm de diâmetro (30G - 5/16"), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de insulina. Com dispositivo de segurança de retração automática. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter os seguintes elementos:

- identificação completa da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;
- número do Pregão;
- descrição precisa do objeto da presente licitação, cumprindo todas as especificações do edital, com a indicação da marca;
- preço unitário e total, fixos e irrevogáveis, expresso em moeda corrente nacional, com algarismo e por extenso apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
- prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de encerramento da licitação;
- O prazo máximo de entrega dos objetos deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da autorização de fornecimento pela adjudicatária; podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente, observando também o disposto nos itens 9.1 e 9.2 da Cláusula IX deste Edital;
- Condições de pagamento: em até 15 (quinze) dias úteis conforme cláusula XI deste Edital;
- Local de entrega: Rua Pça. Gumercindo de Paiva Castro, s/n, Centro, Guanabara conforme cláusula IX deste Edital;
- O prazo de validade dos produtos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega dos produtos, sendo que após a abertura da embalagem com 25 tiras o prazo de validade deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias e para embalagens com 50 tiras o prazo de validade deverá ser de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.
- Banco, Agência e Conta Corrente.

Com referência ao item nº 01 do Anexo I:

A licitante vencedora deverá ceder em REGIME DE DOAÇÃO à quantidade mínima de 3.000 (três mil)



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 70/2013

Anexo - I

MONITORES DE GLICEMIA (GLICOSIMETRO), totalmente automatizados, compatíveis com as tiras, para uso até o final do estoque do produto, sem ônus para o município e o mesmo deve ser composto por monitor de glicemia, bateria, estojo para transportar, manual de instruções (EM PORTUGUES) e guia de bolso, deve ser compatível com a tira reagente fornecida e capacidade de armazenar no mínimo 350 testes em memória. E posteriormente conforme solicitado por este Órgão Público para a distribuição e substituição imediata, novos cadastros de pacientes, treinamento aos usuários e funcionários e assistência técnica gratuita.

Quanto à capacitação, a empresa devera capacitar os profissionais da enfermagem e usuários, dar assistência técnica gratuita e instalar programa de software em língua PORTUGUESA nas UNIDADES BASICAS DE SAÚDE compatíveis com os programas Windows XP – 32 bits ou Windows 7 - 64 bits.

Com referência ao item nº 02 do Anexo I:

1.1.2.1 – A licitante vencedora deverá cumprir as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na rua Resolução RDC nº 3 e 4 de 04/02/2011 e a Resolução RDC nº 7, 8 e 9 de 06/02/2012, que estabelece os critérios para o programa de avaliação da conformidade para as seringas hipodérmicas estéreis de uso único. Sob regime de Vigilância Sanitária – ANVISA, e aos Requisitos Gerais de Certificação de Produtos - RGCP, aprovados pela Portaria Inmetro nº 361 de 06/09/2011, visando à conformidade dos produtos em relação aos requisitos normativos.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.

Walter Fantoni Júnior
Pregoeiro Oficial