



RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao questionamento efetuado por determinada empresa ao Edital do **Pregão Presencial nº 93/2018**, que objetiva a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II**, há a (s) seguinte (s) resposta (s):

Questionamento: Quanto ao item nº 23, a estrutura da mesa em tubo e leito deve ser realmente em aço inoxidável?

Resposta: o questionamento supramencionado fora encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, vez que esta é requisitante e responsável pelos descritivos dos itens ora licitados, além de possuir conhecimentos técnicos quanto aos mesmos, ocasião em que esta se manifestou através do Ofício nº 70/2018 – AT, pelo Sr. Luiz Henrique do Carmo Martins – Diretor do Departamento Médico e de Enfermagem, segundo o qual:

“A Secretaria Municipal de Saúde requereu a estrutura em tubo de aço inox conforme especificação técnica presente em Emenda Parlamentar – Ministério da Saúde do Governo Federal - para aquisição do item.”

“Além de a especificação ser exigência disponibilizada pelo Ministério da Saúde, a estrutura em aço inox apresenta maior durabilidade do que outro tipo de material, sendo mais vantajosa a aquisição do equipamento conforme disposto no Anexo I.”

Ademais, informa-se que houve retificação ao Edital, ocasião em que a data de abertura do certame referente ao Pregão Presencial nº 93/2018 fora reagendada para 31/07/2018, às 08:00 horas, no mesmo local previamente indicado.

Birigui/SP, 19 de Julho de 2018.

Gabriel de Castro Pereira

Pregoeiro Oficial